



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-66/16

Tarnów, 2016-04-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź.zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Załączniku Nr 6 do SIWZ w pkt.2.5 zapis o treści:

„5. Zamontowanie zespołu monitorów będących częścią składową angiografu na stacjonarnej kolumnie sufitowej, dostarczonej i zamontowanej przez Wykonawcę, składającej się z zawieszenia sufitowego oraz dwóch ramion poziomych o długości (mierzonej od osi do osi obrotu) odpowiednio pierwsze ramię 1200mm, drugie ramię 1000mm. Miejsce zamontowania kolumny ma umożliwiać bezkolizyjną pracę ramienia C angiografu oraz wykorzystanie monitorów zgodnie z przeznaczeniem.”

zmienia na zapis o treści:

„5. Zamontowanie zespołu monitorów będących częścią składową angiografu na stacjonarnej kolumnie sufitowej, dostarczonej i zamontowanej przez Wykonawcę, składającej się z zawieszenia sufitowego oraz dwóch połączonych ramion poziomych o długości (mierzonej od osi do osi obrotu) odpowiednio pierwsze ramię 1200mm, drugie ramię 1000mm, sumaryczny zasięg obu ramion 2200 mm. Miejsce zamontowania kolumny ma umożliwiać bezkolizyjną pracę ramienia C angiografu oraz wykorzystanie monitorów zgodnie z przeznaczeniem.”

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a