



Znak: AE/ZP-27-66/16

Tarnów, 2016-05-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy SIWZ – przedmiot zamówienia - Z uwagi na bardzo krótki termin postępowania i szeroki zakres wymogów formalnych prosimy o podział przedmiotu Zamówienia na dwie części: „1- Przeniesienie angiografu typu Artis Zee Ceiling 1 szt., dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C” oraz „2- Dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling” wraz z modyfikacją dokumentów przetargowych.

2. Dotyczy Rozdział I „Informacje Ogólne” ,Termin realizacji, tiret 2 oraz 3 SIWZ– Prosimy o usunięcie słowa „pełna”. Zapis taki może sugerować rozszerzenie odpowiedzialności także na sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności. Analogiczna zmiana miałaby miejsce w cz. XIV Ogólne warunki Umowy pkt. 7 i 8 oraz cz. XIV Ogólne warunki Umowy pkt. 15.

3. Dotyczy Rozdział I „Informacje Ogólne” Termin realizacji, tiret 4 SIWZ – Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez nadanie następującego brzmienia tiretowi: Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji. Prosimy o wprowadzenie analogicznej zmiany w Formularzu Ofertowym.

4. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 7 i 8 SIWZ – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, poprzez uzupełnienie zapisu o fragment wynikający z zasad odpowiedzialności określonych w kodeksie cywilnym tj. o dopisanie po słowach ”za wszelkie” sformułowania: „zawinione przez siebie”

5. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 12 oraz pkt. 21 b SIWZ – Prosimy Zamawiającego o dopisanie przed słowem: „uchybień” słowa „rażących”. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że termin „Uchybienia” jest szerokim zbiorem bliżej nieokreślonych sytuacji. Doprecyzowanie słowem „rażących” wskazuje jednocześnie, że mowa jest o sytuacjach wyraźnie wskazujących na istotne przypadki uchybień a nie te o charakterze uznaniowym. Mając na uwadze powyższe, prosimy jednocześnie o dopisanie na końcu punktu: „uniemożliwiających eksploatację tych urządzeń”. Analogicznie prosimy o zmianę w pkt. 27 ppkt. b tj. prosimy o dopisanie słowa: „rażąco” po słowach: „przedmiot umowy”.

6. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 14 SIWZ – Prosimy o zmianę warunków rękojmi poprzez zastąpienie ostatniego zdania wyrażeniem: „Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”.

7. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 15 oraz pkt. 16 SIWZ – Prosimy o usunięcie zdania 2. Słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. gwarancja pozwala Zamawiającemu

skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie miałyby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi.

8. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 18 SIWZ – Prosimy Zamawiającego o zmianę i nadanie brzmienia zgodnie z KC i orzecznictwem, który decyzję o sposobie usunięcia wady pozostawia wykonawcy tj. prosimy o zastąpienie słów: „własnego wyboru” słowami: „według wyboru Wykonawcy”

9. Dotyczy Rozdział XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt a – Prosimy Zamawiającego o usunięcie słów: „całego urządzenia”. Analogiczna zmiana miałaby miejsce w części IV Ogólnych warunków umowy pkt.21 ppkt.e tiret 2.

10. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt c - Prosimy o usunięcie zapisu.

11. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt e - Prosimy o usunięcie zapisu

12. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt g - Prosimy o dopisanie na końcu podpunktu sformułowania: po uprzedniu pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

13. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 19 – Prosimy Zamawiającego celem doprecyzowania zapisów o dopisanie na końcu punktu:” z zastrzeżeniami określonymi w niniejszej umowie”

14. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 ppkt. a, e, f – Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulację ryzyka oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowy netto, przez dodanie sformułowania: „nie więcej jednak niż 10% wartości umowy netto”- na końcu podpunktu.

15. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 ppkt b – Prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1 %

16. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 ppkt e oraz ppkt e tiret 2,3,4,5,6 – Prosimy o zastąpienie słów: „wyznaczonym przez Zamawiającego” słowami: „określonymi umową”, w celu zachowania równowagi stron.

17. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 21 ppkt f – Prosimy o wydłużenie wskazanego terminu do 10 dni od daty zgłoszenia.

18. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 25 – Prosimy o dopisanie na końcu punktu sformułowania: „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”.

19. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 26 – Prosimy Zamawiającego o dopisanie na końcu punktu poniższej treści: Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na

zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączną odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w prac, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze.

20. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 27- Prosimy o zastąpienie słów :” w trybie natychmiastowym” słowami: „ po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”

21. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 27 ppkt a- Prosimy o zmianę słowa: „opóźnienie” na słowo: „zwłoka”.

22. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 27 ppkt b- Prosimy o usunięcie słów: „ bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy”

23. Dotyczy SIWZ i Formularza Ofertowy – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w miejscach gdzie jest mowa o urządzeniach stanowiących przedmiot umowy i Zamawiający stawia wymogi co do gwarancji, spełniania warunków dopuszczenia do obrotu itd. należy rozumieć, że zapisy dotyczą dostarczanych w ramach zamówienie urządzeń tj. szyn i kolum, a nie przenoszonego aparatu.

24. Dotyczy SIWZ i Formularza Ofertowy – Prosimy o wyjaśnienie ile czasu upłynie od opracowania wytycznych do przygotowania pomieszczeń przez Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że zgodnie z wymogami SIWZ Wykonawcy został narzucony maksymalny czas realizacji 60 dni. Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędne do oszacowania realności wykonania zamówienia.

25. Dotyczy SIWZ Załącznik Nr 7 – Prosimy o potwierdzenie, że rozmieszczenie elementów na rysunku jest ostateczne.

26. Dotyczy SIWZ Załącznik Nr 7 – Prosimy o podanie jakie są oczekiwane zasięgi DCS, osłony/szyby, lampy zabiegowej.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia na dwie części.

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w brzmieniu proponowanym w pytaniu.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w brzmieniu proponowanym w pytaniu.

Ad. 4 – Ad. 22

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 23

Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. I, XIV.14 i XIV.15 SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę pełnej gwarancji i wliczonego w cenę oferty serwisu na dostarczone i zamontowane urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń oraz pełnej gwarancji na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego angiografu. Tym samym Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę pełnej gwarancji i wliczonego w cenę oferty serwisu na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia tj. kolumny i szyny sufitowe oraz pełnej gwarancji na wykonane prace. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na angiograf, który stanowi własność Zamawiającego. Ponadto zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.IV.1.3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP. Tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia tj. kolumny i szyny sufitowe posiadały niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga posiadania przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP angiograf, który stanowi własność Zamawiającego.

Ad. 24

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.I SIWZ o treści:

„Termin realizacji:

- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - **do 60 dni od daty podpisania umowy,...”**

zmienia na zapis o treści:

„Termin realizacji:

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - **do 5 dni od daty podpisania umowy,**
- podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - **do 20 dni od daty podpisania umowy,**
- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - **do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu”**

2/ zapis w pkt.XIV.9 SIWZ o treści:

„9. Wykonawca zrealizuje:

- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - **do dni (nie więcej niż 60 dni) od daty podpisania umowy.”**

zmienia na zapis o treści:

„9. Wykonawca zrealizuje:

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - **do 5 dni od daty podpisania umowy,**

- podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - **do 20 dni od daty podpisania umowy,**
- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - **do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu."**

3/ zapis w pkt.9 Załącznika Nr 6 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” o treści:

„Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania umowy."

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca zrealizuje:

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - **do 5 dni od daty podpisania umowy,**
- podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - **do 20 dni od daty podpisania umowy,**
- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - **do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu."**

4/ zapis w pkt.IV.3 Formularza ofertowego o treści:

„3. Deklarowany czas realizacji przedmiotu zamówienia dni (nie więcej niż 60 dni) od daty podpisania umowy. ”

zmienia na zapis o treści:

„3. Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do dni (nie więcej niż 60 dni) od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu."

Ad. 25

Zamawiający informuje, iż umiejscowienie stołu operacyjnego i zawieszenia pod kable angiografu oraz położenie kolumny anestezyjologicznej przedstawione na załączonym do oferty rysunku – Załącznik Nr 7 do SIWZ – jest ostateczne.

Ad. 26

Zamawiający informuje, iż zasięg osłony/szyby oraz lampy zabiegowej powinien umożliwiać pracę operatorom z obu stron stołu operacyjnego, natomiast zasięg DCS powinien umożliwić pracę zespołowi operacyjnemu z obu stron stołu operacyjnego.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.24 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 16.05.2016r. godz. 10:00**
- **otwarcie ofert w dniu 16.05.2016r. godz. 11:00**



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV, Załączniku Nr 6 do SIWZ, Formularzu Ofertowym oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz Formularz Ofertowy po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

