

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54711-2016 z dnia 2016-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, których wymagane...

Termin składania ofert: 2016-05-25

Numer ogłoszenia: 68407 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54711 - 2016 data 17.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie,
tel. 14 63 10 341, fax. 14 6310337.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.1).
- **W ogłoszeniu jest:** Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszek) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn

sufitowych do wózka z ramieniem C, których wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 6 do SIWZ. Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ określający wymagane oraz oferowane parametry przedmiotu zamówienia oraz wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykonawca załączy do oferty. Przeniesienie angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 nastąpi z pomieszczenia budynku Pawilonu Nr I do pomieszczenia w budynku Z. Obydwa budynki znajdują się na terenie siedziby Zamawiającego. Dostawa winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do budynku Z znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego. Zamawiający w celach poglądowych załącza do SIWZ Dokumentację techniczną pomieszczeń, do których ma zostać przeniesiony angiograf - Załącznik Nr 7 do SIWZ. Termin realizacji: - opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 dni od daty podpisania umowy, - podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 dni od daty podpisania umowy, - wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu, - pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń, - pełna gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego angiografu. - rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprawa AE/ZP-27-67/16..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - w zakresie Pakietu Nr 1 - wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, - w zakresie Pakietu Nr 2 - dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszek) sufitowych (zwanym w dalszej części SIWZ kolumnami sufitowymi) wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling, których wymagane parametry techniczne określono w Załącznikach Nr 6.1 - 6.2 do niniejszej specyfikacji. Wypełnione i podpisane Załączniki Nr 6.1 i 6.2 do SIWZ określające wymagane oraz oferowane parametry przedmiotu zamówienia oraz wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykonawca załączy do oferty. Przeniesienie angiografu typ Artis Zee Ceiling, o którym mowa w Pakiecie Nr 1 nastąpi z pomieszczenia budynku Pawilonu Nr I do pomieszczenia w budynku Z. Obydwa

budynki znajdują się na terenie siedziby Zamawiającego. Dostawa urządzeń, o których mowa w Pakiecie Nr 1 oraz Pakiecie Nr 2 winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do budynku Z znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego. Zamawiający w celach poglądowych załącza do SIWZ Dokumentację techniczną pomieszczeń, do których ma zostać przeniesiony angiograf - Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykonawca zrealizuje: 1/ w zakresie Pakietu Nr 1: - opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, - podpisanie bez uwag trójstronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1, Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy, - wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania bez uwag pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu, - gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 1 urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, - gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, - uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji. 2/ w zakresie Pakietu Nr 2: - podpisanie bez uwag trójstronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1, Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 przekazanych Zamawiającemu, użytkowania angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy, - dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszek) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling - do 40 dni od daty podpisania pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie

Pakietu Nr 1 przekazanych Zamawiającemu, użytkowania angiografu, -gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 2 urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, -uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji. Sprawa AE/ZP-27-67/16..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.6).
- **W ogłoszeniu jest:** Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.41.00.00-9..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.41.00.00-9.44.21.00.00-5.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.7).
- **W ogłoszeniu jest:** Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.5).
- **W ogłoszeniu jest:** inne dokumenty 1.Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP..
- **W ogłoszeniu powinno być:** inne dokumenty 1.Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP - dotyczy zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 kolumn sufitowych.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Budynek Dyrekcji, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Budynek Dyrekcji, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11..

II.2) Tekst, który należy dodać:

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** ZAŁ I.
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr 1 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z

ramieniem C o parametrach określonych w Załączniku Nr 6.1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.41.00.00-9 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Czas realizacji - 10.

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** ZAŁ I.
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszek) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling o parametrach określonych w Załączniku Nr 6.2 do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.41.00.00-9, 44.21.00.00-5 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Czas realizacji - 10.