



Znak: AE/ZP-27-67/16

Tarnów, 2016-06-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy SIWZ – przedmiot zamówienia** Prosimy o podział przedmiotu Zamówienia na dwie części: „1. Przeniesienie angiografu typu Artis Zee Ceiling 1 szt., dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C” oraz „2. Dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling” wraz z modyfikacją dokumentów przetargowych (w szczególności: SIWZ XIV ust 1 i analogicznie SIWZ XIV pkt 9 i Formularz Ofertowy i załącznik nr 6 pkt 5 i załącznik nr 6 (pozostałe wymagania) pkt9).
- 2. Dotyczy Rozdział I „Informacje Ogólne” ,Termin realizacji, tiret 4 (mylnie podany w pytaniu jako 2) oraz 5 (mylnie podany w pytaniu jako 3) SIWZ**– Prosimy o usunięcie słowa „pełna”. Zapis taki może sugerować rozszerzenie odpowiedzialności także na sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności. Analogiczna zmiana miałaby miejsce w cz. XIV Ogólne warunki Umowy pkt. 7 i 8 oraz cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 15.
- 3. Dotyczy Rozdział I „Informacje Ogólne” Termin realizacji, tiret 6 (mylnie podany w pytaniu jako 4) SIWZ** – Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez nadanie następującego brzmienia tiretowi: Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji. Prosimy o wprowadzenie analogicznej zmiany w Formularzu Ofertowym.
- 4. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 7 i 8 SIWZ** – Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, poprzez uzupełnienie zapisu o fragment wynikający z zasad odpowiedzialności określonych w kodeksie cywilnym tj. o dopisanie po słowach „za wszelkie” sformułowania: „zawinione przez siebie”
- 5. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 12 oraz pkt. 21 ppkt.b SIWZ** – Prosimy Zamawiającego o dopisanie przed słowem: „uchybień” słowa „rażących”. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że termin „Uchybienia” jest szerokim zbiorem bliżej nieokreślonych sytuacji. Doprecyzowanie słowem „rażących” wskazuje jednocześnie, że mowa jest o sytuacjach wyraźnie wskazujących na istotne przypadki uchybień a nie te o charakterze uznaniowym. Mając na uwadze powyższe, prosimy jednocześnie o dopisanie na końcu punktu: „uniemożliwiających eksploatację tych urządzeń”. Analogicznie prosimy o zmianę w pkt. 27 ppkt. b tj. prosimy o dopisanie słowa: „rażąco” po słowach: „przedmiot umowy”.
- 6. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 14 SIWZ** – Prosimy o zmianę warunków rękojmi poprzez zastąpienie ostatniego zdania wyrażeniem: „ Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”.

- 7. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 14 (mylnie podany w pytaniu jako 15) oraz pkt.15 (mylnie podany w pytaniu jako 16) SIWZ –** Prosimy o usunięcie zdania 2. Słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojnią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojnią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi.
- 8. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 18 SIWZ –** Prosimy o zmianę i nadanie brzmienia zgodnie z KC i orzecznictwem, który decyzję o sposobie usunięcia wady pozostawia wykonawcy tj. prosimy o zastąpienie słów: „własnego wyboru” słowami: „według wyboru Wykonawcy”
- 9. Dotyczy Rozdział XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt a –** Prosimy o usunięcie słów: „całego urzędnika”. Zwracamy uwagę, że taki zapis zwiększa ryzyka Wykonawcy i znacząco wpływa na cenę oferty. Analogiczna zmiana miałaby miejsce w części XIV Ogólne warunki umowy pkt.21 ppkt.e tiret 2.
- 10. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt c -** Prosimy o usunięcie zapisu.
- 11. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt e -** Prosimy o usunięcie zapisu
- 12. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt g -** Prosimy o dopisanie na końcu podpunktu sformułowania: po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajna) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy
- 13. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 19 –** Prosimy celem doprecyzowania zapisów o dopisanie na końcu punktu: „z zastrzeżeniami określonymi w niniejszej umowie”
- 14. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 ppkt. a, e, f –** Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowy netto, przez dodanie sformułowania: „nie więcej jednak niż 10% wartości

umowy netto”- na końcu podpunktu. Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

- 15. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 ppkt b** – Prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1 %
- 16. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 ppkt e oraz ppkt e tiret 2,3,4,5,6** – Prosimy o zastąpienie słów: „wyznaczonym przez Zamawiającego” słowami: „określonymi umową”, w celu zachowania równowagi stron.
- 17. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 21 ppkt f** – Prosimy o wydłużenie wskazanego terminu do 10 dni od daty zgłoszenia.
- 18. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 25** – Prosimy o dopisanie na końcu punktu sformułowania: „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”. Uzasadnienie jak w pytaniu 11.
- 19. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 26** – Prosimy o dopisanie na końcu punktu poniższej treści: Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
- 20. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 27-** Prosimy o zastąpienie słów : „w trybie natychmiastowym” słowami: „ po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”. Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajna) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie

- napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy
- 21. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 27 ppkt a-** Prosimy o zmianę słowa: „opóźnienie” na słowo: „zwłoka”. Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę
- 22. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 27 ppkt b-** Prosimy o usunięcie słów: „ bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy”. Uzasadnienie jak w pytaniu 11
- 23. Dotyczy SIWZ str. 2, termin opracowania wytycznych,** z uwagi na ilość pracy potrzebnej do wykonania i przekazania wytycznych prosimy o zmianę terminu z 5 dni na 10 dni roboczych. Analogicznie SIWZ XIV pkt 9 i załącznik nr 6 (pozostałe wymagania) pkt 9
- 24. Dotyczy SIWZ str 2, termin podpisania protokołu 20 dni** Uprzejmie prosimy celem doprecyzowania, że pomieszczenia będą przygotowane wg wytycznych o zmianę brzmienia „Podpisanie bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowane angiografu – do 20 dni od daty podpisania umowy”. Analogicznie, w szczególności: SIWZ XIV pkt 9 i załącznik nr 6 (pozostałe wymagania) pkt 9
- 25. Pytanie dotyczące SIWZ str 2, termin 60 dni** Uprzejmie prosimy, celem doprecyzowania, że pomieszczenia będą przygotowane wg wytycznych o zmianę brzmienia: „... do 60 dni od daty podpisania bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu”. Analogicznie SIWZ XIV pkt 9 i załącznik nr 6 (pozostałe wymagania) pkt 9
- 26. Dotyczy SIWZ IV 1.3.1** Z uwagi na fakt, że szyny nie posiadają indywidualnego dokumentu prosimy o dopisanie na końcu zdania: „...jeżeli dotyczy”. Szyny są składową całego angiografu i Wykonawca może przedstawić stosowne dokumenty dla całego urządzenia. Analogiczna zmiana miała by miejsce w SIWZ XIV ust 2 i załącznik nr 4.
- 27. Dotyczy XIV SIWZ pkt 5** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania napraw angiografu koszty naprawa pokrywa Zamawiający
- 28. Dotyczy XIV SIWZ pkt 7** Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszkodzenie wynikające z naturalnego zużycia (inne niż mechaniczne) komponentu próżniowego jakim jest lampa rtg. Zwracamy uwagę, że elementy próżniowe nawet w czasie przestoju aparatu mogą się zużywać. Zabezpieczenie ryzyka, za które nie odpowiada Wykonawca będzie miało istotny wpływ na cenę usługi.
- 29. Dotyczy XIV SIWZ pkt 13** Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z naprawą uszkodzeń angiografu wykazanych w protokole opisującym stan techniczny i skompletowanie angiografu oraz uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia lampy rtg nie mają być ujęte w cenie.
- 30. Dotyczy XIV SIWZ pkt 14** Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w zapisie „usługi serwisowe wliczone w cenę oferty” dotyczą wyłącznie usług gwarancyjnych na dostarczone urządzenia.
- 31. Dotyczy SIWZ pkt 21 b** Prosimy o doprecyzowanie określenia „uchybień w zakresie jakości”

- 32. Dotyczy Załącznika nr 6 pkt 5** W nawiązaniu do prośby o podział postępowania na dwa osobne zadania prosimy o zmianę zdania rozpoczynającego się od „Miejsce zamontowania kolumny ...” na zdanie: „Miejsce montażu kolumny zostanie wskazane w wytycznych i poddane Zamawiającemu do akceptacji przy uwzględnieniu czynników:
- spełnienie oczekiwania co do komfortu pracy z urządzeniem
 - nie pozostawianie w kolizji z zakresem ruchów urządzenia oraz fizycznym zasięgiem okablowania wchodzącego w skład angiografu”.
- 33. Dotyczy Załącznika nr 6 pkt 6** W nawiązaniu do prośby o podział postępowania na dwa osobne zadania prosimy o w zdaniu „przeniesienie angiografu” o wykreślenie
- 34. Dotyczy Załącznika nr 6 pkt 9** Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie nie obejmuje ewentualnych napraw aparatu
- 35. Dotyczy Załącznika nr 6 (pozostałe wymagania) pkt 8** Prosimy o doprecyzowanie „... zgodnie z protokołem stwierdzającym stan techniczny i skompletowanie angiografu”
- 36.** Prosimy o potwierdzenie że transport aparatu może się odbyć w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18
- 37.** Prosimy o potwierdzenie, że za przygotowanie pomieszczeń docelowych, wg wytycznych oraz za uzyskanie niezbędnych dopuszczeń do eksploatacji odpowiedzialny jest Zamawiający.
- 38.** Prosimy o potwierdzenie, że rozmieszczenie elementów na rysunku jest ostateczne.
- 39.** Prosimy o potwierdzenie, że za:
- a) przeniesienie i ponowny montaż tablicy elektrycznej
 - b) lampki ostrzegające o promieniowaniu i kable od nich do tabl. elektrycznej i generatora
 - c) demontaż, okablowanie i ponowny montaż wyłączników bezpieczeństwa AT i włącznika głównego AET
- odpowiedzialny jest Zamawiający
- 40.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia moc i kable zasilające spełniające warunek imp. pętli zwarcia (0,11 Ohm przy mierzona przy Generatorze) w miejscu wskazanym do montażu tablicy elektrycznej i zapewnia odcinek kabli zasilających pomiędzy tablicą elektryczną i generatorem
- 41.** W nawiązaniu do prośby o podział postępowania na dwa osobne zadania prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiedzialny za "przeniesienie angiografu" nie odpowiada za opóźnienia spowodowane terminem montażu i adaptacji stacjonarnych kolumn sufitowych , a czas i instalacji będzie tych elementów będzie wystarczający na wykonanie prac przez Zamawiającego (minimum 15 dni roboczych)
- 42.** W nawiązaniu do prośby o podział postępowania na dwa osobne zadania prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od dostawcy kolumny sufitowej zapewnienia zasięgu kolumn z monitorami 2m"
- 43.** W przypadku zgody na podział postępowania prosimy o potwierdzenie, że adaptacja mocowania zawieszenia zostanie wykonana przez dostawcę kolumn sufitowych
- 44.** Prosimy o podanie żadnej długości kabli pomiędzy DCS, a kolumną sufitową.
- 45.** W przypadku zgody na podział postępowania prosimy o potwierdzenie, że dostarczone zawieszenie (kolumny stacjonarne) zapewni izolację elektryczną od budynku , co jest wymogiem producenta aparatu.
- 46. Dotyczy SIWZ i Formularza Ofertowego**
- Prosimy o potwierdzenie, że w miejscach gdzie jest mowa o urządzeniach stanowiących przedmiot umowy i Zamawiający stawia wymogi co do gwarancji, spełniania warunków dopuszczenia do obrotu itd. należy rozumieć, że zapisy dotyczą dostarczanych w ramach zamówienie urządzeń tj. szyn i kolumn, a nie przenoszonych aparatu

47. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6 i Formularz ofertowy

Prosimy o wyjaśnienie ile czasu upłynie od opracowania wytycznych do przygotowania pomieszczeń przez Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że zgodnie z wymogami SIWZ Wykonawcy został narzucony maksymalny czas realizacji: 60 dni. Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędne do oszacowania realności wykonania zamówienia.

48. W specyfikacji brak jest podania wyposażenia kolumn. Bardzo proszę o podanie w co mają być wyposażone kolumny na każdej z głowic ramienia.

49. Na rysunku jest pokazana jedna kolumna dwu ramienna. W kosztorysie są podane 2 szt. Jak należy przyjąć? Jedną sztukę kolumny dwu ramienna czy 2 szt. kolumn dwu ramiennych lub jedno ramiennie?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający wyraża zgodę na podział przedmiotu zamówienia na dwie części.:

Pakiet Nr 1 – Wykonanie przeniesienia angiografu typu Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C,

Pakiet Nr 2 - Dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling.

Ad.2

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret czwarty o treści:

„ - pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń”,

zmienia na zapis o treści:

„ - gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń”,

2/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret piąty o treści:

„ - pełna gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego angiografu.”

zmienia na zapis o treści:

„ - gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego angiografu”.

3/ zapis w pkt.XIV.7 SIWZ o treści:

„7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na drodze transportowej.”

zmienia na zapis o treści:

„7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na drodze transportowej.”

4/ zapis w pkt.XIV.8 SIWZ o treści:

„8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach docelowych.”

zmienia na zapis o treści:

„8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach docelowych.”

5/ zapis w pkt.XIV.14 SIWZ o treści:

„14. Wykonawca udziela miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na dostarczone i zamontowane urządzenia – w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.”

zmienia na zapis o treści:

„14. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji (minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na dostarczone i zamontowane urządzenia – w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.”

6/ zapis w pkt.XIV.15 SIWZ o treści:

„15. Wykonawca udziela miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na wykonane prace. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.”

zmienia na zapis o treści:

„15. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji (minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na wykonane prace. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.”

7/ zapis w pkt.III Formularza Ofertowego o treści:

„Pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia w okresie m-cy (minimum 12 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

Pełna gwarancja na wykonane prace w okresie m-cy (minimum 6 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.”

zmienia na zapis o treści:

„Gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia w okresie m-cy (minimum 12 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

Gwarancja na wykonane prace w okresie m-cy (minimum 6 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.”

8/ zapis w pkt.5 Pozostałe wymagania Załącznik Nr 6 do SIWZ o treści:

„5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w pomieszczeniach obecnego użytkownika angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na drodze transportowej.”

zmienia na zapis o treści:

„5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w

pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na drodze transportowej.”

9/ zapis w pkt.6 Pozostałe wymagania Załącznik Nr 6 do SIWZ o treści:

„6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach docelowych.”

zmienia na zapis o treści:

„6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach docelowych..”

Ad. 3

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tირet szósty o treści:

„ - rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.”

zmienia na zapis o treści:

„ – uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”

2/ zapis w pkt.XIV.16 SIWZ o treści:

„16. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.”

zmienia na zapis o treści:

„16 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”

3/ zapis w pkt.III Formularza Ofertowego o treści:

„Rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.”

zmienia na zapis o treści:

„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”

Ad.4

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.7 SIWZ o treści:

„7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na drodze transportowej.”

zmienia na zapis o treści:

„7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na drodze transportowej.”

2/ zapis w pkt.XIV.8 SIWZ o treści:

„8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach docelowych.”

zmienia na zapis o treści:

„8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach docelowych..”

3/ zapis w pkt.5 Pozostałe wymagania Załącznik Nr 6 do SIWZ o treści:

„5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na drodze transportowej..”

zmienia na zapis o treści:

„5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na drodze transportowej.”

4/ zapis w pkt.6 Pozostałe wymagania Załącznik Nr 6 do SIWZ o treści:

„6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach docelowych.”

zmienia na zapis o treści:

„6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie szkody (w szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach docelowych.”

Ad.5

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.12 SIWZ o treści:

„12. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych lub w zakresie jakości.”

zmienia na zapis o treści:

„12. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia rażących uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych lub w zakresie jakości uniemożliwiających eksploatację tych urządzeń.”

2/ zapis w pkt.XIV.21 b) SIWZ o treści:

„ b) 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... - w przypadku dostawy urządzeń niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

zmienia na zapis o treści:

„ b) 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... - w przypadku dostawy urządzeń niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz rażących uchybień w zakresie jakości uniemożliwiających eksploatację tych urządzeń”

3/ zapis w pkt.XIV.27 b) SIWZ o treści:

„b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy”

zmienia na zapis o treści:

„b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy rażąco, niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego,”

Ad. 6

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.14 SIWZ o treści:

„14. ... Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.”

zmienia na zapis o treści:

„14....Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”

Ad. 7

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.14 SIWZ o treści:

„14. Wykonawca udziela miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na dostarczone i zamontowane urządzenia – w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.”

zmienia na zapis o treści:

„14. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji (minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na dostarczone i zamontowane urządzenia – w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”

2/ zapis w pkt.XIV.15 SIWZ o treści:

„15. Wykonawca udziela miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na wykonane prace. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.”

zmienia na zapis o treści:

„15 Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji (minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na wykonane prace. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”



Ad. 8

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.18 SIWZ o treści:

„18. W ramach uprawnień z rękojmi za wady w wykonanych pracach oraz dostarczonych urządzeniach Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru z zachowaniem uprawnień, o których mowa w pkt.17, prawo do:.....”

zmienia na zapis o treści:

„18 W ramach uprawnień z rękojmi za wady w wykonanych pracach oraz dostarczonych urządzeniach Zamawiającemu przysługuje według wyboru Wykonawcy z zachowaniem uprawnień, o których mowa w pkt.17, prawo do:.....”

Ad. 9

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.18 a) SIWZ o treści:

„ a) żądania wymiany przez Wykonawcę całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.17,”

zmienia na zapis o treści:

„ a) żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.17,”

2/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret drugi SIWZ o treści:

„ - wymianie przez Wykonawcę całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,”

zmienia na zapis o treści:

„ - wymianie przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,”

3/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret czwarty SIWZ o treści:

„ - demontażu i ponownym zamontowaniu całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,”

zmienia na zapis o treści:

„ - demontażu i ponownym zamontowaniu wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,”

4/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret piąty SIWZ o treści:

„ - demontażu całego urządzenia lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego poprawnym zamontowaniu na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,”

zmienia na zapis o treści:

„ - demontażu elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego poprawnym zamontowaniu na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,”

Ad. 10

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.18 c) SIWZ o treści:

„ c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.17”

zmienia na zapis o treści:

„ c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.17,”

Ad. 11

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.18 e) SIWZ o treści:

„ e) żądania od Wykonawcy demontażu całego urządzenia lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego poprawnego zamontowania na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”

zmienia na zapis o treści:

„ e) żądania od Wykonawcy demontażu elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego poprawnego zamontowania na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,”

Ad. 12

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.18 g) SIWZ o treści:

„ g) odstąpienia od umowy, co traktowane będzie jako okoliczność obciążającą Wykonawcę”

zmienia na zapis o treści:

„ g) odstąpienia od umowy, co traktowane będzie jako okoliczność obciążającą Wykonawcę po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych,”

Ad. 13

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.19 SIWZ o treści:

„ 19. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.18 oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.17 i na własny koszt Wykonawcy”

zmienia na zapis o treści:



„ 19. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.18 oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.17 i na własny koszt Wykonawcy z zastrzeżeniami określonymi w niniejszej umowie.”

Ad. 14

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.21 a) SIWZ o treści:

„ a) 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt...., za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,”

zmienia na zapis o treści:

„ a) 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt...., za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,”

2/ zapis w pkt.XIV.21 e) SIWZ o treści:

„ e) 0,3 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... za każdy dzień zwłoki w:....,”

zmienia na zapis o treści:

„ e) 0,1 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... za każdy dzień zwłoki w:....,”

3/ zapis w pkt.XIV.21 f) SIWZ o treści:

„ f) 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług serwisowych, o których mowa w pkt. 14,”

zmienia na zapis o treści:

„ f) 0,1 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług serwisowych, o których mowa w pkt. 14,”

Ad. 15

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.21 b) SIWZ o treści:

„ b) 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... - w przypadku dostawy urządzeń niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

zmienia na zapis o treści:

„ b) 1 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... - w przypadku dostawy urządzeń niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz rażących uchybień w zakresie jakości uniemożliwiających eksploatację tych urządzeń,”

Ad. 16

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret drugi SIWZ o treści:

„- wymianie przez Wykonawcę całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”

zmienia na zapis o treści:



„ - wymianie przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie określonym umową,”

2/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret trzeci SIWZ o treści:

„- usunięciu wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,”

zmienia na zapis o treści:

„ - usunięciu wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie określonym umową,”

3/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret czwarty SIWZ o treści:

„- demontażu i ponownym zamontowaniu całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,”

zmienia na zapis o treści:

„ - demontażu i ponownym zamontowaniu wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie określonym umową,”

4/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret piąty SIWZ o treści:

„- demontażu całego urządzenia lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego poprawnym zamontowaniu na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,”

zmienia na zapis o treści:

„ - demontażu elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego poprawnym zamontowaniu na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie określonym umową,”

5/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret szósty SIWZ o treści:

„- usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru nowego przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rękojmi, w przypadku, o którym mowa w pkt.18 a), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”

zmienia na zapis o treści:

„ - usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru nowego przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rękojmi, w przypadku, o którym mowa w pkt.18 a) w terminie określonym umową,”

Ad. 17

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.21 f) SIWZ o treści:

„Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 10 dni od daty zgłoszenia”

Ad. 18

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.25 SIWZ o treści:

„25. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.”

zmienia na zapis o treści:

„25. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”

Ad. 19

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.26 SIWZ o treści:

„26. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar nie pokryje szkody.”

zmienia na zapis o treści:

„26. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar nie pokryje szkody. Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze”

Ad. 20

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.27 SIWZ o treści:

„27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli :”

zmienia na zapis o treści:

„27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych, jeżeli :”

Ad. 21

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:



1/ zapis w pkt.XIV.27 a) SIWZ o treści:

„a) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,”
zmienia na zapis o treści:

„a) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,”

Ad. 22

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.27 b) SIWZ o treści:

„b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,”
zmienia na zapis o treści:

„b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy rażąco, niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego,”

Ad. 23, Ad.24 i Ad.25

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret pierwszy o treści:

„- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 dni od daty podpisania umowy,”
zmienia na zapis o treści:

„- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy,”

2/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret drugi o treści:

„- podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 dni od daty podpisania umowy,”
zmienia na zapis o treści:

„- podpisanie bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy,”

3/ zapis w pkt.XIV.9 SIWZ tiret pierwszy o treści:

„- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 dni od daty podpisania umowy,”
zmienia na zapis o treści:

„- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy,”

4/ zapis w pkt.XIV.9 SIWZ tiret drugi o treści:

„- podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 dni od daty podpisania umowy,”

zmienia na zapis o treści:

„- podpisanie bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy,”

5/ zapis w pkt. 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ Pozostałe wymagania tiret pierwszy o treści:

„- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 dni od daty podpisania umowy,”

zmienia na zapis o treści:

„- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych – do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy,”

6/ zapis w pkt. 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ Pozostałe wymagania tiret drugi o treści:

„- podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 dni od daty podpisania umowy,”

zmienia na zapis o treści:

„- podpisanie bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy,”

7/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret trzeci o treści:

„- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu,”

zmienia na zapis o treści:

„- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu,”

8/ zapis w pkt.XIV.9 SIWZ tiret trzeci o treści:

„- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu,”

zmienia na zapis o treści:

„- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do

wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu,”

9/ zapis w pkt. 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ Pozostałe wymagania tiret trzeci o treści:

„- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu,”

zmienia na zapis o treści:

„- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu,”

Ad. 26

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.IV.1.3.1 SIWZ o treści:

„1.3.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP.”

zmienia na zapis o treści:

„1.3.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP – dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych.”

2/ zapis w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ o treści:

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP.”

zmienia na zapis o treści:

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP - dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych.”

3/ zapis w pkt.III Formularza Ofertowego o treści:

„Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia spełniają warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP oraz oświadczą, że zaoferowane urządzenia są nowe, kompletne i spełniają wymogi określone w Załączniku Nr 6 oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia spełniają warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP (dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych) oraz oświadczą, że zaoferowane urządzenia są nowe, kompletne i spełniają wymogi określone w Załączniku Nr 6 oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”

4/ zapis w pkt.XIV.2 SIWZ o treści:

„2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczone urządzenia były nowe, kompletne, spełniały warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP - odpowiednie dokumenty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie, spełniały wymogi określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Wymagane

jest również wraz z dostawą kolumn sufitowych dostarczenie ich instrukcji obsługi w języku polskim.”

zmienia na zapis o treści:

„2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczone urządzenia były nowe, kompletne, spełniały warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP (dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych) - odpowiednie dokumenty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie, spełniały wymogi określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Wymagane jest również wraz z dostawą kolumn sufitowych dostarczenie ich instrukcji obsługi w języku polskim.”

Ad. 27

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw angiografu nie wynikających z jego niewłaściwego demontażu, transportu oraz ponownego montażu.

Ad. 28

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszkodzenie wynikające z naturalnego zużycia (inne niż mechaniczne) komponentu próżniowego jakim jest lampa rtg.

Ad. 29

Zamawiający potwierdza, że koszty związane z naprawą uszkodzeń angiografu wykazanych w protokole opisującym stan techniczny i skompletowanie angiografu oraz uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia lampy rtg nie mają być ujęte w cenie.

Ad. 30

Zamawiający potwierdza, że wymienione w zapisie pkt.XIV.14 „usługi serwisowe wliczone w cenę oferty” dotyczą wyłącznie usług gwarancyjnych na dostarczone urządzenia.

Ad. 31

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.21 b) o treści:

„b) 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... - w przypadku dostawy urządzeń niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości.”

zmienia na zapis o treści:

„b) 1 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... - w przypadku dostawy urządzeń niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi,”

Ad. 32

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.2.5 Załącznika Nr 6 do SIWZ o treści:

„5. Miejsce zamontowania kolumny ma umożliwiać bezkolizyjną pracę ramienia C angiografu oraz wykorzystanie monitorów zgodnie z przeznaczeniem.”

zmienia na zapis o treści:

„5. ... Miejsce montażu kolumny zostanie wskazane przez Wykonawcę w wytycznych i poddane Zamawiającemu do akceptacji przy uwzględnieniu czynników:

- spełnienie oczekiwania co do komfortu pracy z urządzeniem,
- nie pozostawanie w kolizji z zakresem ruchów urządzenia oraz fizycznym zasięgiem okablowania wchodzącego w skład angiografu.”

Ad. 33

Zgodnie z odpowiedzią w Ad.1 Zamawiający wyraził zgodę na podział przedmiotu zamówienia na dwa pakiety. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) wprowadza zmianę treści SIWZ w sposób opisany pod udzielonymi odpowiedziami w niniejszym piśmie, w tym również w zakresie Załącznika Nr 6 do SIWZ

Ad. 34

Zamawiający potwierdza, że uruchomienie aparatu nie obejmuje ewentualnych napraw angiografu z wyjątkiem napraw wynikających z jego niewłaściwego demontażu, transportu oraz ponownego montażu.

Ad. 35

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.8 Załącznika Nr 6 do SIWZ o treści:

„8. Przeniesione urządzenie ma być kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.”
zmienia na zapis o treści:

„8. Przeniesione urządzenie zgodnie z protokołem stwierdzającym stan techniczny i skompletowanie angiografu ma być kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem”

Ad. 36

Zamawiający potwierdza, że transport aparatu może się odbyć w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Ad. 37

Zamawiający potwierdza, że za przygotowanie pomieszczeń docelowych, wg wytycznych oraz za uzyskanie niezbędnych dopuszczeń do eksploatacji odpowiedzialny jest Zamawiający.

Ad. 38

Zamawiający informuje, iż umiejscowienie stołu operacyjnego, szyn po których porusza się wózek z ramieniem C angiografu, zawieszenia pod kable angiografu (do ramienia C) oraz położenie kolumny anestezyjologicznej przedstawione na załączonym do oferty rysunku – Załącznik Nr 7 do SIWZ – jest ostateczne.

Ad. 39

a) Zamawiający potwierdza, że za przeniesienie i ponowny montaż tablicy elektrycznej odpowiedzialny jest Zamawiający.

b) Zamawiający potwierdza, że za lampki ostrzegające o promieniowaniu i kable od nich do tabl. elektrycznej i generatora odpowiedzialny jest Zamawiający.

c) Zamawiający potwierdza, że za demontaż, okablowanie i ponowny montaż wyłączników bezpieczeństwa AT i włącznika głównego AET odpowiedzialny jest Zamawiający.

Ad. 40

Zamawiający potwierdza, że zapewnia moc i kable zasilające spełniające warunek imp. pętli zwarcia (0,11 Ohm przy mierzona przy Generatorze) w miejscu wskazanym do montażu tablicy elektrycznej i zapewnia odcinek kabli zasilających pomiędzy tablicą elektryczną i generatorem.

Ad. 41

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C (Pakiet Nr 1 po dokonanej zmianie treści SIWZ) nie odpowiada za opóźnienia spowodowane nieterminowym dostarczeniem i zamontowaniem 2 szt. kolumn (zawieszek) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling (Pakiet Nr 2 po dokonanej zmianie treści SIWZ).

Ad. 42

Zamawiający wymaga, aby kolumna sufitowa była wyposażona w ramiona poziome o długości (mierzonej od osi do osi obrotu) odpowiednio pierwsze ramię 1000mm, drugie ramię 1000mm o sumarycznym zasięgu 2000mm.

Ad. 43

Zamawiający potwierdza, że adaptacja mocowania zawieszenia zostanie wykonana przez Wykonawcę dostarczającego kolumny sufitowe, o których mowa w Pakiecie Nr 2 (po zmianie treści SIWZ).

Ad. 44

Zamawiający informuje, że długość kabli pomiędzy DCS, a kolumną sufitową wynosi 2,5 m.

Ad. 45

Zamawiający potwierdza, że dostarczone zawieszenie (kolumny stacjonarne) zapewni izolację elektryczną od budynku.

Ad. 46

Zgodnie z wymogiem (po dokonanej zmianie treści SIWZ) zawartym w pkt. I, XIV.14, XIV.15 i XIV.16 SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji i wliczonego w cenę oferty serwisu na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 1 i 2 urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy oraz gwarancji na wykonane w Pakiecie Nr 1 prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na angiograf, który stanowi własność Zamawiającego. Ponadto zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.IV.1.3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP - dotyczy zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 kolumn sufitowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga posiadania przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP angiograf, który stanowi własność Zamawiającego.

Ad. 47

Zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ (po zmianie treści SIWZ) w zakresie Pakietu Nr 1 Wykonawca zrealizuje :

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy,
- podpisanie bez uwag trójstronnego – Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1, Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający - pierwszego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego – Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 oraz Zamawiający - pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy,
- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania bez uwag pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu.

Tym samym zgodnie z ww. wymogiem Zamawiający przygotuje pomieszczenia docelowe użytkowania angiografu w terminie od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wytycznych technicznych do 28 dni od daty podpisania umowy.

Ad. 48

Zamawiający informuje, że wymagania odnośnie kolumn sufitowych, o których mowa w Pakiecie Nr 2 (po zmianie treści SIWZ) zostały określone w Załączniku Nr 6.2 do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że kolumny te służyły będą jedynie jako zawieszenia sufitowe elementów angiografu.

Ad. 49

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 6.2 do SIWZ (po zmianie treści SIWZ) kolumna sufitowa, na której zostanie umieszczony zespół monitorów będących częścią składową angiografu ma być wyposażona w ramiona poziome o długości (mierzonej od osi do osi obrotu) odpowiednio pierwsze ramię 1000mm, drugie ramię 1000mm o sumarycznym zasięgu 2000mm, natomiast druga kolumna sufitowa to zawieszenie na którym zostanie zamontowany zespół tj. lampa zabiegowa z ramionami i szyba ochronna z ramionami, będący elementem składowym zestawu angiograficznego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164), wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis na pierwszej stronie SIWZ o treści:

„dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C”

zmienia na zapis o treści:

„dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na: wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszon) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling.”

2/ zapis w pkt.I SIWZ o treści:

„Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika z siedzibą w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13, zwany w dalszej części “Zamawiającym” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C.

Przedmiot zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci Formularza Cenowego (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji), który określa potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, których wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 6 do niniejszej specyfikacji.

Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ określający wymagane oraz oferowane parametry przedmiotu zamówienia oraz wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykonawca załączy do oferty.

Przeniesienie angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 nastąpi z pomieszczenia budynku Pawilonu Nr I do pomieszczenia w budynku Z. Obydwa budynki znajdują się na terenie siedziby Zamawiającego.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Dostawa winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do budynku Z znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego.

Zamawiający w celach poglądowych załącza do SIWZ Dokumentację techniczną pomieszczeń, do których ma zostać przeniesiony angiograf – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Termin realizacji:

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - **do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy,**
- podpisanie bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - **do 28 dni od daty podpisania umowy,**
- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - **do 60 dni od daty podpisania bez uwag pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu,** odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, **oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu,**
- gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń,
- gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego angiografu.
- uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”

zmienia na zapis o treści:

„Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika z siedzibą w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13, zwany w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszek) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling.

Przedmiot zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci Formularza Cenowego (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji), który określa potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- w zakresie Pakietu Nr 1 - wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C,
- w zakresie Pakietu Nr 2 - dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszek) sufitowych (zwanych w dalszej części SIWZ kolumnami sufitowymi) wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling,

których wymagane parametry techniczne określono w Załącznikach Nr 6.1 - 6.2 do niniejszej specyfikacji.

Wypełnione i podpisane Załączniki Nr 6.1 i 6.2 do SIWZ określające wymagane oraz oferowane parametry przedmiotu zamówienia oraz wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykonawca załącza do oferty.

Przeniesienie angiografu typ Artis Zee Ceiling, o którym mowa w Pakiecie Nr 1 nastąpi z pomieszczenia budynku Pawilonu Nr I do pomieszczenia w budynku Z. Obydwa budynki znajdują się na terenie siedziby Zamawiającego.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Dostawa urządzeń, o których mowa w Pakiecie Nr 1 oraz Pakiecie Nr 2 winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do budynku Z znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego.

Zamawiający w celach poglądowych załącza do SIWZ Dokumentację techniczną pomieszczeń, do których ma zostać przeniesiony angiograf – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zrealizuje:

1/ w zakresie Pakietu Nr 1:

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy,
- podpisanie bez uwag trójstronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1, Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkownika angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy,
- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania bez uwag pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkownika angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu,
- gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 1 urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
- gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
- uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

2/ w zakresie Pakietu Nr 2:

- podpisanie bez uwag trójstronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1, Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 przekazanych Zamawiającemu, użytkownika angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy,
- dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszek) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling - do 40 dni od daty podpisania pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 przekazanych Zamawiającemu, użytkownika angiografu,
- gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 2 urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
- uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



3/ zapis w pkt.III.4 SIWZ o treści:

„4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zawierających wybrane przez Wykonawcę pozycje. Oferta nie zawierająca całości asortymentu będzie odrzucona. Jeśli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - postępowanie zostanie unieważnione.”

zmienia na zapis o treści:

„4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez Wykonawcę pakiety. Oferta nie zawierająca całości asortymentu w ramach pakietu będzie odrzucona w ramach tego pakietu. Jeśli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w danym pakiecie - postępowanie zostanie unieważnione w ramach pakietu. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 pakiety.”

4/ zapis w pkt.III.6 SIWZ o treści:

„6. Oferta musi zawierać cenę brutto (w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 ustawy) i netto (zgodnie z Formularzem Ofertowym), wyrażoną w złotych polskich cyfrowo i słownie, obejmującą wszystkie koszty, opłaty, itd.). Postanowienia punktu VI.2 stosuje się odpowiednio.”

zmienia na zapis o treści:

„6. Oferta musi zawierać cenę brutto (w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 ustawy) i netto każdego wybranego przez Wykonawcę pakietu (zgodnie z Formularzem Ofertowym), wyrażoną w złotych polskich cyfrowo i słownie, obejmującą wszystkie koszty, opłaty, itd.). Postanowienia punktu VII.2 stosuje się odpowiednio.”

5/ zapis w pkt.III.7 SIWZ o treści:

„7. Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.”

zmienia na zapis o treści:

„7. Cena brutto zamówienia – - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.”

6/ zapis w pkt.III.11 SIWZ o treści:

„Przetarg nieograniczony na usługi – sprawa nr AE/ZP-27-67/16, nie otwierać przed **08.06.2016 r.**, godz. 10¹⁵,”

zmienia na zapis o treści:

„Przetarg nieograniczony na usługi – sprawa nr AE/ZP-27-67/16, nie otwierać przed **16.06.2016 r.**, godz. 10¹⁵,”

7/ zapis w pkt.IV.1.3.1 SIWZ o treści:

„1.3.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP- dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych.”

zmienia na zapis o treści:

„1.3.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP - dotyczy zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 kolumn sufitowych.”

8/ zapis w pkt.V SIWZ o treści:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Cena brutto | - 90% |
| 2. Czas realizacji | - 10% |

Razem	- 100%
-------	--------

Punktacja zostanie dokonana przez każdego z członków komisji według podanych poniżej wzorów.

V.1.Punktacja w kryterium ceny zostanie obliczona ze wzoru:

$$P1 = 0,90 * \frac{cn}{co} * 100\text{pkt}$$

gdzie:

cn – cena minimalna (brutto),
co –cena badanej oferty (brutto)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 90.

V.2.Punktacja w kryterium czas realizacji zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2 = 0,10 * \frac{\text{wart.param.min}}{\text{wart.param.zaofer}} * 100\text{pkt}$$

gdzie:

wart. param. min. – oznacza najmniejszą wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „czas realizacji” Załącznika nr 6 do SIWZ tj. w ocenianym w pozycji 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z najmniejszą wartością zaoferowanego parametru uzyska 1 punkt, oferta z największą, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 60 dni uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.V.2

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10.

V.3.Punkty przyznane ofercie zostaną obliczone ze wzoru:

$$P = P1 + P2$$

zmienia na zapis o treści:

Dla Pakietów Nr 1-2

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Cena brutto | - 90% |
| 2. Czas realizacji | - 10% |

Razem	- 100%
-------	--------

Punktacja zostanie dokonana przez każdego z członków komisji według podanych poniżej wzorów.

Pakiet Nr 1

V.1.1.Punktacja w kryterium ceny zostanie obliczona ze wzoru:

$$P1.1 = 0,90 * \frac{cn}{co} * 100pkt$$

gdzie:

cn – cena minimalna (brutto),

co –cena badanej oferty (brutto)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 90.

V.1.2.Punktacja w kryterium czas realizacji zostanie obliczona ze wzoru:

$$P1.2 = 0,10 * \frac{wart.param.min}{wart.param.zaofer} * 100pkt$$

gdzie:

wart. param. min. – oznacza najmniejszą wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji 5 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 5 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „czas realizacji” Załącznika nr 6.1 do SIWZ tj. w ocenianym w pozycji 5 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ parametrze oferta z najmniejszą wartością zaoferowanego parametru uzyska 1 punkt, oferta z największą, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 60 dni uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.V.1.2

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10.

V.1.3.Punkty przyznane ofercie zostaną obliczone ze wzoru:

$$P1 = P1.1 + P1.2$$

Pakiet Nr 2

V.2.1.Punktacja w kryterium ceny zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2.1 = 0,90 * \frac{cn}{co} * 100pkt$$

gdzie:

cn – cena minimalna (brutto),

co –cena badanej oferty (brutto)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 90.

V.2.2.Punktacja w kryterium czas realizacji zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2.2 = 0,10 * \frac{wart.param.min}{wart.param.zaofer} * 100pkt$$

gdzie:

wart. param. min. – oznacza najmniejszą wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji 4 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 4 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „czas realizacji” Załącznika nr 6.2 do SIWZ tj. w ocenianym w pozycji 4 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ parametrze oferta z najmniejszą wartością zaoferowanego parametru uzyska 1 punkt, oferta z największą, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością

zaoferowanego parametru tj. 40 dni uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.V.2.2

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10.

V.2.3.Punkty przyznane ofercie zostaną obliczone ze wzoru:

$$P2 = P2.1 + P2.2$$

9/ zapis w pkt.VI.3 SIWZ o treści:

„3. Każdy z członków komisji ocenia każdą ofertę przyznając jej punkty według wzorów określonych w pk.V.1-V.3”

zmienia na zapis o treści:

„3. Każdy z członków komisji ocenia każdą ofertę przyznając jej punkty według wzorów określonych w pk.V.1-V.2.”

10/ zapis w pkt.IX.1 SIWZ o treści:

„1. Oferty należy składać w terminie do dnia **08.06.2016r., godz.10⁰⁰** w budynku Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11 - w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską z uwzględnieniem postanowień pkt 3.”

zmienia na zapis o treści:

„1. Oferty należy składać w terminie do dnia **16.06.2016r., godz.10⁰⁰** w budynku Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11 - w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską z uwzględnieniem postanowień pkt 3.”

11/ zapis w pkt.X.1 SIWZ o treści:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **08.06.2016r. o godz.10¹⁵** w budynku Dyrekcji przy ul. Szpitalnej 13, pokój nr 11”

zmienia na zapis o treści:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **16.06.2016r. o godz.10¹⁵** w budynku Dyrekcji przy ul. Szpitalnej 13, pokój nr 11.”

12/ zapis w pkt.XIV SIWZ zastępuje zapisem o treści zgodnej z treścią pkt. XIV załączonej do niniejszego pisma SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

13/ zapis w pkt.XV.8 SIWZ o treści:

„8. Wymagane i oferowane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 6”

zmienia na zapis o treści:

„8. Wymagane i oferowane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 6.1- 6.2.”

14/ zapis w pkt.I Formularza Ofertowego o treści:

„I. Cena .Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za kwotę:

NETTO :

/ słownie złotych /

BRUTTO :

/ słownie złotych /”

zmienia na zapis o treści:

„II. Cena .Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ

Pakiet Nr 1 za kwotę:

NETTO :

/ słownie złotych /

BRUTTO :

/ słownie złotych /



Pakiet Nr 2 za kwotę:

NETTO :
 / słownie złotych /
 BRUTTO :
 / słownie złotych /"

15/ zapis w pkt.III Formularza Ofertowego o treści:

„Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia spełniają warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP (dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych) oraz oświadcza, że zaoferowane urządzenia są nowe, kompletne i spełniają wymogi określone w Załączniku Nr 6 oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia w okresie m-cy (minimum 12 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

Gwarancja na wykonane prace w okresie m-cy (minimum 6 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane:

- w Pakiecie Nr 1 urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia są nowe, kompletne i spełniają wymogi określone w Załączniku Nr 6.1 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6.1 do SIWZ.

- w Pakiecie Nr 2 urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia spełniają warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP oraz oświadcza, że zaoferowane w Pakiecie Nr 2 urządzenia są nowe, kompletne i spełniają wymogi określone w Załączniku Nr 6.2 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6.2 do SIWZ.

W zakresie Pakietu Nr 1:

- gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 1 urządzenia w okresie m-cy (minimum 12 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- gwarancja na wykonane prace w okresie m-cy (minimum 6 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

W zakresie Pakietu Nr 2:

- gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 2 urządzenia w okresie m-cy (minimum 12 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

- uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”

16/ zapis w pkt.IV Formularza Ofertowego o treści:

„IV. Oferowane warunki rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą za zrealizowane usługi”

zmienia na zapis o treści:

„IV. Oferowane warunki rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą za zrealizowane usługi i dostawy/dostawy.”

17/ zapis w pkt.IV.3 Formularza Ofertowego o treści:

„3. Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych



do wózka z ramieniem C - do dni (nie więcej niż 60 dni) od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu”

zmienia na zapis o treści:

„3. W zakresie Pakietu Nr 1 - Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do dni (nie więcej niż 60 dni) od daty podpisania bez uwag pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu.”

18/ dodaje w pkt.IV Formularza Ofertowego pkt.4 o treści:

„W zakresie Pakietu Nr 2 - dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling - do dni (nie więcej niż 40 dni) od daty podpisania pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 przekazanych Zamawiającemu, użytkowania angiografu”

19/ zapis w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ o treści:

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP - dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych”

zmienia na zapis o treści:

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP - dotyczy zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 kolumn sufitowych.”

20/ zmienia treść Załącznika Nr 1 do SIWZ na treść zgodną z treścią Załącznika Nr 1 załączonego do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

21/ usuwa treść Załącznika Nr 6 do SIWZ

22/ dodaje Załącznik Nr 6.1 do SIWZ o treści zgodnej z treścią Załącznika Nr 6.1 załączonego do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

23/ dodaje Załącznik Nr 6.2 do SIWZ o treści zgodnej z treścią Załącznika Nr 6.2 załączonego do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz powyżej dokonanymi zmianami treści SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 16.06.2016r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 16.06.2016r godz. 10:15.**

W konsekwencji Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu SIWZ wraz z załącznikami po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

