



Znak: AE/ZP-27-71/16

Tarnów, 2016-06- 03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: zestawów do drenażu ran w systemie zamkniętym z drenami, cewników urologicznych, zatyczek do cewników, stentów wieńcowy na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści dreny z otworami o stałej/jednakowej średnicy?
2. **Dotyczy zapisów SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2.** Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być pakowane w opakowanie podwójne czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania folia/papier?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki pezzera mają być sterylizowane radiacyjnie?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Prosimy o sprecyzowanie czy otwory boczne w cewniku pezzera mają cechować się średnicą nie większą niż 5 mm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki pezzera mają być pakowane w opakowanie podwójne czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania folia/papier?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** drenów z trokarem z otworami o stałej/jednakowej średnicy.

Ad. 2 Zamawiający nie zastrzegł w SIWZ możliwości wzywania Wykonawców w przypadku wątpliwości próbek zaoferowanego sprzętu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ, i nie wprowadza zmian w tym zakresie. Zgodnie z pkt IV.4 Wykonawcy winni załączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (Zamawiający dopuścił załączenie w tym zakresie katalogów, folderów), natomiast zgodnie z pkt IV.1.3 Wykonawca winien złożyć z ofertą świadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby cewniki oferowane w **Pakiecie nr 2 poz. 1 i 2** były pakowane podwójnie czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania folia/papier, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane cewniki winny być sterylne.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby cewniki pezzera oferowane w **Pakiecie nr 2 poz. 3** były sterylizowane radiacyjnie, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane cewniki winny być sterylne.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby otwory boczne w cewnikach pezzera zaofertowanych w **Pakiecie nr 2 poz. 3** cechowały się średnicą nie większą niż 5 mm.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby cewniki pezzera oferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** były pakowane podwójnie czyli wewnętrzne opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania folia/papier, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane cewniki winny być sterylne.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

