

Wymagania dla przedmiotu zamówienia**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1		
1.	Wszystkie zestawy wyposażone są kompletnie w niezbędne odczynniki: żele gotowe do użytku, barwnik w postaci roztworu stężonego, bufor w postaci roztworu stężonego, odbarwiacz w postaci roztworu stężonego - nie zawierający kwasu octowego	
2.	Do rozdzielania białek surowicy stosowana jest surowica nierozcieńczona 10 µl. Nakładanie materiału biologicznego (surowica natywna) na żel agarozowy za pomocą jednorazowego aplikatora	
3.	Rozdział białek surowicy charakteryzuje się stabilnością β lipo we frakcji β1	
4.	Zestawy odczynnikowe zawierają po 10 płytek z żelem agarozowym po 7 rozdzielów na każdej płytce (razem opakowanie to 70 oznaczeń)	
5.	Proces utrwalania rozdzielów elektroforetycznych: metoda termiczna (metoda chemiczna z kwasem octowym oraz alkoholem etylowym - wyeliminowana)	
6.	Aplikacja próbek na żel półautomatyczna (wyeliminowanie potencjalnych błędów przed analitycznych, wszystkie próbki nakładane na żel w tym samym czasie)	
7.	Poza zestawem odczynnik służący do rozcieńczania surowic lipemicznych i nieklarownych - FIUIDIL - gotowy do użycia - 2 fiołki	
8.	Termin ważności - min. 10 miesięcy od daty dostawy	
9.	Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia materiału kontrolnego w ilości nie większej 1 opakowanie na rok trwania umowy	
10.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
11.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1		
1.	Czynnik reumatoidalny RF: metoda latexowa, w zestawie kontrola dodatnia i ujemna	
2.	Możliwość wykonania badania w 10 min.,	
3.	W opakowaniach nie większych niż 50 sztuk,	
4.	Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
5.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 2		
1.	Czynnik reumatoidalny Waalere - Rose, metoda hemaglutynacji, test do jakościowego i półilościowego oznaczania, w zestawie kontrola dodatnia i ujemna,	
2.	Możliwość wykonania badania w 10 min.,	
3.	W opakowaniach nie większych niż 50 sztuk,	
4.	Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
5.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 3		
1.	Test do jakościowego oznaczania antystreptolizyny O-ASO, metoda lateksowa, w zestawie kontrola dodatnia i ujemna	
2.	Możliwość wykonania badania w 10 min.,	
3.	W opakowaniach nie większych niż 50 sztuk,	
4.	Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
5.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 4		
1.	Kasetkowe testy immunochromatograficzne do jakościowego oznaczania hemoglobiny ludzkiej w próbce kału - bez konieczności stosowania diety bezmięsnej	
2.	Kasetki posiadające pola: kontroli aktywności testu i testowe	
3.	Konfekcjonowanie do 50 oznaczeń w opakowaniu	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
4.	Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Czułość testu dla hemoglobiny ludzkiej nie mniejsza niż 50 ng/ml.	
6.	Swoistość - testy swoiste tylko dla hemoglobiny ludzkiej, nie dające reakcji krzyżowych z hemoglobina zwierzęcą ani z bilirubina, witamina C i peroksydazą chrzanową	
7.	Możliwość uzyskania wyniku do 10 min	
8.	Testy gwarantujące czystą i bezpieczną pracę personelu (opisać na czym polega spełnienie wymogu)	
9.	Gotowe do użycia kompletne zestawy zawierające wszystkie elementy do przeprowadzenia procedury	
10.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
11.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 1		
1.	Test ciążowy - paskowy do oznaczania HCG w moczu, czułość 25 IU/l	
2.	Możliwość wykonania badania w 10 min.	
3.	Pakowane indywidualnie, w opakowaniach zbiorczych nie większych niż 50 oznaczeń	
4.	Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
5.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 2		
1.	Test ureazowy suchy, kasetkowy, jakościowy, do wykrywania Helicobacter pylori w wycinkach z żołądka i opuszki dwunastnicy	
2.	Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
4.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 3		
1.	Szybki mokry test ureazowy do wykrywania <i>Helicobacter pylori</i> w wycinkach z żołądka i dwunastnicy	
2.	Możliwość uzyskania wyniku: przy wysokim stopniu zakażenia - do 15 minut, przy średnim stopniu zakażenia do 60 min, przy niskim stopniu zakażenia do 120 min	
3.	Możliwość przechowywania testu w temperaturze pokojowej	
4.	Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
5.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 1		
1.	Test kasetkowy na obecność <i>Helicobacter pylori</i> - antygen w kale	
2.	Możliwość uzyskania wyniku w 10 min	
3.	Konfekcjonowanie do 25 oznaczeń w opakowaniu	
4.	Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy	
5.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 1		
1.	Testy do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM Jr. Singnature firmy ITC	
2.	Termin ważności odczynników - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
4.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz. 1		
1.	Test wykrywający wirusa RSV z nosogardzieli	
2.	Każdy test pakowany osobno, w zbiorczych opakowaniach maksymalnie do 20 testów	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
3.	Możliwość odczytania wyniku maksymalnie do 10 minut	
4.	Wmazówki, którymi będzie się pobierać materiał dostosowane do dzieci i niemowląt, wykonane z giętkiego tworzywa, o średnicy nie przekraczającej 1 mm, umożliwiające bezpieczne pobranie materiału z nosogardzieli. Pakowane indywidualnie, jałowe.	
5.	Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)	
6.	Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
7.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
8.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 7 poz. 1		
1.	Test wykrywający wirusa grypy typu A i B z nosogardzieli	
2.	Każdy test pakowany osobno, w zbiorczych opakowaniach maksymalnie do 20 testów	
3.	Możliwość odczytania wyniku maksymalnie do 10 minut	
4.	Wmazówki, którymi będzie się pobierać materiał dostosowane do dzieci i niemowląt, wykonane z giętkiego tworzywa, o średnicy nie przekraczającej 1 mm, umożliwiające bezpieczne pobranie materiału z nosogardzieli. Pakowane indywidualnie, jałowe.	
5.	Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)	
6.	Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
7.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
8.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 1		
1.	Szybki test zanurzeniowy do wykrywania wód płodowych w wydzielinie z pochwy przeznaczony do diagnostyki w przypadku podejrzenia ryzyka wczesnego porodu	
2.	W opakowaniach zbiorczych maksymalnie do 20 testów	
3.	Możliwość odczytania wyniku maksymalnie po 10 minutach	
4.	Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia (podać skład zestawu)	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
5.	Termin ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
6.	Do oferty oraz do każdej dostawy załączona instrukcja używania (w języku polskim) wystawiona przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia	
7.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty