



Znak: AE/ZP-27-76/16

Tarnów, 2016-06-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszek) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 22 ppkt. a, e, f** – Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowy netto, przez dodanie sformułowania: „nie więcej jednak niż 10% wartości umowy netto”- na końcu podpunktu. Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
2. **Dotyczy XIV SIWZ pkt 5** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania napraw angiografu koszty naprawa pokrywa Zamawiający
3. **Dotyczy XIV SIWZ pkt 7** Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszkodzenie wynikające z naturalnego zużycia (inne niż mechaniczne) komponentu próżniowego jakim jest lampa rtg. Zwracamy uwagę, że elementy próżniowe nawet w czasie przestoju aparatu mogą się zużywać. Zabezpieczenie ryzyka, za które nie odpowiada Wykonawca będzie miało istotny wpływ na cenę usługi.
4. **Dotyczy XIV SIWZ pkt 13** Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z naprawą uszkodzeń angiografu wykazanych w protokole opisującym stan techniczny i skompletowanie angiografu oraz uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia lampy rtg nie mają być ujęte w cenie.
5. **Dotyczy Załącznika nr 6 pkt 10** Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie nie obejmuje ewentualnych napraw aparatu za które nie odpowiada Wykonawca.
6. Prosimy o potwierdzenie że transport aparatu może się odbyć w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18
7. Prosimy o potwierdzenie, że za przygotowanie pomieszczeń docelowych, wg wytycznych oraz za uzyskanie niezbędnych dopuszczeń do eksploatacji odpowiedzialny jest Zamawiający.
8. **Dotyczy Załącznik Nr 7 do SIWZ** Prosimy o potwierdzenie, że rozmieszczenie elementów na rysunku jest ostateczne.

9. Prosimy o potwierdzenie, że za:

- a) przeniesienie i ponowny montaż tablicy elektrycznej
- b) lampki ostrzegające o promieniowaniu i kable od nich do tabl. elektrycznej i generatora
- c) demontaż, okablowanie i ponowny montaż wyłączników bezpieczeństwa AT i włącznika głównego AET

odpowiedzialny jest Zamawiający

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia moc i kable zasilające spełniające warunek imp. pętli zwarcia (0,11 Ohm przy mierzonej przy Generatorze) w miejscu wskazanym do montażu tablicy elektrycznej i zapewnia odcinek kabli zasilających pomiędzy tablicą elektryczną i generatorem

11. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiedzialny za "przeniesienie angiografu" nie odpowiada za opóźnienia spowodowane terminem montażu i adaptacji stacjonarnych kolumn sufitowych, a czas i instalacji będzie tych elementów będzie wystarczający na wykonanie prac przez Zamawiającego (minimum 15 dni roboczych)

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od dostawcy kolumny sufitowej zapewnienia zasięgu kolumn z monitorami 2m"

13. Prosimy o potwierdzenie, że adaptacja mocowania zawieszenia zostanie wykonana przez dostawcę kolumn sufitowych

14. Prosimy o podanie żadnej długości kabli pomiędzy DCS, a kolumną sufitową.

15. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczone zawieszenie (kolumny stacjonarne) zapewni izolację elektryczną od budynku, co jest wymogiem producenta aparatu.

16. Dotyczy SIWZ i Formularza Ofertowego

Prosimy o potwierdzenie, że w miejscach gdzie jest mowa o urządzeniach stanowiących przedmiot umowy i Zamawiający stawia wymogi co do gwarancji, spełniania warunków dopuszczenia do obrotu itd. należy rozumieć, że zapisy dotyczą dostarczanych w ramach zamówienia urządzeń tj. szyn i kolumn, a nie przenoszonego aparatu

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ zapis w pkt.XIV.22 a) SIWZ o treści:

„a) 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt...., za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”

zmienia na zapis o treści:

„a) 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt...., za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy netto.”

2/ zapis w pkt.XIV.22 e) SIWZ o treści:

„e) w terminie określonym umową,”

zmienia na zapis o treści:

„e) w terminie określonym umową, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy netto,”

3/ zapis w pkt.XIV.22 f) SIWZ o treści:

„f) 0,1 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług serwisowych, o których mowa w pkt. 14 i 15”



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



zmienia na zapis o treści:

„f) 0,1 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt.... za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług serwisowych, o których mowa w pkt. 14 i 15, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy netto”

Ad. 2

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw angiografu nie wynikających z jego niewłaściwego demontażu, transportu oraz ponownego montażu.

Ad. 3

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszkodzenie wynikające z naturalnego zużycia (inne niż mechaniczne) komponentu próżniowego jakim jest lampa rtg.

Ad. 4

Zamawiający potwierdza, że koszty związane z naprawą uszkodzeń angiografu wykazanych w protokole opisującym stan techniczny i skompletowanie angiografu oraz uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia lampy rtg nie mają być ujęte w cenie.

Ad. 5

Zamawiający potwierdza, że uruchomienie aparatu nie obejmuje ewentualnych napraw angiografu z wyjątkiem napraw wynikających z jego niewłaściwego demontażu, transportu oraz ponownego montażu.

Ad. 6

Zamawiający potwierdza, że transport aparatu może się odbyć w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Ad. 7

Zamawiający potwierdza, że za przygotowanie pomieszczeń docelowych, wg wytycznych oraz za uzyskanie niezbędnych dopuszczeń do eksploatacji odpowiedzialny jest Zamawiający.

Ad. 8

Zamawiający informuje, iż umiejscowienie stołu operacyjnego, szyn po których porusza się wózek z ramieniem C angiografu, zawieszenia pod kable angiografu (do ramienia C) oraz położenie kolumny anestetycznej przedstawione na załączonym do oferty rysunku – Załącznik Nr 7 do SIWZ – jest ostateczne.

Ad. 9

a) Zamawiający potwierdza, że za przeniesienie i ponowny montaż tablicy elektrycznej odpowiedzialny jest Zamawiający.

b) Zamawiający potwierdza, że za lampki ostrzegające o promieniowaniu i kable od nich do tabl. elektrycznej i generatora odpowiedzialny jest Zamawiający.

c) Zamawiający potwierdza, że za demontaż, okablowanie i ponowny montaż wyłączników bezpieczeństwa AT i włącznika głównego AET odpowiedzialny jest Zamawiający.

Ad. 10

Zamawiający potwierdza, że zapewnia moc i kable zasilające spełniające warunek imp. pętli zwarcia (0,11 Ohm mierzona przy Generatorze) w miejscu wskazanym do montażu tablicy elektrycznej i zapewnia odcinek kabli zasilających pomiędzy tablicą elektryczną i generatorem.

Ad. 11

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C (Pakiet Nr 1) nie odpowiada za opóźnienia spowodowane nieterminowym dostarczeniem i zamontowaniem 2 szt. kolumn (zawiesz) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling (Pakiet Nr 2).

Ad. 12

Zamawiający wymaga, aby kolumna sufitowa była wyposażona w ramiona poziome o długości (mierzonej od osi do osi obrotu) odpowiednio pierwsze ramię 1000mm, drugie ramię 1000mm o sumarycznym zasięgu 2000mm.

Ad. 13

Zamawiający potwierdza, że adaptacja mocowania zawieszenia zostanie wykonana przez Wykonawcę dostarczającego kolumny (zawieszenia) sufitowe, o których mowa w Pakiecie Nr 2.

Ad. 14

Zamawiający informuje, że długość kabli pomiędzy DCS, a kolumną sufitową wynosi 2,5 m.

Ad. 15

Zamawiający potwierdza, że dostarczone kolumny (zawieszenia) sufitowe, o których mowa w Pakiecie Nr 2 zapewnią izolację elektryczną od budynku.

Ad. 16

Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. I, XIV.14, XIV.15 i XIV.16 SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji i wliczonego w cenę oferty serwisu na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 1 i 2 urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy oraz gwarancji na wykonane w Pakiecie Nr 1 prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na angiograf, który stanowi własność Zamawiającego. Ponadto zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.IV.1.3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP - dotyczy zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 kolumn sufitowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga posiadania przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP angiograf, który stanowi własność Zamawiającego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

