

Dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
1.	Glukometry do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej	
2.	Czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund	
3.	Pojemność pamięci minimum 300 wyników	
4.	Hematokryt w zakresie 20-70 %	
5.	Minimalny zakres pomiarowy 0,6 - 33,3 mmol/l = 10 - 600 mg/dl	
6.	Wymagana objętości krwi - nie większa niż 0,8 ul	
7.	Możliwość przeprowadzenia oznaczenia z próbki: krwi włośniczkowej oraz krwi pobranej od noworodka	
8.	Automatyczne włączanie i wyłączanie glukometru - glukometr włącza się samoczynnie poprzez wprowadzenie testu paskowego oraz wyłącza się automatycznie w ciągu 5 sekund po wyjęciu testu po usunięciu paska	
9.	Zasada pomiaru: biosensoryczna	
10.	Kalibracja - za pomocą klucza kodującego specyficznego do serii pasków, stosowana dla osocza	
11.	Oznaczenie wyników pomiaru - możliwość opatrzenia wyników komentarzem "przed posiłkiem", "po posiłku"	
12.	Możliwość ustawienia alarmów przypominających o potrzebie wykonania badania	
13.	Materiał kontrolny na trzech poziomach	
14.	Okres ważności materiału kontrolnego minimum 6 miesięcy po otwarciu fiolki	
15.	Wyrzutnik pasków pomiarowych	
16.	Wielkość cyfr wyświetlacza min. 1 cm.	
17.	Możliwość obliczania przez glukometr średniej wyników z: 7, 14, 30, 90 dni	
18.	Spełnianie wymogów normy PN-EN ISO 15197:2010 - systemy do badań diagnostycznych in vitro- wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę lub równoważnej	
19.	Stabilność testów paskowych - nie mniej niż 18 miesięcy od daty produkcji	
20.	Gwarantowany okres ważności testów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy	

.....

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty		
21.	Okres ważności pasków po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy	
22.	Zarówno glukometry jak i testy dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2015, poz. 876 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
23.	Dostawa glukometrów i materiałów kontrolnych - wraz z pierwszą zamówioną dostawą testów paskowych	
24.	Instrukcja prowadzenia badań w języku polskim, która będzie dostarczona wraz z glukometrami	
25.	Do oferty załączone materiały informacyjne producenta (w języku polskim) dotyczące oferowanych glukometrów i testów paskowych do nich	
26.	Gwarancja sprawności aparatów przez okres obowiązywania umowy, w tym wliczone w dzierżawę materiały kontrolne zabezpieczające kontrolę wszystkich glukometrów na trzech poziomach 2 razy w tygodniu	
27.	Wliczony w dzierżawę serwis: w przypadku awarii czas wymiany na sprawny aparat - do 3 dni roboczych. Wysłanie aparatu do naprawy jak i przysłanie sprawnego na koszt Wykonawcy	
28.	Zasilanie - bateria litowa; podać rodzaj baterii i informację na ile pomiarów zabezpiecza pracę glukometru	
29.	Kapilara zasysająca na szczycie paska testowego	

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty