



Znak: AE/ZP-27-80/16

Tarnów, 2016-07-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 41.** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z cewnikiem balonowym o RBP 20 atm, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 13.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania: cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego; dostępny w średnicach 5F, 5,5F, 6F, 7F, oraz 8F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F i 8F; zmniejszający światło cewnika o max. 1F; konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką; możliwość szybkiej wymiany po przewodniku angioplastycznym o długości 180 cm; miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika; długość użytkowa 150 cm; długość przedłużającego segmentu RX – 25 cm; dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii; światło wewnętrzne 0,046” (dla cewnika 5F), 0,051” (dla cewnika 5,5F), 0,056” (dla cewnika 6F), 0,062” (dla cewnika 7F), 0,071” (dla cewnika 8F)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 28.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w Pakiecie Nr 28 Załącznika 7 do SIWZ stentgraftów wieńcowych na cewniku balonowym o następujących parametrach technicznych: pkt 1 materiał – jednowarstwowy stentgraft z PTFE, pojedynczy stent kobaltowo-chromowy rozprężany na balonie, system wprowadzający typu RX; pkt 3 – wymagane długości (mm) mieszczące się w zakresie od 16 do 24 mm (dla średnicy 3,0 mm wymagane przynajmniej 3 wymiary); pkt 4 – system odpowiedni dla przewodnika o średnicy 0,014 cala, współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F; pkt 8 – profil przejścia dla średnicy 3,0 mm równy lub poniżej 0,047 cala; pkt 9 – możliwość doprężenia stentu w zakresie 0,27 – 0,46 mm powyżej nominalnej średnicy, bez utraty właściwości systemu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 41** cewnika balonowego o RBP 20 atm.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 13** opisanego w pytaniu cewnika przedłużającego dla cewnika prowadzącego. Oferowane cewniki winny spełniać wymagania określone w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 6 do SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28** opisanych w pytaniu stentgraftów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a