

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 4 - Introduktor do tętnicy udowej oraz zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej	
Pozycja 1 i 2 - Introduktor do tętnicy udowej	
1. w zestawie co najmniej - introduktor z zastawką hemostatyczną i łącznikiem bocznym zakończonym kranikiem trójdrożnym, rozszerzacz naczyniowy; w wersji długiej wymagany obturator ((Zamawiający dopuszcza oddzielnie zapakowany obturator, pod warunkiem podania w Formularzu Cenowym również jego numeru katalogowego)	
2. długości w zakresie 10 - 25 cm (wersje krótkie i długie; wersja długa równa lub powyżej 20 cm); w wersji krótkiej co najmniej: 6F, 7F; w wersji długiej co najmniej 6F, 7F. Podać zaoferowane średnice i długości introduktora oraz informację o posiadaniu obturatora w wersji długiej.	
3. pokrycie umożliwiające łatwe, atraumatyczne wprowadzanie do tętnic w trudnych warunkach (krwiaki, zrosty)	
4. elastyczność, odporność na zgięcia co najmniej do 45 stopni (bez załamывania światła)	
5. łatwo zdejmowalna nasadka zastawki hemostatycznej (w razie konieczności pilnego demontażu)	
Pozycja 3 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej	
1. w zestawie co najmniej: igła do nakłucia tętnicy promieniowej - co najmniej jeden rozmiar spośród: 20G, 21G, 22G introduktor w rozmiarze 5F i 6F oraz o długości równej lub powyżej 10 cm, z zastawką hemostatyczną i łącznikiem bocznym zakończonym kranikiem trójdrożnym, ostrościęty rozszerzacz naczyniowy, przewodnik o średnicy równej lub poniżej 0,025 cala	
Pakiet Nr 8 - Wysokociśnieniowy dren i wkład do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion	
Pozycja 1 - Dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion	
1. dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion, wykonany z materiału przezroczystego	
2. z łącznikami ruchomym "męskim" i nieruchomym "żeńskim"	
3. długość mieszcząca się w zakresie od 100 cm do 150 cm (podać zaoferowane długości)	
Pozycja 2- Wkład wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion	
1. wkład wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion, wykonany z materiału przezroczystego, objętość 150 ml	
2. z łącznikiem ruchomym "męskim"	
3. tłoczek z podwójnym uszczelnieniem	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 13 - Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego	
1. do użycia z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F, 8F (podać średnicę wewnętrzną i zewnętrzną zaoferowanych cewników)	
2. konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie cewnika przedłużającego i kontynuację zabiegu angioplastycznego przez zastawkę łącznika typu Y połączonego z cewnikiem prowadzącym	
3. na cewniku dystalnie umieszczony znacznik widoczny w skopii	
4. system monorail rapid exchange (RX), podać długość użytkową oraz długość segmentu RX (w cm)	
Pakiet Nr 27 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy	
1. materiał - stal 316L lub kobalt-chrom lub platyna-chrom; system monorail rapid exchange (RX); podać w cm zaoferowaną długość roboczą w cm	
2. wymagane średnice (mm) co najmniej 4,5; podać zaoferowane średnice	
3. wymagane długości (mm): mieszczące się w zakresie od 6 mm do 40 mm (dla średnicy 4,5 mm wymagane co najmniej 5 wymiarów) - podać zaoferowane długości	
4. system odpowiedni dla przewodnika o średnicy 0,014 cala	
5. ciśnienie nominalne dla średnicy 4,5 mm równe lub poniżej 12 bar (podać wartość)	
6. ciśnienie RBP dla średnicy 4,5 mm równe lub powyżej 14 bar (podać wartość RBP w barach i wartość przyrostu średnicy w mm przy RBP)	
7. dołączyć kopię oryginalnej tabeli podatności (compliance chart)	
8. podać wartość profilu przejścia dla średnicy 4,5 mm w calach	
9. podać grubość strut dla średnicy 4,5 mm (w mikrometrach)	
Pakiet Nr 28 - Stentgraft wieńcowy na cewniku balonowym	
1. materiał - pojedyncza warstwa kobalt-chrom pokrywana pasywnie; system monorail rapid exchange (RX); podać nazwę materiału użytego do uszczelnienia; podać zaoferowaną długość roboczą w cm	
2. wymagane średnice (mm) co najmniej: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 - podać zaoferowane średnice	
3. wymagane długości (mm): mieszczące się w zakresie od 15 mm do 26 mm (dla średnicy 3,0 mm wymagane przynajmniej 3 wymiary) - podać zaoferowane długości	
4. system odpowiedni dla przewodnika o średnicy 0,014 cala; współpraca z cewnikiem prowadzącym 6F	
5. podać wartość ciśnienia nominalnego dla średnicy 3,0 mm (bar)	
6. podać wartość ciśnienia RBP dla średnicy 3,0 mm (bar)	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
7. dołączyć kopię oryginalnej tabeli podatności (compliance chart)	
8. profil przejścia dla średnicy 3,0 mm równy lub poniżej 0,046 cala	
9. możliwość doprężenia stentu o co najmniej 0,5 mm powyżej średnicy nominalnej, bez utraty właściwości systemu (dla wszystkich średnic)	
Pakiet Nr 36 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym zmniejszający embolizację w ostrych zespołach wieńcowych lub przy zabiegach w żylnych pomostach aortalno - wieńcowych	
1. materiał - kobalt-chrom; system monorail rapid exchange (RX); podać zaoferowaną długość roboczą w cm	
2. podać zaoferowane długości i średnice w mm	
3. system odpowiedni dla przewodnika o średnicy 0,014 cala	
4. podać wartość ciśnienia nominalnego i ciśnienia RBP dla średnicy 3,0 mm (podać wartość w barach i wartość przyrostu średnicy przy RBP w mm)	
5. dołączyć kopię oryginalnej tabeli podatności dla wszystkich zaoferowanych rozmiarów stentów (compliance chart)	
6. podać wartość profilu przejścia dla średnicy 3,0 mm (w calach)	
7. podać grubość strut dla średnicy 3,0 mm (w mikrometrach)	
8. protekcja przed embolizacją - siateczka rozpięta na stencie (podać nazwę materiału)	
Pakiet Nr 38 - Stent wieńcowy samorozprężalny, uwalniający lek antyproliferacyjny	
1. Stent wieńcowy samorozprężalny, uwalniający lek antyproliferacyjny (pochodną sirolimusa) ; do stosowania w ostrych zespołach wieńcowych, w naczyniach o dużej różnicy średnic sąsiednich odcinków, w ektazjach, w pomostach żylnych	
2. materiał - podać; podać nazwę uwalnianego leku i sposób uwalniania; podać zaoferowaną długość roboczą w cm; zaoferowany stent pozwala na zaopatrzenie leczonej zmiany bez konieczności użycia dodatkowego stentu	
3. wymagane co najmniej 3 średnice i 3 długości - podać zaoferowane w mm	
4. dołączyć kopię oryginalnej tabeli podatności dla wszystkich zaoferowanych rozmiarów stentów (compliance chart)	
5. w cenie oferty ujęte szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego, w zakresie użycia oferowanego stentu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym	
6. podać nazwę przynajmniej jednego randomizowanego badania klinicznego z przynajmniej 6-miesięcznym okresem obserwacji potwierdzającego korzyści z użycia oferowanego stentu	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 41 - Cewnik balonowy angioplastyczny wieńcowy, niepodatny, do twardych i zwapniałych zwężeń	
1. typ - niepodatny (non-compliant); RBP powyżej 30 bar; system monorail rapid exchange (RX); podać długość roboczą zaoferowanego cewnika - w cm	
2. podać zaoferowane średnice i długości (mm)	
3. odpowiedni dla prowadnika o średnicy 0,014 cala	
4. podać wartość ciśnienia nominalnego i ciśnienia RBP dla średnicy 3,0 mm (podać wartość w barach i wartość przyrostu średnicy przy RBP w mm)	
5. dołączyć kopię oryginalnej tabeli podatności (compliance chart)	
6. do zestawu dołączony inflator, umożliwiający osiągnięcie oferowanego ciśnienia RBP	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty