



Znak: AE/ZP-27-82/16

Tarnów, 2016-07- 25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: zestawów do drenażu ran w systemie zamkniętym z drenami, szybkich testów immunochromatograficznych do jednoczesnego wykrywania antygenu rotawirusa, adenowirusa i noro wirusa oraz odczynniki, kalibratory i kontrole do oznaczeń anty-CCP dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Prosimy Zamawiającego o podanie harmonogramu kontroli dla anty-CCP – jak często i na ilu poziomach?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający miał na myśli produkt, którego komora posiada minimum 2 zastawki antyzwrotne na wejściu i wyjściu, w miejsce opisywanej w SIWZ lokalizacji worka.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę by termin ważności: odczynników, materiałów kalibrujących i kontrolnych był nie krótszy niż 4-6 miesięcy od daty dostawy.
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane za pośrednictwem poczty elektronicznej?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”
7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie XIV.10?
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.11 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.13 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.15 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zdania: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: w Załączniku Nr 6 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 3 dodaje pkt 6 o treści „Ilość zaoferowanych odczynników i innych materiałów uwzględnia oprócz liczby oznaczeń określonych w Załączniku Nr 1 również przeprowadzenie pełnej kontroli 1 raz w tygodniu na 2 poziomach”.

Ad. 2 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 poz. 1 zapis o treści „Zestawy do drenażu ran w systemie zamkniętym, z wbudowanym filtrem hydrofobowym; minimalny skład zestawu: komora do wytwarzania podciśnienia, worek na odsysaną treść z zastawkami antyzwrotnymi, uniwersalny łącznik do drenów CH10-18 niezwiązujący ich światła wewnętrznego (bez łącznika Y)” zastępuje zapisem o treści „Zestawy do drenażu ran w systemie zamkniętym, z wbudowanym filtrem hydrofobowym, minimum 2 zastawkami na wejściu i wyjściu; minimalny skład zestawu: komora do wytwarzania podciśnienia, worek na odsysaną treść, uniwersalny łącznik do drenów CH10-18 niezwiązujący ich światła wewnętrznego (bez łącznika Y)”.

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje wymagany termin ważności oferowanych w Pakiecie Nr 3: odczynników, materiałów kalibrujących i kontrolnych. Zgodnie z pkt 3 Załącznika Nr 6 termin ważności: odczynników, materiałów kalibrujących i kontrolnych winien być nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza składanie zamówień również formą elektroniczną (e-mail), pod warunkiem ich potwierdzenia przez Wykonawcę, nie odstępuje natomiast od pozostałych form składania zamówień – określonych w pkt XV.1 SIWZ, w tym faxem, który Zamawiający uznaje za formę pisemną.

Ad. 5-11 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Ad. 1 i Ad. 2 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **01.08.2016 r., godz. 10:00**, natomiast termin otwarcia ofert na dzień **01.08.2016 r., godz. 10:10**.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści w SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załączniki Nr 1 i 6 po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

