



Znak: AE/ZP-27-87/16

Tarnów, 2016-07-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz osprzętu do aparatu do znieczulenia Carestation 650 (producent Datex-Oxmeda Inc) dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź.zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 13 w poz. 1:

zapis o treści:

„Komplet rur karbowanych dla dorosłych, jednorazowego użytku, w komplecie: 2 rury”

zmienia na zapis o treści:

„Komplet rur karbowanych dla dorosłych, jednorazowego użytku, w komplecie: 2 rury rozciągliwe o długości 2 m, jedna rura o długości 1.5 m, worek 2 litrowy bezlateksowy, złączka Y i kolankowa z portem, złączka prosta 22 M, zakończenie rur 22 mm. Komplet biologicznie czyste, kompatybilne z aparatem Carestation 650”.

W związku z dokonaną powyżej zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 11.08.2016r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 11.08.2016 godz. 10:10

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1, Załącznika Nr 1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy po dokonanej zmianie w Pakiecie Nr 13.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a