



Znak: AE/ZP-27-87/16

Tarnów, 2016-08-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz osprzętu do aparatu do znieczulenia Carestation 650 (producent Datex-Oxmeda Inc) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1. SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisu słowa „telefonicznie”?
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 i 19 SIWZ.** W związku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy?
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 i 19 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 a) i b) SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1 %?
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV. 8 b) SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „wartości zamówionej partii towaru” na „wartości wadliwej części zamówionej partii towaru”?
7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka w określeniu zakresu górnego lejka szklanego i nie powinno być: 55-65mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie naczynek wagowych o wymiarach 80x30mm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 21 i 22.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cylindrów szklanych ze szklaną stopką?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 26.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek o wymiarach średnica 6mm, długość 150mm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrometody o pojemności 250ul? Pozostałe parametry produktu zgodne z wymogami SIWZ
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 14.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu do oferowanej mikrometody metalowego?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników do moczu o poj. użytkowej 120ml i całkowitej 140ml?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 20 i 21.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami „typu Medlance”. Nakłuwacz z bocznym przyciskiem

zwalniającym igłę jest równie bezpieczny dla użytkownika i pacjenta jak nakłuwacz „Medlance”, a przy tym ergonomiczny i łatwy w użyciu.

16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 24.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu sterylności probówek z granulatem?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek na 1,5-2,0 ml o wysokości 7,5cm?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety zmiennej pojemnościowej o zakresie 0,5-10ul?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8-10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka o standardowych wymiarach 25x75x1 mm?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka o standardowych wymiarach 25x75x1 mm?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 7.** Czy Zamawiający oczekuje, iż oferowane przez Wykonawców pojemniki w zadaniu nr 7 będą zgodne z definicją określoną w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych? „art. 2 ust. 1 pkt 39 b) – wyrób medyczny do diagnostyki In vitro: pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego In vitro”. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10 i 12.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania mikrometod sterylnych i osłonką na kapilarze?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10 i 12.** Czy Zamawiający dopuści mikrometody z zakręcanym zamknięciem?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści czy w sterylnym opakowaniu pakowane po 20 sztuk?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27.** Czy Zamawiający dopuści probówki tylko o pojemności 1,5 ml i 2,0 ml krwi?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający wymaga pipet odpornych na promieniowanie UV?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający wymaga pipet w pełni autoklawowalnych?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 wymazówek w probówce 13x165 mm?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku polskim, pakowanych indywidualnie?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej probówce w języku polskim?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 wymazówek z udokumentowaną przeżywalnością szczepów wzorcowych (ilości jednostek tworzących kolonię) w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania? Czy dokument potwierdzający powyższe należy złożyć wraz z ofertą?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 kapilary o pojemności 120ul?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4-6.** Proszę o informację w poz. 4-6 na temat pojemności kapilar używanych przez Zamawiającego
36. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 końcówki o pojemności 5-200?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 końcówki o pojemności 100-1000?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10-12.** W związku z użyciem przez Zamawiającego nazwy własnej „klik-clak” w poz. 10-12 prosimy o wykreślenie danego sformułowania z opisu produktu.



39. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 15 ezy pakowane po 5 lub 20 sztuk?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 18.** Czy Zamawiający oczekuje w poz. 18 wymazówek wykonanych z tworzywa?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 26.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 26 próbówki na 2,5 ml krwi?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 27 próbówki na 2,5 ml krwi?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 28.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 28 próbówki na 2,5 ml krwi i wysokość 75 mm?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 32 statyw do próbówek o średnicy 17 mm?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 32 statyw 6-rzędowy?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 36.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 36 próbówki wykonane z PP?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 40.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 40 próbówki o pojemności 12 ml?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 40.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 40 próbówki o wysokości 105 mm?
49. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ.** Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie maksymalnego wymaganego terminu dostawy (ogólne warunki pkt 1 – 7 dni kalendarzowych, SIWZ oraz Formularz Ofertowy – 5 dni kalendarzowych)
50. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Wnosimy o zmianę pkt 4 ogólnych warunków umowy oraz pkt II Formularza Ofertowego na następujący: (...) w przypadku podwyższenia ceny urzędowej (w tym podatku VAT) zmianie ulegnie cena brutto zaś cena netto pozostanie bez zmian”.
51. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-5.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. od 1 do 5 kasetek do technik histopatologicznych, posiadające standardowe rozmiary zewnętrzne, kasetki z przykrywką na zawiasie (umożliwia odpięcie przykrywki i ponowne założenie). Kasetka posiada w podstawie 56 otworków o wymiarach 1x5 mm i 62 otworki o wymiarach 1x5 mm w przykrywce. Kasetki dostępne w kolorach wymaganych przez Zamawiającego.
52. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 6 kasetek biopsyjnych białych z 168 otworków w podstawie i 168 otworków w przykrywce, wymiary otworków 1x1 mm.
53. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie kasetek biopsyjnych z przykrywką do bardzo drobnych materiałów histopatologicznych. Kasetki posiadające standardowe rozmiary zewnętrzne, kasetka z przykrywką na zawiasie (umożliwia odpięcie przykrywki i ponowne założenie) z wewnętrzną komorą o wymiarach 20x17 mm i otworkami o rozmiarze 0,35x0,35 mm. Poza komorą osobne otworki zewnętrzne do lepszej penetracji parafiny.
54. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 1 żyłek mikrotomowych z dwoma otworkami mocującymi o wymiarach 6x3 mm w odległości 11 mm od końców.
55. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 2 żyłek mikrotomowych z dwoma otworkami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od końców.
56. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 21.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2 pozycji nr 21 – „Nakłuwacz do pobierania krwi z palca, głębokość wklucia 2,4 mm – typ Medlance, sterylny”.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 – 7, 50 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnobrzeg ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 8 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zapis o treści „Lejki szklane o średnicy górnej 550-65 mm” zastępuje zapisem o treści „Lejki szklane o średnicy górnej 55-65 mm”.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** również naczynek wagowych o wymiarach 80x30 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 21 i 22** również cylindrów szklanych ze szklaną stopką, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 26** bagietek o średnicy 6 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie bagietek o długości 150 mm.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** również mikrometody o pojemności 250 ul, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 14** również statywu metalowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** również pojemników na mocz o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 20 i 21** nakłuwaczy do pobierania krwi z palca opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 24** również probówek z granulatem niesterylnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 27** również probówek na 1,5-2,0 ml o wysokości 7,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** pipety zmiennie pojemnościowej o zakresie 0,5-10ul.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 8-10** do osobnego pakietu.

Ad. 20 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** zapis o treści „Szkiełka podstawowe szlifowane do mikroskopu 76 x 26 x 1,2-2,0 mm” zastępuje zapisem o treści „Szkiełka podstawowe szlifowane do mikroskopu 75-76 x 25-26 x 1,0-2,0 mm”.

Ad. 21 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 10** zapis o treści „Szkiełka podstawowe szlifowane do mikroskopu, z polem do opisu (dwustronnie matowe) 76 x 26 x 1,0-1,2 mm” zastępuje zapisem o treści „Szkiełka podstawowe szlifowane do mikroskopu, z polem do opisu (dwustronnie matowe) 75-76 x 25-26 x 1,0-1,2 mm”.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 4 poz. 1** do osobnego pakietu.

Ad. 23 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 7 poz. 1-4** pojemników na próbki chirurgiczne spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 24 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10 i 12** mikrometod sterylnych i osłonką na kapilarze, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10 i 12** mikrometod z zakręcanym zamknięciem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** ez w sterylnym opakowaniu pakowanych po 20 sztuk, zaoferowane ezy winny być sterylne, pakowane pojedynczo.



Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 27** probówek tylko o pojemności 1,5 ml i 2,0 ml krwi.

Ad. 28 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** pipet odpornych na promieniowanie UV.

Ad. 29 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** pipet w pełni autoklawowalnych.

Ad. 30 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wymazówek w probówce 13x165 mm.

Ad. 31 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku polskim, wymaga natomiast zaoferowania wymazówek pakowanych indywidualnie.

Ad. 32 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej próbówce w języku polskim.

Ad. 33 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wymazówek z udokumentowaną przeżywalnością szczepów wzorcowych (ilości jednostek tworzących kolonię) w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego powyższe

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** kapilary o pojemności 120ul, zaoferowane kapilary winny spełniać wymagania określone w SIWZ.

Ad. 35 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** zapis o treści „Mieszalniki do kapilar heparynowanych do aparatu Rapidlab 405” zastępuje zapisem o treści „Mieszalniki do kapilar heparynowanych do aparatu Rapidlab 405 kompatybilne z kapilarami z poz. 3”; w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** zapis o treści „Zatyczki do kapilar heparynowanych do aparatu Rapidlab 405” zastępuje zapisem o treści „Zatyczki do kapilar heparynowanych do aparatu Rapidlab 405, kompatybilne z kapilarami z poz. 3”; w Załączniku Nr 1 dotyczącym przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** zapis o treści „Magnes do mieszania materiału biologicznego w kapilarze” zastępuje zapisem o treści „Magnes do mieszania materiału biologicznego w kapilarze, kompatybilny z kapilarami z poz. 3”.

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** końcówek do pipet automatycznych o pojemności 5-200 ul, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 8** końcówek do pipet automatycznych o pojemności 100-1000 ul, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 38 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 10-12** probówek typu click-clack, ale dopuszcza również inny rodzaj, np. gwintowany, przy czym korek musi być plastikowy (nie gumowy).

Ad. 39 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** ez pakowanych po 5 lub 20 sztuk, zaoferowane ezy winny być sterylne pakowane pojedynczo.

Ad. 40 Zamawiający oczekuje zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 18** wymazówek spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 26** probówek na 2,5 ml krwi.

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 27** probówek na 2,5 ml krwi.

Ad. 43 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 28** probówek na 2,5 ml krwi i wysokości 75 mm.

Ad. 44 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 32** statywu na próbki o średnicy 17 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.



Ad. 45 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 32** statywu 6-rzędowego.

Ad. 46 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 36** probówek spełniających wymagania określone w SIWZ

Ad. 47 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 40** probówek o pojemności 12 ml.

Ad. 48 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 40** probówek o wysokości 105 mm..

Ad. 49 Zamawiający informuje iż termin, o którym mowa w pkt VI SIWZ, pkt XIV.8 SIWZ oraz w pkt IV.3 Formularza Ofertowego to maksymalny termin realizacji reklamacji, natomiast termin o którym mowa w pkt XIV.1 SIWZ to termin realizacji zamówienia – termin dostawy. Jak wynika z powyższego są to terminy które dotyczą różnych elementów realizacji zamówienia stąd nie ma potrzeby ich ujednolicania.

Ad. 51 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1-5** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 6** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 7** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 54 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** żyletek mikrotomowych z dwoma otworkami mocującymi o wymiarach 6x3 mm w odległości 11 mm od końców.

Ad. 55 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 2** żyletek mikrotomowych z dwoma otworkami mocującymi o wymiarach 7x2 mm w odległości 16 mm od końców.

Ad. 56 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 poz. 21** dopuszcza natomiast nakłuwacze opisane w pytaniu 15.

W związku z udzielonymi odpowiedziami: Ad. 8, Ad. 20, Ad. 21, Ad. 35 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **17.08.2016 r., godz. 10:00**, natomiast termin otwarcia ofert na dzień **17.08.2016 r., godz. 10:10**.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści w SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załączniki Nr 1 po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

