



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-91/16

Tarnów, 2016-11-04

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 3 dostarczenie próbki szwu z igłą niewzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 pozycja 1 dopuści szew o długości nici 90 cm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający oczekuje aby szwy posiadały oryginalnie nadrukowane kody kreskowe na każdej saszetce jak dotychczas dostarczane do państwa placówki?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2-3, 7, 9-14** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych przy zachowaniu pozostałych parametrów?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 9, 15** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 13** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48 mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 15** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 18** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 45 cm z podwojeniem zamawianej ilości saszetek?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej ze standardowym ostrzem? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu.

13. **Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 250 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 3-4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnących przy zachowaniu pozostałych parametrów?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1-2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści szew o okresie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 25 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 6 i Pakietu Nr 13** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici syntetycznej wchłanianej, złożonej z kopolimeru składające się z 90% glikolidu i 10% L-laktydu. Produkt wywołuje minimalny stan zapalny w tkankach, nie zachowuje około 75% pierwotnej wytrzymałości po 2 tygodniach od implantacji, a po 3 tygodniach zachowuje 50 % wytrzymałości. Całkowite wchłonięcie sterylnej nici następuje po około 56-70 dniach.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 14** – Czy Zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10 %?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 14** – Czy Zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego, parafiny stałej 80% i palmitynianu izopropylu 20%?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.3 nie wyraża zgody na dostarczenie próbki szwu z igłą niewzmocnioną. Zamawiający wymaga dostarczenia próbki zaoferowanego produktu zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie szwu o długości nici 90 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. **W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaoferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkanek oraz dopisania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w nazwie pakietu, a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek tylko w nazwie pakietu.**



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 nie wymaga ale dopuszcza również, aby szwy posiadały oryginalne nadrukowane kody kreskowe na każdej saszetce. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie igły o długości 36 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.2-3, 7, 9-14 nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł pogrubionych. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.9, 15 dopuszcza również zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 13 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 48 mm. Wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża również zgody na wydzielenie pozycji 13 z Pakietu Nr 1 do osobnego pakietu.

Ad. 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 15 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 26mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 10

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.18 nie wyraża zgody na zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 45 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 11

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 24 mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 12

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie igły okrągłej ze standardowym ostrzem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 13

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 250 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 14

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 3-4 dopuszcza również zaoferowanie igieł odwrotnie tnących. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 15

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz.1-2 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. **W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.**

Ad. 16

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz.1-2 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. **W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.**

Ad. 17

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 25 mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 18

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz.1-4 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania szwu syntetycznego, wchłanianego, plecionego lub monofilamentu, powlekanego, z igłą odporną na złamanie trwale połączoną z nitką, okres podtrzymywania tkanek min. 10 dni, okres wchłaniania do 56 dni.

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz.1-2 dopuszcza również zaoferowanie nici syntetycznej wchłanianej, złożonej z kopolimeru składającego się z 90% glikolidu i 10% L-laktydu, wywołującej minimalny stan zapalny w tkankach, zachowującej około 75% pierwotnej wytrzymałości po 2 tygodniach od implantacji, a po 3 tygodniach zachowującej 50% wytrzymałości, o całkowitym czasie wchłaniania sterylnej nici następującym po około 56-70 dniach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. **W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania ww. opisu oraz ww. okresu wchłaniania w nazwie pakietu.**

Ad. 19

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 wosku składającego się z wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10 %. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 20

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 wosku składającego się z wosku pszczelego, parafiny stałej 80% i palmitynianu izopropylu 20%. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

