



Znak: AE/ZP-27-92/16

Tarnów, 2016-11-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy środków myjących i dezynfekcyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środka dezynfekcyjnego o znacznie szerszym spektrum bóńczym niż preparat myjąco-dezynfekcyjny, natomiast pozostałe wymagania dotyczące mycia przez ów preparat w tym dezaktywację prionów spełnia preparat z poz. 1 i 2, preparat w opakowaniach a' 20L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6** - Czy preparat w pozycji nr 6 nie biorący udziału w procesach technologicznych myjni a służący do pielęgnacji myjni z zewnątrz musi być tego samego producenta co środki procesowe?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8** - Czy preparat w pozycji nr 8 nie biorący udziału w procesach technologicznych myjni a służący do ręcznego czyszczenia szkła, porcelany, ceramiki kuchennej, powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium, emalii oraz z osadów kamienia, tłuszczu, zawierający ethylenodioxymetanol w opakowaniach 0,75 L musi być tego samego producenta co środki procesowe?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (czas dezynfekcji higienicznej 30 sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego etanol i bifenył-2-ol, o skuteczności wobec: bakterie (w tym MRSA, Tbc), drożdżaki, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, H1N1, Poliovirus, Rotavirus, Norowirus (MNV)) o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 1l TLD, pasujących do dozowników bezdotykowych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie środka dezynfekcyjnego o znacznie szerszym spektrum bóńczym niż preparat myjąco-dezynfekcyjny, preparat w opakowaniach po 20 litrów z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanych ilości opakowań tj. 4 opakowania, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 6 podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 Pakietu Nr 1 wymaga zaoferowania produktów wzajemnie ze sobą kompatybilnych - jednego producenta.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 8 podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający w poz.1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 Pakietu Nr 1 wymaga zaoferowania produktów wzajemnie ze sobą kompatybilnych - jednego producenta.

Ad. 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania produktu leczniczego do chirurgicznej dezynfekcji rąk opartego wyłącznie na alkoholowych substancjach czynnych, bez zawartości fenoli i ich pochodnych. Zawierającego substancje pielęgnujące. Dezynfekcja chirurgiczna rąk do 1,5 min. Spektrum: B, Tbc, F, V oraz Adeno, Polio. Opakowanie jednorazowe butelka / worek 0,5 - 1 litr. Dystrybucja preparatu za pomocą kompatybilnego z preparatem dozownika dostarczonego przez Wykonawcę w ilości 5 sztuk na czas obowiązywania umowy na zasadzie wliczonego w cenę oferty użyczenia. Dozownik ścienny, sterowany czujnikiem ruchu (zasilanie bateryjne), do preparatów myjących, na butelki/worki 0,5-1 litr. Wykonawca dostarczy wszystkie dozowniki wraz z pierwszą dostawą preparatu. Montaż oraz demontaż dozowników leży w gestii Zamawiającego. W okresie trwania umowy Wykonawca dokona na swój koszt wszelkich napraw dozowników działających wadliwie, napraw uszkodzeń nie wynikających z niewłaściwego użytkowania, jak również dokona na swój koszt wymiany części zużywalnych, które mogą ulec zużyciu w trakcie eksploatacji dozowników w tym baterii zasilających. Czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia oraz od zgłoszenia wymiany do dokonania wymiany części zużywalnych w tym baterii zasilających maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 10.11.2016r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 10.11.2016r. godz. 10:30

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

