



Znak: AE/ZP-27-93/16

Tarnów, 2016-11-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Rozdział XIV SIWZ – Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w pkt. 9 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10 %?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3** – Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Produkt stanowi wyrób niebezpieczny w związku z czym wymaga specjalnego transportu.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem Zamawiającego klasy 6?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4** – Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźne dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści testy klasy 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową posiadające napisy na teście w języku angielskim oraz opis w języku polskim na etykiecie zewnętrznej opakowania oraz ulotce informacyjnej.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści testy do kontroli dezynfekcji termicznej nie posiadające napisów w języku polskim, w przypadku dołączenia do opakowania ulotki informacyjnej w języku polskim.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1** – Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za rolkę tj. 500 sztuk etykiet?
8. **Dotyczy SIWZ Rozdział XIV, punkt 7** – Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy poprzez dopuszczenie wzrostu wartości brutto umowy w przypadku ustawowej podwyżki stawki podatku VAT, przy zachowaniu niezmienniej wartości netto.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-10) oraz utworzenie odrębnego pakietu?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii pięciowarstwowej plus warstwa kleju?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 1-10** - Czy zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na rękawach były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji i po procesie sterylizacji, eliminuje to omyłkę interpretacyjną?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 1-10** - Czy zamawiający wymaga aby każdy rękaw zapakowany był w folię ochraniającą i wyposażony był w etykietę na której zawarte są informacje takie jak lot data ważności rozmiar i umożliwia ona trwałą archiwizację ?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 11-18** - Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868 oraz PN EN ISO 11607-1 oraz potwierdzenie gramatury papieru była potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 11-18** - Czy zamawiający wymaga zachowania bariery sterylnej do 180 dni od momentu sterylizacji?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 4** - Czy zamawiający wymaga aby pakiet spakowany był w papier krepowy lub kartonik co zdecydowanie poprawia jego krytyczność i przekłada się na bezpieczeństwo?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 4** - Czy zamawiający wymaga aby wszystkie informacje zawarte na arkuszu były opisane w języku polskim?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 6 pozycja 4** - Czy zamawiający wymaga aby odczyt pola pozytywnego był w osobnym okienku to rozwiązanie w 100% eliminuje pomyłkę interpretacyjną?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 6 pozycja 6** - Czy zamawiający wymaga aby wskaźnik był w formie samoprzylepnej co bardzo ułatwia jego trwałą archiwizację?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 i 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – Ogólne warunki umowy. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 4 poz. 3 do oddzielnego pakietu.

Ad.3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 i 2 testów klasy 6.

Ad.4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 4 testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji. Oferowane testy winny spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Ad.5

Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 4 testów klasy 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową posiadających napisy na teście w języku angielskim oraz opis w języku polskim na etykiecie zewnętrznej opakowania oraz ulotce informacyjnej. Oferowane testy winny spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Ad.6

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 6 testów do kontroli dezynfekcji termicznej nie posiadających napisów w języku polskim. Oferowane testy winny spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Ad.7

Zamawiający dopuszcza, a nawet wymaga, zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu Cenowym, podania w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 8 poz. 1, jak również w pozostałych Pakietach i pozycjach, wielkości opakowania oraz ceny jednostkowej netto i brutto opakowania w złotych.

Ad. 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 1-10 do oddzielnego pakietu.

Ad.10

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 rękawów papierowo-foliowych o folii pięciowarstwowej plus warstwa kleju.

Ad.11

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 pozycje 1-10 rękawów foliowo-papierowych spełniających wymagania określone w SIWZ, w tym w zakresie wskaźników procesu sterylizacji (Załącznik Nr 5 do SIWZ).



Ad.12

Zamawiający nie wymaga, aby każdy rękaw zaoferowany w Pakiecie Nr 1 pozycje 1-10 zapakowany był w folię ochraniającą i wyposażony był w etykietę na której zawarte są informacje takie jak lot, data ważności, rozmiar i umożliwiała ona trwałą archiwizację. Oferowane rękawy winny spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Ad.13

Zamawiający nie wymaga, aby w Pakiecie Nr 1 pozycje 11-18 zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868 oraz PN EN ISO 11607-1 oraz potwierdzenie gramatury papieru były potwierdzone przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

Ad.14

Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 1 pozycje 11-18 zachowania bariery sterylnej do 180 dni od momentu sterylizacji. Oferowany papier krepowy winien spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Ad.15

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 5 pozycja 4 pakiet kontrolny spakowany był w papier krepowy lub kartonik. Oferowany pakiet kontrolny winien spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Ad.16

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 5 pozycja 4 jednorazowego pakietu kontrolnego typu Bowie-Dicka spełniającego wymagania określone w SIWZ, w tym zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ - „napisy na teście w języku polskim”.

Ad.17

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 pozycja 4 testu chemicznego spełniającego wymagania określone w SIWZ, w tym zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci osobnego okienka”.

Ad.18

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 6 pozycja 6 wskaźnik był w formie samoprzylepnej. Oferowany test kontroli winien spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.2164 z póź.zm) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu Cenowym usuwa kolumnę o treści:

„Wartość brutto zużycia”.

Jednocześnie, w związku z powyższą zmianą, Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 02.12.2016r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 02.12.2016r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1, Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

