



Znak: AE/ZP-27-94/16

Tarnów, 2016-12-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych WesternBlot, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania pozytywnej opinii KORLD?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca do każdej dostawy dołączać będzie oświadczenie o stężeniu antybiotyków na krążkach?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4, 5 odczynników z minimalnym terminem ważności wynoszącym 10 miesięcy?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania pozytywnej opinii KORLD?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 podłoża pochodzącego od innego producenta?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 22 podłoża pochodzącego od innego producenta?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 35 podłoża z minimalnym terminem ważności wynoszącym 2 miesiące?
8. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności – do 30 dni roboczych.
9. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie?
10. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego braku produktu?
11. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
12. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
13. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.12 lit a** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO przedmiotu niezrealizowanej dostawy?
14. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.12 lit b** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO zamówionej partii towaru?

15. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
16. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?
17. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
18. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** W związku z tym, że dystrybuowane przez nas wyroby w większości przypadków są wytwarzane poza granicami Polski, instrukcje/ulotki używania wyrobów standardowo powstają w języku angielskim i w tej postaci są wkładane do oryginalnych opakowań. Czy w świetle tego faktu Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie instrukcji użytkowania wyrobów w języku polskim, kolorowych ulotek (odpowiednio z opisem spod pakietu) w postaci plików na płycie CD, e-mailowo lub w wersji papierowej drogą pocztową jednorazowo po zawarciu umowy?
19. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości dla produktów ze strony producenta lub przesyłanie certyfikatów drogą e-mailową na żądanie Zamawiającego, a nie załączanie tych dokumentów do dostaw?
20. **Dotyczy pkt IV.1.4 SIWZ.** Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 1.4 na wezwanie Zamawiającego wymaga dostarczenia wskazanych dokumentów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?
21. **Dotyczy pkt IV.1.4 SIWZ.** W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 3 poz. 1-3 i utworzenie z nich odrębnego pakietu?
23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 formularz cenowy, dopuści podłoże dla dorosłych pkt 2-3 do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłoże pediatryczne w pkt. 4 do posiewu krwi ?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w formularzu cenowym pkt. 5 , wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych nasadek z zestawami motylkowymi do pobierania krwi stanowiących kompletny zestaw?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w parametrach wymaganych pkt. 1 dopuści aparat z roku produkcji 2012 ? Jeśli nie, Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy nowego aparatu do 30 dni?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy w celu zachowania standaryzacji badań, Zamawiający wymaga, aby wszystkie testy paskowe oferowane w Pakiecie Nr 5 pochodziły od jednego producenta?
28. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.1** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną e-mail?
29. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.12 lit. a** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?

- 30. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.13** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?
- 31. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XIV.22** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu różnicy poniesionej ceny wynikającej z całkowitego kosztu zakupu dokonanego u podmiotu trzeciego a ceną wynikającą z umowy.”?
- 32. Dotyczy Pakietu Nr 8** - Czy Zamawiający podając ilość badań w okresie 12 miesięcy uwzględnił dla pozycji 4-7 długość i częstotliwość serii oznaczeń, a także termin ważności odczynnika po otwarciu? Jeśli nie, to czy Wykonawca powinien przy obliczaniu potrzebnej ilości opakowań uwzględnić wymienione dane? Jeśli należy uwzględnić długość i częstotliwość serii prosimy o ich podanie dla pozycji 4,5,6,7. Czy Zamawiający będzie również wymagał uwzględnienia terminu ważności zestawu po jego otwarciu przy obliczaniu potrzebnej ilości opakowań?
- 33. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 6 i 7** - Oferowana przez nas metodyka oznaczeń do badania przeciwciał przeciwko Borrelia w płynie mózgowo – rdzeniowym w klasie IgG i IgM ELISA, przewiduje obliczenie wskaźnika specyficzności przeciwciał CSQrel (należy wtedy badać parę: płyn mózgowo – rdzeniowy oraz surowicę przy każdym oznaczeniu). Za pomocą tego samego testu ELISA można również oznaczać jedynie poziom specyficznych przeciwciał w płynie mózgowo - rdzeniowym (wówczas wystarczające jest wykonanie oznaczeń w samym płynie mózgowo – rdzeniowym). Prosimy Zamawiającego o podanie, z którego wariantu będzie korzystał.
- 34. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika o objętości 5 ml?
- 35. Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD?
- 36. Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy przez stwierdzenie „Do każdej dostawy musi być załączona informacja o wielkości stężenia każdego dostarczanego krążka antybiotyków” Zamawiający rozumie, że do oferty przetargowej należy dostarczyć pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawartego na krążkach z zaznaczeniem wg jakiego standardu DIN lub FDA zostało ustalone stężenie?
- 37. Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitrocefiny na paskach?
- 38. Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD?
- 39. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 antybiotyku na nośniku o stężeniu 0,016- 256?
- 40. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 antybiotyku na nośniku o stężeniu 0,016- 256?
- 41. Dotyczy Pakietu Nr 16** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o specyfikacji takiej jak dodana do załącznika?
- 42. Dotyczy Pakietu Nr 19** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testu pakowanego po 12 sztuk i tym samym zaoferowaniu 2 opakowań co daje 24 oznaczenia?
- 43. Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 7 poz. 3** - Czy Zamawiający zgodzi się na odczynniki z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy? Prośbę motywujemy faktem, że z ilości badań przedstawionej w tabeli załącznika nr 1 dla niniejszego pakietu wynika, że najdłuższy okres użytkowania 1 opakowania odczynnika będzie wynosił około 2,5 miesiąca.

44. **Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 poz 4-7, Lp. 10** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności minimum 4 miesiące? Prośbę motywujemy faktem, że z ilości badań przedstawionej w tabeli załącznika nr 1 dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynika, że jeden zestaw będzie zużywany w maksymalnie 2-3 tygodnie.
45. **Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 poz 4-7, Lp. 6** – Czy Zamawiający przez zawarty w tym punkcie zapis rozumie, że obydwa zestawy (zarówno do badania klasy IgG jak i IgM) powinny być oparte o antygeny rekombinowane lub alternatywnie o mieszaninę antygenów natywnych i rekombinowanych?
46. **Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 poz 2 i 3, Lp. 6** – Czy Zamawiający wymaga obecności na każdym pasku linii kontrolnej cut-off umożliwiającej wizualny odczyt pasków?
47. **Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 poz 2 i 3, Lp. 6** – Czy Zamawiający wymaga aby oferowane testy posiadały antygeny dla wymienionych genogatunków w postaci osobnych pasm?
48. **Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 poz 2 i 3, Lp. 6** – Czy Zamawiający wymaga testu który posiada w składzie również antygeny dla 2 występujących w Europie genogatunków: B. bavariensis oraz B. spielmani?
49. **Dotyczy Załącznika Nr 5 Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 poz 2 i 3, Lp. 9** – Czy Zamawiający wymaga aby odczyt elektroniczny pasków odbywał się na tej samej tacce co inkubacja?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 produktu z terminem ważności min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 produktu z terminem ważności min. 4 miesiące licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 produktu z terminem ważności min 11 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 produktu z terminem ważności min 11 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego?
54. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 produktu z minimalnym terminem ważności do 2017-05-31? Producent w obecnej chwili posiada produkty z danym terminem ważności.
55. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4. odczynnika posiadającego pH w zakresie 7,3-7,5?
56. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5. dwóch opakowań odczynników zawierających po 2 ml odczynnika?
57. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 zestawu krążków diagnostycznych w skład którego wchodzi: krążki z Meropenem 10 µg , krążki z Meropenem 10 µg i inhibitor MBL, krążki z Meropenem 10 µg i inhibitor KPC, krążki z Meropenem 10 µg i inhibitor AmpC – wszystkie w ilości po 50 sztuk?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 7 produktów w opakowaniach po 50 krążków i zaoferowanie 7 takich opakowań?
59. **Dotyczy Pakietu Nr 10** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu zgodnego z załączoną metodyką?
60. **Dotyczy Pakietu Nr 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w poz. nr 1, 2, 3, 4 z terminem ważności min. 10 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego?

- 61. Dotyczy Pakietu Nr 19** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 produktu z terminem ważności min do 2017-06-30?
- 62. Dotyczy Pakietu Nr 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 23 wymazówek z długością użytkową 121 mm, długością całkowitą 150 mm oraz z główką 5 mm wiskozy?
- 63. Dotyczy Pakietu Nr 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 27 produktu z terminem ważności min. 3 tygodnie od daty dostawy towaru do Zamawiającego? Produkt w chwili wyprodukowania posiada termin ważności 30 dni.
- 64. Dotyczy Pakietu Nr 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 32 i 43 produktów, które nie są wyrobami medycznymi?
- 65. Dotyczy Pakietu Nr 23** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w poz. 1. zgodnie z załączoną metodyką?
- 66. Dotyczy Pakietu Nr 23** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w poz 1 z datą ważności minimum do 2018-03-03? Producent w obecnej chwili posiada produkt z daną datą ważności.
- 67. Dotyczy Pakietu Nr 8** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów ELISA do diagnostyki Borrelia, w których w klasie IgM zastosowano antygeny natywne?
- 68. Dotyczy Pakietu Nr 8** - Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz.2 i 3 dopuści testy w metodyce Immunoblot?
- 69. Dotyczy Pakietu Nr 8** – Zamawiający w Załączniku Nr 5 określającym wymagania dla oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 8, w pkt. 3 wymaga automatycznego odczytu wyników testów paskowych za pomocą skanera. Podobnie opisany wymóg Zamawiający zamieścił w opisie wymagań dla pozycji 2 i 3 w pkt. 9 – „Możliwość elektronicznej oceny pasków. Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego oraz skanera dostarczonego przez Wykonawcę”. Czy Zamawiający ma na myśli możliwość odczytu z wykorzystaniem np. skanera płaskiego oraz dedykowanego programu do odczytu wyników testów? Prosimy o sprecyzowanie wymagań.
- 70. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-4.** Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaką ilość suplementu (do jakiej ilości podłoży hodowlanych) wymaga zaoferowania Zamawiający, aby zapewnić dla każdego podłoża odrębnie w okresie obowiązywania oraz trwania kontraktu, zarówno możliwość suplementacji podłoży do których pobierana jest krew poniżej 0,5 ml oraz płyny ustrojowe?
- 71. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niewycenianie tej pozycji w sytuacji gdy Wykonawca oferuje podłoża kompatybilne z systemem zamkniętym firmy Becton Dickinson, w związku z tym dodatkowe nakładki nie są wymagane?
- 72. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 Załącznik Nr 5 pkt 5.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje podłączenia aparatu do sieci informatycznej Szpitala, czy jedynie takiej możliwości?
- 73. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz . 2.** Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści test do kontroli dodatniej, lecz z linią kontrolną testu?
- 74. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz . 2.** Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści test z możliwością przechowywania 7 dni tylko w temp. lodówki?
- 75. Dotyczy Pakietu Nr 16.** Czy Zamawiający wymaga testu z kontrolą dodatnią?

76. Dotyczy Pakietu Nr 16. Czy Zamawiający wymaga testu, w którym próbkę dozjuje się tylko do jednej studzienki?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu posiadania pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów lub równoważnej dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w **Pakiecie Nr 2**.

Ad. 2 Jeżeli Wykonawca do każdej dostawy dołączać będzie oświadczenie o stężeniu antybiotyków na krążkach oferowanych w **Pakiecie Nr 2** to Zamawiający uzna warunek określony w Załączniku Nr 5 pkt 4 za spełniony, pod warunkiem, że oświadczenie będzie zawierało również pozostałe określone w wymienionym punkcie wymagania, a to: nazwę producenta, nazwę antybiotyku, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami. Zamawiający nie uzna natomiast wyżej wymienionego oświadczenia za dokument równoważny z pozytywną opinią Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4, 5** również odczynników z minimalnym terminem ważności wynoszącym 10 miesięcy, pod warunkiem, że termin ważności będzie liczony od daty dostawy odczynników.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu posiadania pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów lub równoważnej dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w **Pakiecie Nr 5**.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 6** podłoża pochodzącego od innego producenta niż podłoża zaoferowane w poz. 1-5, 7-22 i 24-43 tego Pakietu.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 22** podłoża pochodzącego od innego producenta niż podłoża zaoferowane w poz. 1-21 i 24-43 tego Pakietu.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 35** również podłoża z minimalnym terminem ważności wynoszącym 2 miesiące, pod warunkiem, że termin ważności będzie liczony od daty dostawy podłoża.

Ad. 8 Zamawiający nie musi dopuszczać terminu płatności do 30 dni roboczych, ponieważ zgodnie z zapisem w pkt IV.1 Formularza Ofertowego to Wykonawca podaje termin zapłaty, przy czym zgodnie z wymogiem określonym w tym punkcie przez Zamawiającego termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury.

Ad. 9 Zamawiający dopuścił zmiany w umowie w stosunku do treści złożonej oferty w okolicznościach, o których mowa w pytaniu w pkt XIV.25 e), f), g) SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania zamiennika w okolicznościach w okolicznościach, o których mowa w pytaniu w pkt IV.25 i) SIWZ

Ad. 11 i 12 Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT w sytuacjach i na warunkach określonych w pkt. XIV.7-9 SIWZ oraz w pkt. II.1-3 Formularza Ofertowego.

Ad. 13 i 14 Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar, o których mowa w pkt XIV.12 a) i b) SIWZ od wartości netto.

Ad. 15-16, 29-31 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniach zmian w ogólnych warunkach umowy.

Ad. 17 Zamawiający nie określał wymaganego, w przypadku reklamacji, sposobu porozumiewania się, a więc może to być również forma e-mailowa.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza również przesłanie instrukcji użytkowania (metodyki) zaoferowanych wyrobów w języku polskim oraz kolorowych ulotek (pod warunkiem, że nie będą przesyłane zamiast instrukcji używania (metodyki)) w postaci plików na płycie CD, e-mailowo

lub w wersji papierowej drogą pocztową jednorazowo po zawarciu umowy, pod warunkiem załączenia pisma informującego, że plik przesłany na płycie CD, e-mailowo lub w wersji papierowej zawierający instrukcję używania jest zgodny z oryginałem tej instrukcji.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza również możliwość samodzielnego pobierania certyfikatów kontroli jakości dla produktów ze strony producenta lub przysyłanie certyfikatów drogą e-mailową na żądanie Zamawiającego, a nie załączanie tych dokumentów do dostaw.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody aby na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczył dokumenty, o których mowa w pkr IV.1.4 SIWZ, w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza aby na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczył dokumenty, o których mowa w pkr IV.1.4 SIWZ, w formie papierowej w postaci zbindowanych tomów, nie wyraża natomiast zgody aby poświadczenie za zgodność widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 3 pozycji 1-3** i utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza pozostawienie w Formularzu Ofertowym zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę, pozostałe części mogą zostać usunięte.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-3** podłoży dla dorosłych do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, a w **poz. 4** podłoży pediatrycznych do posiewu krwi.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** jałowych nasadek z zestawami motylkowymi do pobierania krwi stanowiących kompletny zestaw, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni kompletny zestaw umożliwiający pobranie krwi metoda próżniową, a cena zestawu będzie uwzględniona w cenie oferty. W takim przypadku Zamawiający wymaga podania informacji w Pakiecie Nr 1 poz. 5 w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” Formularza Cenowego o zaoferowaniu kompletnego zestawu oraz jego składzie.

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** aparatu z rokiem produkcji 2012.

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby wszystkie testy paskowe zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** pochodziły od jednego producenta.

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną e-mail.

Ad. 32 Zamawiający podając ilość badań w okresie 12 miesięcy uwzględnił dla **pozycji 4-7** w **Pakiecie Nr 8** długość i częstotliwość serii oznaczeń, a także termin ważności odczynnika po otwarciu, zgodnie z zapisami SIWZ.

Ad. 33 W **Pakiecie Nr 8 poz. 6 i 7**, zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 5 do SIWZ, Zamawiający będzie oznaczał poziom specyficznych przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 10** odczynnika w opakowaniach o objętości 5 ml.

Ad. 35 Zamawiający wymaga dostarczenia dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w **Pakiecie Nr 2** pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów w sytuacji określonej w pkt IV.1.4.1 SIWZ.

Ad. 36 Zamawiający w pkt 6 Załącznika Nr 5 do SIWZ dla **Pakietu Nr 2** określił wymóg „Do każdej dostawy musi być załączona informacja o wielkości stężenia każdego dostarczanego krążka antybiotyków.”, przez co rozumie dokładnie to co zapisał, to znaczy że do każdej dostawy, a nie do oferty jak sugeruje Wykonawca, musi być załączona informacja o wielkości stężenia każdego dostarczanego krążka antybiotyków.

Ad. 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** również nitrocefiny na paskach, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 38 Zamawiający wymaga dostarczenia dla przedmiotu zamówienia zaoferowanego w **Pakiecie Nr 5** pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów w sytuacji określonej w pkt IV.1.4.1 SIWZ.

Ad. 39 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 4** również antybiotyku na nośniku o stężeniu 0,016-256.

Ad. 40 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 11** również antybiotyku na nośniku o stężeniu 0,016-256.

Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16** testu o specyfikacji załączonej przez Wykonawcę do pytania, ponieważ test, którego specyfikację załączył Wykonawca do pytania nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Ad. 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 19** dwóch opakowań po 12 testów co daje 24 oznaczenia, ponieważ zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) wymagał zaoferowania 25 testów.

Ad. 43 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** również odczynnika z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 44 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 4-7** również odczynników z terminem ważności wynoszącym minimum 4 miesiące od daty dostawy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 45 Zamawiający przez zapis „Możliwość wykrycia trzech genogatunków europejskich *Borrelia* z zastosowaniem antygenów rekombinowanych lub mieszaniny antygenów rekombinowanych i natywnych.” z pkt 6 Załącznika Nr 5 odnoszący się do przedmiotu zamówienia wymaganego w **Pakiecie Nr 8 poz. 4-7** rozumie, że zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko *Borrelia* powinny być oparte o antygeny rekombinowane lub mieszaninę antygenów rekombinowanych i natywnych, przy czym dla klasy IgM Zamawiający dopuszcza antygeny natywne (zgodnie z odpowiedzią Ad. 67).

Ad. 46 Zamawiający, zgodnie z zapisem w pkt 6 Załącznika Nr 5 odnoszącym się do przedmiotu zamówienia wymaganego w **Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3** wymaga linii kontrolnej naniesionej na każdym pasku testowym.

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby testy zaoferowane w **Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3** posiadały antygeny dla wymienionych genogatunków w postaci osobnych pasm.

Ad. 48 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby testy zaoferowane w **Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3** posiadały w składzie również antygeny dla 2 występujących w Europie genogatunków: *B. bavariensis* oraz *B. spielmani*.

Ad. 49 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby odczyt elektroniczny pasków zaoferowanych w **Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3** odbywał się na tej samej tacce co inkubacja.

Ad. 50 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** przedmiotu zamówienia z terminem ważności wynoszącym minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

Ad. 51 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** przedmiotu zamówienia z terminem ważności wynoszącym minimum 4 miesiące od daty dostawy.

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** przedmiotu zamówienia z terminem ważności wynoszącym minimum 11 miesięcy od daty dostawy.

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 5** przedmiotu zamówienia z terminem ważności wynoszącym minimum 11 miesięcy od daty dostawy.

Ad. 54 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 6** przedmiotu zamówienia z terminem ważności do 31 maja 2017 r.

Ad. 55 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** odczynnika posiadającego pH w zakresie 7,3-7,5.

Ad. 56 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 5** dwóch opakowań odczynnika, każdy zawierający 2 ml odczynnika.

Ad. 57 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 6** zestawu krążków diagnostycznych w skład którego wchodzi: krążki z Meropenem 10 µg, krążki z Meropenem 10 µg i inhibitor MBL, krążki z Meropenem 10 µg i inhibitor KPC, krążki z Meropenem 10 µg i inhibitor AmpC – wszystkie w ilości po 50 sztuk.

Ad. 58 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 7** siedmiu opakowań przedmiotu zamówienia, każde opakowanie zawierające 50 krążków.

Ad. 59 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** również testu zgodnego z załączoną do pytania metodyką.

Ad. 60 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz.: 1, 2, 3, 4** przedmiotu zamówienia z terminem ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy.

Ad. 61 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 19 poz. 1** przedmiotu zamówienia z terminem ważności do 30 czerwca 2017.

Ad. 62 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 23** również wymazówek z długością użytkową 121 mm, długością całkowitą 150 mm oraz z główką 5 mm z wiskozy.

Ad. 63 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 27** przedmiotu zamówienia z terminem ważności wynoszącym minimum 3 tygodnie od daty dostawy.

Ad. 64 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21 poz. 31 i 43** przedmiotu zamówienia nie będącego wyrobem medycznym, ponieważ nie stawiał w SIWZ takiego wymogu.

Ad. 65 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23** przedmiotu zamówienia zgodnego z załączoną do pytania metodyką.

Ad. 66 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 1** przedmiotu zamówienia z datą ważności minimum do 03 marca 2018 r., ponieważ wymagał przedmiotu zamówienia z datą ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Ad. 67 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8** testów ELISA do diagnostyki Borrelia, w których w klasie IgM zastosowano antygeny natywne.

Ad. 68 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3** testów w metodyce Immunoblot, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 69 Zamawiający określając w pkt 3 Załącznika Nr 5 do SIWZ wymaganie dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 8 poz. 2 i 3** „Możliwość elektronicznej oceny pasków. Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego oraz skanera dostarczonego przez Wykonawcę” miał na myśli możliwość odczytu pasków z wykorzystaniem skanera oraz dedykowanego programu komputerowego do odczytu wyników testów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z zapisami SIWZ.

Ad 70 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu suplementu do podłoża oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-4**, więc nie będzie określał niezbędnego suplementu, ale jeżeli Wykonawca oferuje podłoże, które wymaga suplementacji winien ująć je w cenie oferty. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości badań wymagających suplementacji z uwagi na nieprzewidywalną liczbę pacjentów wymagających takich badań.

Ad 71 Zamawiający dopuszcza niewycenianie **poz. 5 w Pakiecie Nr 1** w sytuacji gdy Wykonawca oferuje podłoża kompatybilne z systemem zamkniętym firmy Becton Dickinson i w związku z tym dodatkowe nakładki nie są wymagane.

Ad 72 Zamawiający, zgodnie z zapisem w pkt 5 Załącznika Nr 5 do SIWZ odnoszącym się do przedmiotu zamówienia wymaganego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** wymaga jedynie możliwości włączenia aparatu do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł mikrobiologia, z opcją podglądu przez uprawnionych pracowników poza terenem Pracowni.

Ad. 73 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15 poz. 2** testu z linią kontrolną jako kontrolę dodatnią, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 74 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15 poz. 2** testu z możliwością przechowywania 7 dni tylko w temp. lodówki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 75 Zamawiający, zgodnie z zapisem w pkt 2 Załącznika Nr 5 do SIWZ odnoszącym się do przedmiotu zamówienia wymaganego w **Pakiecie Nr 16** wymaga zaoferowania kompletnych zestawów do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią.

Ad. 76 Zamawiający, zgodnie z zapisem w pkt 1 Załącznika Nr 5 do SIWZ odnoszącym się do przedmiotu zamówienia wymaganego w **Pakiecie Nr 16** wymaga zaoferowania testu, w którym próbkę kału dozuje się do jednej studzienki.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania do SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

