



Znak: AE/ZP-27-06/17

Tarnów, 2017-03-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, przewodników hydrofilnych o użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 pkt 6 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ oraz Pakietu Nr 2 poz. 2 pkt 5 Załącznika Nr 6.4 do SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 pkt 11 Załącznika Nr 6.3 do SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego nieposiadającego dyskryminatora morfologii QRS? Dostępnymi dyskryminatorami są stabilność i nagły początek.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 pkt 3 Załącznika Nr 6.6 do SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z żywotnością 15 lat, przy następujących parametrach: 50% stymulacji przy 2,5V, 0,4 ms, 60/min, 500 ohm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 pkt 3 Załącznika Nr 6.7 do SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z żywotnością 12,1 lat, przy następujących parametrach: 50% stymulacji przy 2,5V, 0,4 ms, 60/min, 500 ohm?
5. **Dotyczy Pakietów Nr 1-4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora/kardiowertera bez dostępnej opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadającego urządzenia?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** oraz w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** kardiowerterów-defibrylatorów z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu).

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych z dostępnymi dyskryminatorami stabilności i nagłego początku, nieposiadających dyskryminatora morfologii QRS. Zaoferowane w tej pozycji kardiowertery-defibrylatory jednojamowe winny posiadać dyskryminator morfologii QRS, nagłego początku i stabilności.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** stymulatorów jednojamowych z żywotnością 15 lat, przy następujących parametrach: 50% stymulacji przy 2,5V, 0,4 ms, 60/min, 500 ohm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** stymulatorów dwujamowych z żywotnością 12,1 lat, przy następujących parametrach: 50% stymulacji przy 2,5V, 0,4 ms, 60/min, 500 ohm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakietach Nr 2 i 4 stymulatorów/kardiowerterów bez dostępnej opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadającego urządzenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, natomiast w odniesieniu do stymulatorów/kardiowerterów oferowanych w pakiecie Nr 1 i 3 Zamawiający nie wymagał dostępności opaski na rękę dla pacjenta informującą o rodzaju posiadającego urządzenia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a