



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-07/17

Tarnów, 2017-02-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę i instalację lampy RTG w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite 16 wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego tomografu komputerowego.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego, wskazanego w umowie okresu gwarancji.
2. **Dotyczy Rozdziału XIV pkt. 5 SIWZ** - Prosimy o potwierdzenie, że w rzeczonym postępowaniu rękojmia wobec przekazanych urządzeń jest wyłączona.
3. **Dotyczy Rozdziału XIV pkt. 16 SIWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie zapisu, że w przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, zakup towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania zamówienia i określeniu dodatkowego 7-dniowego terminu?
4. **Dotyczy § 1 ust. 1 Załącznika Nr 6 do SIWZ** - Czy Zamawiający może doprecyzować zbiory danych osobowych podlegających przetwarzaniu?
5. **Dotyczy Rozdziału XIV pkt. 19 SIWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w ten sposób, że prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy do należytego wykonania umowy i określeniu dodatkowego 7-dniowego terminu?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 1** - W Załączniku nr 5 Zamawiający wymaga w parametrze nr 1 aby zaoferowana lampa RTG była „kompatybilna z gantry systemu tomografii komputerowej wyprodukowanego w 2010 roku przez firmę GE Healthcare typ BrightSpeed Elite 16, nie wymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji.”
 - a) Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby oferowana lampa była wyprodukowana przez producenta tomografu komputerowego BrightSpeed Elite oraz zgodna z jego specyfikacją?
 - b) Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby oferowana lampa była możliwa do instalacji bez modyfikacji jakiegokolwiek elementu systemu aparatu, również jego interfejsu tzn. jest wykluczona sytuacja aby po zainstalowaniu oferowanej lampy system wyświetlał jakiejkolwiek ostrzeżenia i zachowywał się w sposób inny od sytuacji kiedy w aparacie jest zainstalowana lampa oryginalna, zgodna z pierwotną konfiguracją tomografu komputerowego BrightSpeed Elite oraz jest wykluczona sytuacja aby Wykonawca zmodyfikował oprogramowanie aparatu tak aby np. takie ostrzeżenie nie było wyświetlane.
7. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 9** – Czy Zamawiający potwierdza iż “gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na wszystkie wymienione części zamienne: minimum 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia bez limitu skanów i limitu mAs” dotyczą tylko i wyłącznie lampy RTG do TK BrightSpeed Elite 16 stanowiącej przedmiot

zamówienia, a nie dotyczą tomografu komputerowego BrightSpeed Elite 16 jako całości ani żadnego innego jego podzespołu nie będącego lampą RTG do TK BrightSpeed Elite 16 stanowiącą przedmiot zamówienia ?

8. **Dotyczy Rozdziału IV SIWZ** – Czy na potwierdzenie oświadczeń, które wymagane są w punktach 1.1.2. SIWZ Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o certyfikat lub inny dokument wystawiony przez producenta tomografu komputerowego BrightSpeed 16 Elite potwierdzający, iż co najmniej dwie osoby (dane osobowe potwierdzone na dokumencie), którymi potencjalny Wykonawca dysponuje, zostały przeszkolone w zakresie serwisowania tomografu komputerowego BrightSpeed 16 Elite?
9. Czy Zamawiający potwierdza, iż gwarancja na lampę RTG, będącą przedmiotem zamówienia – niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji – jest nieodnawialna, tj. upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji, tj. 12 miesięcy (bez limitu skanów)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 i Ad.9

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie I SIWZ oraz w punkcie 9 Załącznika Nr 5 do SIWZ „Gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na wszystkie wymienione części zamienne: minimum 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia bez limitu skanów i limitu mAs.”

Ad.2

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W pkt.XIV.5 SIWZ Ogólne warunki umowy dodaje zapis o treści:

„Zamawiający wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.”

Ad.3

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W pkt.XIV.16 SIWZ Ogólne warunki umowy

zapis o treści:

„16. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.”

zmienia na zapis o treści:

„16. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.”

Ad.4

Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w §1 ust.1 umowy stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ to dane osobowe znajdujące się w tomografie komputerowym, w którym lampa RTG zostanie zainstalowana.



Ad.5

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W pkt.XIV.19 SIWZ Ogólne warunki umowy

zapis o treści:

„19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych, bez konieczności wzywania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:...”

zmienia na zapis o treści:

„19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w następujących sytuacjach:...”

Ad.6 a) i b)

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie 1 Załącznika Nr 5 do SIWZ „Lampa rtg kompatybilna z gantry systemu tomografii komputerowej wyprodukowanego w 2010 roku przez firmę GE Healthcare typ BrightSpeed Elite 16, nie wymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji.”

Ad.7

Zamawiający potwierdza, że wymagany przez Zamawiającego okres minimum 12 miesięcy gwarancji i wliczonego w cenę serwisu na wszystkie wymienione części zamienne od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia bez limitu skanów i limitu mAs dotyczy wszystkich wymienionych części i podzespołów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, natomiast nie dotyczy tomografu komputerowego BrightSpeed Elite jako całość.

Ad.8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w pkt.IV.1.1.2.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2, Ad.3 i Ad.5, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 21.02.2017r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 21.02.2017r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1, XIV.5, XIV.16, XIV.19 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

