



Znak: AE/ZP-27-08/17

Tarnów, 2017-02-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy Zamawiający miał na myśli szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. oraz wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 9.** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 mm.
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.14 SIWZ.** Prosimy o zmianę kary umownej przewidzianej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** miał na myśli szczoteczki cytologiczne, spełniające wymagania określone w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), oraz pozostałe wymagania określone w SIWZ, w tym dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211, z późniejszymi zmianami).

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 9** papieru o szerokości 107 mm, natomiast długość 23 mm jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ogólnych warunków umowy w pkt. **XIV.14 SIWZ** zmian zaproponowanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a