



Znak: AE/ZP-27-08/17

Tarnów, 2017-02-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos czysty mikrobiologicznie przy zachowaniu pozostałych parametrów?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2 i 3.** Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem 2 m w uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym i dla dorosłych, czystą mikrobiologicznie, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenu do wysokich stężeń w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, czystą mikrobiologicznie, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy 2 m, czysty mikrobiologicznie, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z foliami o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 16x40 cm (pow. przylepna 16x24 cm) dla poz. 1 oraz 50x60 cm (pow. przylepna 40x53 cm) dla poz. 2, spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** cewników do podawania tlenu przez nos czystych mikrobiologicznie pod warunkiem, że będą pakowane indywidualnie i spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 2 i 3** masek z drenem o długości 2 m pediatrycznych i dla dorosłych czystych mikrobiologicznie pod warunkiem, że będą pakowane indywidualnie i spełniają pozostałe wymagania SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie masek pediatrycznych i dla dorosłych w uniwersalnym rozmiarze.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 4** masek tlenowych z rezerwuarem tlenu do wysokich stężeń w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, czystych mikrobiologicznie, pod warunkiem, że będą pakowane indywidualnie i spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 5** drenów tlenowych o długości 2 m czystych mikrobiologicznie, pod warunkiem, że będą pakowane indywidualnie i spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** folii operacyjnych o rozmiarze całkowitym 16x40 cm i powierzchni przylepnej 16x24 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, natomiast w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** dopuszcza zaoferowanie folii operacyjnych o rozmiarze całkowitym 50x60 cm (podany rozmiar mieści się w wymaganiach określonych przez Zamawiającego w SIWZ), nie dopuszcza natomiast folii operacyjnych o powierzchni przylepnej 40x53 cm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a