



Znak: AE/ZP-27-08/17

Tarnów, 2017-02-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści butelki dostępne w rozmiarze 10F do 18 F, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści katetery zwijane, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści okulary w rozmiarach 31-37,5 cm oraz 29-35,5 cm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści aby cewniki dostępne były w rozmiarach F6, F8, F10 o długości 40-100 cm oraz F12 o długości 100 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści aby cewniki dostępne były w rozmiarach F6, F8, F10 o długości 40-100 cm oraz F12, F14, F16 o długości 120 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy Zamawiający odstąpi od wymagania cewnika w rozmiarze F4-F5 o długości 33-50 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki z zamkniętą końcówką oraz 4 otworami bocznymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestawy nie zawierające kanki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestawy nie zawierające kanki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestawy bez filtra hydrofobowego, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści dreny z otworami regularnymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga żeby kraniki trójdrożne z przedłużaczem posiadały dodatkowy port do iniekcji?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający oczekuje aby kraniki trójdrożne były wykonane z poliwenglanu?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zakończony był plastyczną kanką z jednym otworem centralnym, bez dodatkowych otworów bocznych?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** butelek do długotrwałego odsysania ran w rozmiarze 10F do 18 F, zaoferowane butelki muszą mieć możliwość połączenia z drenami REDONA od 10F do 20F.

**Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** kateterów zwijanych, zaoferowane katetery-cewniki do odsysania ran typ Redon muszą być proste.

**Ad. 3** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** okularów w rozmiarach 31-37,5 cm oraz 29-35,5 cm, zaoferowane okulary winny być dla noworodków na obwód głowy 30-38 cm oraz 24-33 cm.

**Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** cewników do karmienia przez nos w rozmiarach F6, F8, F10 o długości 40-100 cm oraz F12 o długości 100 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym że zaoferowane cewniki będą pakowane prosto.

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** cewników F6, F8, F10 o długości 40-100 cm oraz F12, F14, F16 o długości 120 cm pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym że zaoferowane cewniki będą pakowane prosto.

**Ad. 6** Zamawiający nie odstąpi od wymogu zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 2** cewnika do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych w rozmiarze F4-F5 o długości 33-50 cm.

**Ad. 7** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 4** zgłębników żołądkowych z zamkniętą końcówką oraz 4 otworami bocznymi. Zamawiający dopuszcza zgłębniki żołądkowe z 4 otworami bocznymi pod warunkiem, że będą miały również centralny zaokrąglony otwór i będą spełniały pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 8** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** cewników do podawania tlenu przez nos, które zgodnie z SIWZ należy zaoferować jako sztuki a nie zestawy z kankami (Zamawiający wymaga samych cewników do podawania tlenu przez nos).

**Ad. 9** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** zestawów jednorazowego użytku do lewatywy nie zawierających kanki.

**Ad. 10** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** zestawów w do drenażu ran w systemie zamkniętym bez filtra hydrofobowego. Zaoferowane zestawy winny spełniać wszystkie wymagania SIWZ.

**Ad. 11** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** drenów z otworami regularnymi ponieważ wymagał zaoferowania opisanych w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) zestawów do drenażu ran w systemie zamkniętym, natomiast w poz. 2 wymienionego Pakietu Zamawiający wymagał zaoferowania drenów z trokarem opisanych Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, które winny mieć otwory o stopniowanych rozmiarach i spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 12** Wymagania dotyczące oferowanych w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** kraników trójdrożnych z przedłużaczem Zamawiający zawarł w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** kraniki trójdrożne z przedłużaczem posiadały dodatkowy port do iniekcji.

**Ad. 13** Wymagania dotyczące oferowanych w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** kraników trójdrożnych z przedłużaczem Zamawiający zawarł w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** kraniki trójdrożne z przedłużaczem były wykonane z poliwęglanu.

**Ad. 14** Wymagania dotyczące oferowanych w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** zestawów jednorazowego użytku do lewatywy Zamawiający zawarł w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej. Zamawiający wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** zestawy jednorazowego użytku do lewatywy były z kanką, drenem i workiem, nie wymaga natomiast ale dopuszcza aby zestaw był z plastyczną kanką z otworem centralnym, bez dodatkowych otworów bocznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

