



Znak: AE/ZP-27-10/17

Tarnów, 2017-03-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 12FR o długości 15 cm (nr katalogowy: EF- I7613), 20 cm (nr katalogowy: EF- I7713), 24cm (nr katalogowy: EF- I7813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą typu „Y” 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane?
- Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości 24cm (tip to cuff 19cm)(kod produktu: 32101524), 28cm (tip to cuff 23cm)(kod produktu: 32101528), 32cm (tip to cuff 27cm)(kod produktu: 32101532), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianką zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem?
- Dotyczy Pakietu Nr 42 poz.1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14FR o długości 15 cm (nr katalogowy: EF- 8613), 20cm (nr katalogowy: EF- 8713) i 24cm (nr katalogowy: EF- 8813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane?
- Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy 12FR o długości 15 cm (nr katalogowy: EG- 7613) 20cm (nr katalogowy: EG- 7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French

naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane?

5. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości **24cm** (tip to cuff 19cm)(kod produktu: 32101524), **28cm** (tip to cuff 23cm)(kod produktu: 32101528), **32cm** (tip to cuff 27cm)(kod produktu: 32101532), **36cm** (tip to cuff 31cm)(kod produktu: 32101536), **40cm** (tip to cuff 35cm)(kod produktu: 32101540), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyńowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 51 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości **24cm** (tip to cuff 19cm)(kod produktu: 32101524), **28cm** (tip to cuff 23cm)(kod produktu: 32101528), **32cm** (tip to cuff 27cm)(kod produktu: 32101532), **36cm** (tip to cuff 31cm)(kod produktu: 32101536), **40cm** (tip to cuff 35cm)(kod produktu: 32101540), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyńowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 51 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach od końcówki do mufy: 19 cm, 23 cm, 27 cm, 50 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z



przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

9. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 3.** Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach od końcówki do mufy: 19 cm, 23 cm, 27 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 42 poz. 1 i 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 3 do osobnego pakietu?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 2.** Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach: 19 cm, 23 cm, 27 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu,



nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

13. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 11 pozycji nr 2 i utworzenie z tej pozycji oddzielnego zadania, Pakiet 11/Pozycja 2 – Jednorazowe golarki grzebykowe – 5300 szt.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1, 2, 3.** Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga by producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1, 2, 3.** Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wg norm potwierdzających jakość np.: AFERA 4001, AFERA 5001?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1, 2, 3.** Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami badań?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelom ciekłym o średnicy 30 mm? Zaznaczamy, że elektrody spełniają pozostałe wymagania.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelom ciekłym o średnicy 50 mm? Zaznaczamy, że elektrody spełniają pozostałe wymagania.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelom ciekłym o wymiarach 55mm x 41 mm? Zaznaczamy, że elektrody spełniają pozostałe wymagania.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 5.** Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być w kratkę czy gładki?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 7.** Prosimy o wyjaśnienie jakiej czułości papier należy zaoferować w ww. pozycji – standardową (typu S) czy podwyższoną (typu HD)?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 11** Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1-3.** Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1-3.** Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.
25. **Dotyczy pkt XV.7 SIWZ.** Prosimy o zmianę ogólnych warunków umowy w pkt. 7 poprzez wprowadzenie zapisu, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmieni się odpowiednio kwota brutto umowy tj. zostanie odpowiednio obniżona lub odpowiednio podwyższona proporcjonalnie od zmiany.



26. **Dotyczy pkt XV.12 lit. b) SIWZ.** Prosimy o doniesienie kary umownej w wysokości 0,5% do wartości brutto dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu lub niezgodnej pod względem jakości.
27. **Dotyczy pkt XV.13 SIWZ.** Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownym jak w rozdz. XV SIWZ pkt. 13 stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej.
28. **Dotyczy pkt XV.18 SIWZ.** Prosimy o wykreślenie pkt. 18 zawartego w rozdz. XV SIWZ z umowy.
29. **Dotyczy pkt XV.20 SIWZ.** W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
30. **Dotyczy pkt XV SIWZ.** Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
31. **Dotyczy pkt XV.22 SIWZ.** Prosimy o zmianę ww. zapisu umowy poprzez wprowadzenie zapisu o obciążeniu wykonawcy różnicą kosztów jakie Zamawiający zapłaciłby wykonawcy a jakie zapłacił innemu dostawcy.
32. **Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik o takim samym przeznaczeniu medycznym a o podobnych parametrach tj. cewnik wykonany z Poliuretanu BodySoft odpornego na załamania, dwukanałowy, średnica 12 FR, 3cm schodkowa końcówka zmniejszająca recyrkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług. 70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, 2 zatyczkami, ruchome skrzydełkami do mocowania, 1 skrzydełko dołączane, opatrunek do mocowania cewnika, ramiona proste oraz zakrzywione; 13 Fr (dodatkowo - rozszerzacz naczyniowy 12-14 Fr), długości 15cm, 20cm, 24cm
33. **Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści cewnik o takim samym przeznaczeniu medycznym a o podobnych parametrach tj. Rozmiary do wyboru 14.5 F oraz 16F:
- rozmiar 14,5F; odległość od mufki do końcówki cewnika 15,19,23,27,31,35,42 cm
 - rozmiar 16 Fr, odległość od mufki do końcówki cewnika 19,23,27,31,35,42 cm
 - pierścień wrastania tkanki w SureCuff, pomaga w migracji bakterii oraz zabezpiecza cewnik na swoim miejscu
 - materiał cewnika - carbothane (elastyczność i miękkość dla większego komfortu pacjenta)
 - przepływ do 500 ml/min.
 - światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm
 - końcówka cewnika schodkowa, otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia
 - cewnik z ramionami prostymi i zakrzywionymi z zestawem wprowadzającym o składzie; prowadnik typu ‘ J’ 0,97/700mm- 1szt., igła wprowadzająca 18G/70mm- 1 szt, rozdzielalny rozszerzacz z zastawką 15Fr - 1szt, rozszerzacz 8Fr-1 szt., rozszerzacz 10-12F, korki Luer Lock- 2szt, opatrunki samoprzylepne-2szt ?

34. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 40x16 cm (pow. klejąca 16x24 cm) dla poz. 1 oraz 68x40 cm (pow. klejąca 40x53 cm) dla poz. 2?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o parametrach:
- materiał polipropylen monofilamentowy
 - taśma przeznaczona do obu metod (TVT, TOT)
 - długość – 60 cm lub 45 cm
 - szerokość 1,0 cm +/- 0,1 cm
 - grubość taśmy – 0,54 cm
 - gramatura około 67 g/m²
 - masa liniowa 0,075 g/dm
 - wielkość porów – 4,1 mmx 1,2 mm
 - porowatość – 70%
 - atraumatyczne brzegi (nie wymagające osłonki plastikowej)
36. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym oraz możliwością odsysania wydzieliny znad mankieta z drenem do odsysania o grubości 3 mm połączonym z szyldem rurki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowy system światowej marki Boston Scientific składający się z propylenowej dzianej siatki z propylenowymi nośnikami ma każdym końcu siatki dystalnej- każdy nośnik jest przeznaczony do umieszczenia na końcu igły i z elementu wprowadzającego zaprojektowanego w sposób mający ułatwić przeprowadzenie zestawu siatki przez tkanki ciała w celu umieszczenia w mięśniu zasłonowym wewnętrznym?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza taśmę o długości 9 cm i szerokości 1,1 cm o gramaturze 100 g/m² i grubości 0,66 mm przy wielkości porów 1182 um, która zmniejsza ryzyko zakażenia z 4 cm odcinkiem z wygładzonymi krawędziami w części podcewkowej?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowy system światowej marki Boston Scientific składający się z systemu taśmy pokrytej na całej długości plastikową osłonką i zakończoną pętelkami oraz z dwóch wyprofilowanych igieł, mających specjalną końcówkę z mechanizmem zabezpieczającym przed wypadaniem taśmy w metodzie out-in –pozwalający na bezpieczne przejście przez otwory zasłonowe?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza monofilamentową taśmę o długości 44 cm i szerokości 1,1 cm o gramaturze 100 g/m² i grubości 0,66 mm przy wielkości porów 1182 um, która zmniejsza ryzyko zakażenia oraz posiadającą niebieski języczek środkujący, zapewniający operatora o właściwym umiejscowieniu taśmy i służący do usunięcia rękawa ochronnego?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuszcza system niebieskiej-widocznej w cystoskopii siatki zakładanej drogą jednego nacięcia, drogą przezpochwową o bazie siatki równej 5 cm z ramionami o długości 5 cm z urządzeniem, ułatwiającym zaczepienie zestawu siatki w okolicy więzadła krzyżowo-kolcowego, stosowaną przy reparacji na 1 i 2 poziome wg DeLancey, która równie dobrze leczy zaburzenia statyki jak siatki z większą liczbą ramion?

42. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuszcza niebieską siatkę z białą linią w części centralnej o gramaturze 25 g/m², o wielkości porów 2,8 mm², grubości 200 mikronów i sile na rozciąganie równej 17 N?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 4.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 24 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.
44. **Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 3.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 39 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.
45. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 7.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wysokiej jakości europejskiego producenta worków samorozprężalnych o pojemności 500 ml reszta zgodna z SIWZ?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 8.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wysokiej jakości europejskiego producenta worków samorozprężalnych o pojemności 2000 ml reszta zgodna z SIWZ?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
48. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
49. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 4.** Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.
50. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z: taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 30 mm, grubości 0,34 mm i gramaturze 28 g/m², na stałe połączonej z dwoma kotwiczącymi urządzeniami oraz z dwiema poliwęglanowymi rurkami służącymi do pozycjonowania implantu; dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie heliakalnym, które łączy się z taśmą za pomocą zatrasków?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści mikroporowata, monofilamentowa, polipropylenowa taśma do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (bez koszulki). Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 45 cm, grubość nici 120 µm, gramatura 63 g/m², grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 0,23 mm². Taśma posiada wplecioną niebieską nić oraz jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację. Autoklawowalne narzędzia wielorazowe lub jednorazowe do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką „out-in lub „in out”?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm, grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m² oraz jednego jedno-razowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 6.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 wysokiej klasy wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 280 ml, wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cm H₂O, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuuar tlenowy o pojemności 600 ml. Resuscytator z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 0,1.

54. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 7.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 7 wysokiej klasy wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 550 ml, wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cm H₂O, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuuar tlenowy o pojemności 600 ml. Resuscytator z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 2,3.
55. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 8.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 wysokiej klasy wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 1700 ml, wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cm H₂O, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Resuscytator z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 0,1.
56. **Dotyczy pkt XV.7 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 7 ogólnych warunków umowy oraz Rozdział II pkt. 1 Formularza Ofertowego na następujący” [...] w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych lub stawek podatku VAT będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej lub stawki podatku VAT ich cena umowna brutto ulegnie podwyższeniu”?
57. **Dotyczy pkt XV.12 a i b SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z pkt. 12 a i b ogólnych warunków umowy do 0,2%?
58. **Dotyczy pkt XV.13 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z pkt. 13 ogólnych warunków umowy do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
59. **Dotyczy pkt XV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 10 ogólnych warunków umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”
60. **Dotyczy Formularza Ofertowego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.
61. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie Nr 19 poz. 1 - 6** szt. systemów siatkowych do korekcji cystoceli, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm, (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów metodą przezzasłonową?
62. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający oczekuje aby rurka składała się z czarnego minimum 2 cm znacznika głębokości intubacji na zakończeniu rurki?
63. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający oczekuje aby rurka posiadała znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm?

64. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej Biesalskiego, bez mankieta uszczelniającego, zwężająca się stożkowato ku dołowi, z 2 wymiennymi kodowanymi kolorystycznie kaniulami wewnętrznymi, z łącznikiem 15 mm, zastawką fonacyjną, nakładką przeciwkaszlową, opaska mocująca na szyję zapinana na rzep.
65. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej, z mankiem nisko-ciśnieniowym, w zestawie z rurką 2 kodowane kolorystycznie kaniule wewnętrzne z konektorem 15 mm i pierścieniem mocującym, opaska mocująca na szyję zapinana na rzep, mandryn.
66. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy do rurek intubacyjnych do kształtowania, sterylna, jednorazowego użycia, występująca w rozmiarach: CH 10 długość 34cm średnica 3.30; CH12 długość 37cm średnica 3.94; CH14 długość 37cm średnica 4.60.
67. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek w rozmiarze 2,5x4,0 mm oraz 3,0x4,7 mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
68. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje maski z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni w postaci uźebrowania, z luźnym niewbudowanym drenem?
69. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ma być wyposażony w dodatkowy port do iniekcji, który umożliwia dodatkową podaż leków lub płynów bez konieczności rozłączania linii infuzyjnej?
70. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika, skuteczność nawilżania 29,2 mg H₂O przy Vt 500ml. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.
71. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego klasy HEPA13, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,99999%, p/wirusowej: 99,9999%, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H₂O przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H₂O przy VT=500ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm², objętość oddechowa Vt300-1200 ml, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, sterylizowany EO, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.
72. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, p/wirusowej 99,9999%, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu 2,0 cm H₂O przy 60 l/min(1,1 cm H₂O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 cm², nawilżaniu 31,1 mg H₂O przy VT=500 ml, skuteczność termiczna 33,8 stopni C przy VT 500 ml, utrata wilgotności 5,9 mg H₂O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, o powierzchni 630 cm², objętość oddechowa Vt300-1200 ml, waga 53 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.
73. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,999 %, waga 22 g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

74. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy sonda sengstakena ma być wykonana z materiału termoplastycznego?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego biologicznie czystego.
76. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22 mm do respiratora dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H₂O i wydechowy 0,17 H₂O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180cm. Waga układu 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50cm.
77. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowanych w sposób zwinięty, nie powodujący załamania światła cewnika, reszta parametrów zgodna z SIWZ.
78. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 2.** Czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności?
79. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana?
80. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego bez centralnego otworu.
81. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają być wyposażone w trzy lub cztery otwory drenujące?
82. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?
83. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy średnica otworów drenujących ma być nie większą niż 5 cm, a krawędzie otworów mają być zaoblone?
84. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej zbiórki moczu powinien posiadać bezigłowy port do pobierania próbek moczu?
85. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej zbiórki moczu ma posiadać zakładkę umożliwiającą podwieszenie kranika spustowego i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą?
86. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 4.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do zbiórki moczu ma posiadać zintegrowany wieszak do podwieszania?
87. **Dotyczy Pakietu Nr 49 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że komora zestawu ma generować próżnię na poziomie zbliżonym do stałego w trakcie całego okresu rozprężania się elastycznej, sferycznej komory?
88. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 15 cm x 28 cm z powierzchnią lepną o wym. 15 cm x 22 cm?
89. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 45 cm x 55 cm z powierzchnią lepną o wym. 45 cm x 49 cm?
90. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści okulary z ostrzem o szerokości 36 mm?
91. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści okulary w rozmiarach 310-375 mm oraz 290-355 mm?



92. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewniki F12, F14, F16, o długości 120 cm?
93. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści dreny o rozpiętości ramion 45 x 18 cm?
94. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'75 z przeliczeniem na 3734 opakowania?
95. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści szczoteczki bez obrączki zabezpieczającej?
96. **Dotyczy Pakietu Nr 49 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw z łącznikiem zwężającym światło?
97. **Dotyczy Pakietu Nr 49 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści dren z otworami o równych rozmiarach?
98. **Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 2.** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 41 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika permanentnego o długości od końcówki do mufy 28 cm (zamiast 27 cm)? Reszta parametrów i cech w całości zgodna z SIWZ.
99. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1.** Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie czujników w poz. 1 w ilości 24 szt. z uwagi na to, że jest najmniejsze możliwe opakowanie.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 41 poz. 1** również opisanych w pytaniu zestawów do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 41 poz. 2** również opisanych w pytaniu zestawów do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 1** również cewników do HD w zestawach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 2** również cewników do HD w zestawach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 3** również cewników do HD w zestawach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 51 poz. 1** opisanego w pytaniu zestawu z cewnikiem.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 51 poz. 1** opisanego w pytaniu zestawu z cewnikiem.

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 1** również cewników do HD w zestawach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 42 poz. 3** również cewników do HD w zestawach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.



Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 42 poz. 1 i 3** do osobnego pakietu.

Ad. 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 41 poz. 1** opisanego w pytaniu zestawu z cewnikiem.

Ad. 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 41 poz. 2** opisanego w pytaniu zestawu z cewnikiem.

Ad. 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie **poz. 2 z Pakietu Nr 11** i utworzenie z niej oddzielnego zadania.

Ad. 14 – 16

Wymagania dotyczące oferowanych w **Pakiecie Nr 26 poz. 1, 2, 3** elektrod jednorazowego użytku Zamawiający zawarł w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej i nie wprowadza do tych wymagań żadnych zmian.

Ad. 17

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 26 poz. 1** jednorazowych elektrod do EKG o średnicy 30 mm, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie elektrod z ciekłym żelom. Zaoferowane elektrody winny być z żelom, który z definicji ma konsystencję galaretowatą lub sztywną.

Ad. 18

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 26 poz. 2** jednorazowych elektrod do EKG o średnicy 50 mm, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie elektrod z ciekłym żelom. Zaoferowane elektrody winny być z żelom, który z definicji ma konsystencję galaretowatą lub sztywną.

Ad. 19

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 26 poz. 3** jednorazowych elektrod do EKG ponieważ w pozycji tej wymagał zaoferowania elektrod holterowskich jednorazowego użytku z żelom.

Ad. 20

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 23 poz. 5** papieru w kratkę co jest oczywiste biorąc pod uwagę fakt, że w wymienionej pozycji wymagał zaoferowania papieru do defibrylatora Cardio-Aid TM.

Ad. 21

W **Pakiecie Nr 23 poz. 7** Zamawiający wymaga zaoferowania papieru do Videoprintera aparatu do echokardiografii VIVID S6 firmy GE, wymagana szerokość 110 mm i długość 20 m.

Ad. 22

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23 poz. 11** papieru o szerokości 107 mm, dopuszcza natomiast długość 23 m ponieważ mieści się w określonym zakresie 23 – 25 m.

Ad. 23

Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 26 poz. 1 – 3** podanie ceny za opakowanie zawierające 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem wielkości opakowania.



Ad. 24

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie w **Pakiecie Nr 26 poz. 1-3** ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Ad. 25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w **pkt XV.7 SIWZ**.

Ad. 26

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w **pkt XV.12 b) SIWZ**.

Ad. 27

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w **pkt XV.13 SIWZ**.

Ad. 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie **pkt XV.18 SIWZ**.

Ad. 29

Ze względu na specyfikę działalności, Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć ile razy w ciągu trwania umowy będzie składał zamówienia ponieważ uzależnione to jest od liczby chorych wymagających danego sprzętu jak również od rodzaju sprzętu będącego przedmiotem umowy (np. czy występuje w różnych rozmiarach).

Ad. 30

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zapisów w **pkt XV SIWZ - Ogólne Warunki Umowy**.

Ad. 31

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w **pkt XV.22 SIWZ**.

Ad. 32

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 41 poz. 1** również opisanych w pytaniu zestawów do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie.

Ad. 33

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 41 poz. 2** również opisanych w pytaniu zestawów do cewnikowania żył centralnych do zastosowania w hemodializie.

Ad. 34

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2** rozmiarów folii zaproponowanych w pytaniu.

Ad. 35

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 16 poz. 1** opisanych w pytaniu taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Ad. 36

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** również rurek tracheotomijnych z mankietem niskociśnieniowym oraz możliwością odsysania wydzieliny z nad mankieta z drenem do odsysania o grubości 3 mm połączonym z szyldem rurki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 37

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 1** również opisanych w pytaniu systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 38

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 1** również opisanych w pytaniu taśm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym dostarczenie jednorazowego narzędzia umożliwiającego precyzyjne umieszczenie i odłączenie systemu kotwiczącego w miejscu wybranym przez operatora, z możliwością dobrania odpowiedniego napięcia taśmy.

Ad. 39

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 1** również opisanych w pytaniu systemów taśmowych do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 40

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 1** również opisanych w pytaniu taśmowych do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym dostarczenie narzędzia lub zestawu narzędzi do zakładania zaoferowanej taśmy metodą przezzasłonową techniką "out-in" lub "in out".

Ad. 41

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 1 i 2** systemów siatkowych opisanych w pytaniu.

Ad. 42

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 1 i 2** siatki opisanej w pytaniu.

Ad. 43

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie **pozycji 4 z Pakietu Nr 24** do osobnego zadania.

Ad. 44

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie **pozycji 3 z Pakietu Nr 39** do osobnego zadania.

Ad. 45

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 7** również worków samorozprężalnych o pojemności 500 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 46

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 8** również worków samorozprężalnych o pojemności 2000 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 47

Zamawiający dopuszcza podanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pod warunkiem podania w Formularzu Cenowym informacji o wielkości opakowania.

Ad. 48

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie **pozycji 6 z Pakietu Nr 1** do osobnego pakietu.

Ad. 49

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie **pozycji 4 z Pakietu Nr 38** do osobnego pakietu.



Ad. 50

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16 poz. 1** również opisanych w pytaniu zestawów do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Ad. 51

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 1** również opisanych w pytaniu taśm z narzędziem do ich zakładania

Ad. 52

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 19 poz. 1** również opisanych w pytaniu zestawów do korekcji cystocele.

Ad. 53

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 6** również opisanego w pytaniu wielorazowego resuscytatora.

Ad. 54

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 7** również opisanego w pytaniu wielorazowego resuscytatora.

Ad. 55

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 30 poz. 8** również opisanego w pytaniu wielorazowego resuscytatora.

Ad. 56

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w **pkt XV.7 SIWZ oraz pkt II. 1 Formularza Ofertowego..**

Ad. 57

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w **pkt XV.12 a i b SIWZ**

Ad. 58

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w **pkt XV.13 SIWZ**

Ad. 59

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w **pkt XV.10 SIWZ**

Ad. 60

Zamawiający dopuszcza usunięcie z **Formularza Ofertowego** pakietów w zakresie których Wykonawca nie składa oferty.

Ad. 61

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 19 poz. 1** opisanych w pytaniu systemów siatkowych do korekcji cystocele.

Ad. 62

Zamawiający oczekuje aby rurki intubacyjne bez mankietu zaoferowane w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** spełniały wymagania określone w SIWZ.

Ad. 63

Zamawiający oczekuje aby rurki intubacyjne zbrojone zaoferowane w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** spełniały wymagania określone w SIWZ.

Ad. 64

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** rurek trachestomijnych opisanych w pytaniu.

Ad. 65

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** rurek trachestomijnych opisanych w pytaniu.

Ad. 66

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodnic do rurek intubacyjnych do kształtowania, sterylnych, jednorazowego użycia w rozmiarze CH12 długość 37 cm średnica 3,94, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaoferowania pozostałych wymaganych rozmiarów; nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie rurek intubacyjnych w rozmiarach: CH 10 długość 34 cm średnica 3,30 oraz w rozmiarze CH14 długość 37 cm średnica 4,60 cm.

Ad. 67

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** rurek intubacyjnych do podawania surfaktantu w rozmiarze 2,5 x 4,0 mm (spełnia wymagania SIWZ dotyczące rozmiaru), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaoferowania również rurki w rozmiarze F10 (2,0 x 3,4 mm); nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie rurek intubacyjnych do podawania surfaktantu w rozmiarze 3,0 x 4,7 mm.

Ad. 68

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** masek krtaniowych z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, nie stawia natomiast wymogu w jaki sposób będzie to zabezpieczone, i nie będzie dokonywał doprecyzowań w tym zakresie.

Ad. 69

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby przedłużacze z kranikiem trójdrożnym zaoferowane w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** były wyposażone w dodatkowy port do iniekcji.

Ad. 70

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** opisanych w pytaniu wymienników ciepła i wilgoci, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 71

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** filtrów mechanicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 72

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** filtrów mechanicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 73

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** opisanych w pytaniu filtrów antybakteryjnych elektrostatycznych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 74

Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowane w **Pakiecie Nr 9 poz. 4** sondy-zgłębniki Sengstakena winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie wykonania zaoferowanych sond z tworzywa termoplastycznego (cokolwiek Wykonawca przez to rozumie), ale wymaga aby zaoferowane sondy były wykonane z przezroczystego miękkiego materiału – jeżeli tworzywo termoplastyczne, o którym mowa w pytaniu spełnia to wymaganie to Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane sondy były wykonane z materiału termoplastycznego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 75

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** układów oddechowych biologicznie czystych.

Ad. 76

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 2** układów oddechowych opisanych w pytaniu.

Ad. 77

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 poz. 1** cewników pakowanych w sposób zwinięty.

Ad. 78

Zamawiający wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 28 poz. 2** cewniki do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych spełniały wymagania określone w SIWZ i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Ad. 79

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 28 poz. 2** cewniki do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych spełniały wymagania określone w SIWZ.

Ad. 80

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 poz. 4** zgłębnika żołądkowego bez centralnego otworu.

Ad. 81

Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowane w **Pakiecie Nr 34 poz. 2** cewniki Foley'a winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie stawia wymogu dotyczącego ilości otworów drenujących w zaoferowanych cewnikach, w związku z czym dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane cewniki posiadały trzy lub cztery otwory, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 82

Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowane w **Pakiecie Nr 34 poz. 2** cewniki Foley'a winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie sposobu sterylizacji, ale wymaga aby zaoferowane cewniki były sterylne, w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby zaoferowane cewniki były sterylizowane radiacyjnie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 83

Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowane w **Pakiecie Nr 34 poz. 3** cewniki-dreny Pezzer winny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie stawia wymogów w zakresie wielkości otworów, wymaga natomiast aby zaoferowane cewniki-dreny posiadały min. 3 otwory boczne, nie stawia również wymagań w zakresie zaoblenia (cokolwiek Wykonawca przez to rozumie) krawędzi tych otworów.

Ad. 84

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 38 poz. 4** worki do zbiórki moczu 7-dniowe posiadały bezigłowy port do pobierania próbek moczu.

Ad. 85

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 38 poz. 4** worki do zbiórki moczu 7-dniowe posiadały zakładkę umożliwiającą podwieszenie kranika spustowego i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą.

Ad. 86

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 38 poz. 4** worki do zbiórki moczu 7-dniowe posiadały zintegrowany wieszak do podwieszania.

Ad. 87

Przedmiot zamówienia zaoferowany w Pakiecie Nr 49 poz. 1 ma spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, w związku z czym Zamawiający nie będzie potwierdzać innych wymagań niż określone w SIWZ.

Ad. 88

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** folii operacyjnej w rozmiarze 15 cm x 28 cm z powierzchnią lepną o wymiarach 15 cm x 22 cm (podane wymiary spełniają wymagania SIWZ w tym zakresie), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 89

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** folii operacyjnej w rozmiarze 45 cm x 55 cm z powierzchnią lepną o wymiarach 45 cm x 49 cm (podane wymiary spełniają wymagania SIWZ w tym zakresie), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 90

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 2 golarek z ostrzem o szerokości 36 mm.

Ad. 91

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 3** okularków w rozmiarach 310-375 mm oraz 290-355 mm.

Ad. 92

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 1 cewników do karmienia przez nos F12, F14, F16 o długości 120 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaoferowanie również cewników F6, F8, F10 o długości 40-100 cm.

Ad. 93

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 29 poz. 1 drenów Kher o rozpiętości ramion 45 x 18 cm.

Ad. 94

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 33 poz. 2** kieliszków do leków w opakowaniu a'75 szt. pod warunkiem zaoferowania 3734 opakowań po 75 szt. kieliszków i spełniania przez zaoferowane kieliszki wymagań określonych w SIWZ.

Ad. 95

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 40 poz. 2** szczoteczki bez obrączki zabezpieczającej.

Ad. 96

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 49 poz. 1** zestawów z łącznikiem zwężającym światło drenu.

Ad. 97

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie nr 49 poz. 2** drenów z otworami o równych rozmiarach.

Ad. 98

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 41 poz. 2** cewników permanentnych o długości od końcówki do mufy 28 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 99

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące **Pakietu Nr 20 poz. 1.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

