



Znak: AE/ZP-27-14/17

Tarnów, 2017-03-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 7 zestawu do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Flocare PEG w rozmiarze CH 14/40 cm i CH 18/40 cm zakładanego techniką „pull”, składającego się z następujących części: zgłębnik o długości 40 cm wykonany ze specjalnego miękkiego przezroczystego poliuretanu z linią kontrastującą w promieniach RTG; zacisk do regulacji przepływu; zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika; silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych; silikonowa płytka wewnętrzna; jednorazowy skalpel; igła punkcyjna z trokarem; nić trakcyjna do przeciągania zgłębnika?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 7 Pakietu Nr 1, parametry narzędzi zgodne z opisem.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu Nr 2 dopuści zaoferowanie protez o długości 7, 9, 12 i 15 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu Nr 2 dopuści zaoferowanie koszyka wielorazowego użytku, z funkcją litotrypsji, wymiary 20 mm x 35 mm i 30 mm x 55 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu Nr 6 dla zwiększenia możliwości wyboru rodzaju stentu do dróg żółciowych dopuści zaoferowanie stentu pokrywanego w części środkowej i niepokrywanego dodatkowo do wskazanego stentu pokrywanego całkowicie, parametry stentów zgodne z opisem.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści protezę do dróg żółciowych - samorozprężalną, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość protezy 60,80,100,120mm; Aplikator o długości 180cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści proteza samorozprężalną, przetykową o dł. 80,110,140 mm; pokryta silikonem na całej długości, do zwężeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna) posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści protezę do dróg żółciowych - samorozprężalną, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość protezy 60,80,100,120mm średnica 10mm; średnica kołnierzy 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z przewodnicą max 0,038 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wyciągnąć protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści protezę samorozprężalną, przetykową o dł. 80,110,140,170mm śr. 20 mm, średnica kołnierzy 26mm; pokryta silikonem na całej długości, do zwężeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna) posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 F?

10. **Dotyczy pkt IV.1.4.1.3 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcje obsługi dostarczone były przy dostawie przedmiotu zamówienia?
11. **Dotyczy pkt IV.1.4.1.3 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca załączył instrukcje obsługi w formie elektronicznej tj. na płycie CD ze względu na objętość oferty?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści kompatybilny uchwyt wielorazowy lecz o długości kabla przyłączeniowego 4,5m?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści równoważną elektrodę neutralna silikonową lecz o wymiarach 25x15cm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści równoważną, wysokiej jakości elektrodę lecz o wymiarach części roboczej: szerokość 2,6mm, długość 13mm?
15. **Dotyczy pkt XIV.6 SIWZ - Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie ramach Pakietów Nr 1-11 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna netto nie ulegnie zmianie.”
16. **Dotyczy pkt XIV.11 a SIWZ - Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,1% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych.”
17. **Dotyczy pkt XIV.11 b SIWZ - Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,1% wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b), poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie dni kalendarzowych od daty uznania reklamacji za zasadną (maksymalnie 5 dni kalendarzowych).”
18. **Dotyczy pkt XIV.12 SIWZ - Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 5%?
19. **Dotyczy pkt XIV.15 SIWZ - Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych. Pkt. 12 stosuje się.”
20. **Dotyczy pkt XIV.18 SIWZ - Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostaw przez dwa kolejne terminy, wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub warunkami określonymi przepisami prawa, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
21. **Dotyczy pkt XIV.21 SIWZ - Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy na koszt Wykonawcy



związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.”

22. **Dotyczy pkt XIV.22 SIWZ - Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
23. **Dotyczy pkt XIV SIWZ - Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”
24. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 i 5.** Czy Zamawiający utworzy nowy pakiet z pozycji 4, 5 lub pozwoli złożyć osobną ofertę na w/w pozycje.
25. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści: stent samorozprężalny do dróg żółciowych, z nitinolu, kryty na całej długości silikonem, końce nie rozszerzane, o średnicy max. 14 mm. System aplikacji pozwalający na uwolnienie stentu do około 50% długości i zamknięcia w celu korekty położenia. Znaczniki widoczne pod RTG na obu końcach i pośrodku długości. Długość po rozprężeniu: 60, 80, 100-130 mm.
26. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści: stent samorozprężalny do przełyku, z nitinolu, rozszerzany na końcach, System aplikacji pozwalający na korektę po założeniu, znaczniki widoczne pod RTG na obu końcach. Długość stentu po rozprężeniu: 60-85, 100, 130-140 mm; kompatybilny z przewodnicą przełykową (długość 260 cm, sztywny koniec, prosta, jednorazowego użytku).

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** opisanych w pytaniu zestawów do przezskórnej gastrostomii, pod warunkiem konieczności wykonania gastrokopii przy ich usuwaniu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na **pozycję 7 Pakietu Nr 1**.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** protez o długości 7, 9, 12, 15 cm.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 6**, koszyka wielorazowego użytku, z funkcją litotrypsji, o wymiarach 20 mm x 35 mm i 30 mm x 55 mm.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** również stentów opisanych w pytaniu, pod warunkiem że spełniają pozostałe wymagania SIWZ, a ponadto Wykonawca zaoferuje również stenty opisane pierwotnie w SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** opisanych w pytaniu protez do dróg żółciowych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym dotyczących usuwalności.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** opisanych w pytaniu protez do przełyku, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym dotyczących usuwalności.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** opisanych w pytaniu protez do dróg żółciowych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** opisanych w pytaniu protez do przełyku, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na odstępianie od wymogu określonego w **pkt. IV.1.4.1.3 SIWZ**. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, musi złożyć na wezwanie Zamawiającego instrukcję używania (w języku polskim) dotyczącą przedmiotu zamówienia zaoferowanego w pakiecie Nr 3 i 6.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody aby w ramach spełnienia wymogu określonego w **pkt IV.1.4.1.3 SIWZ** Wykonawca dostarczył instrukcje obsługi w formie elektronicznej tj. na płycie CD.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** uchwytu wielorazowego użytku z kablem przyłączeniowym długości 4,5 m, pod warunkiem kompatybilności z diatermią EMED ES 350 i spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 4** elektrody neutralnej silikonowej o wymiarach 25 x 15 cm, pod warunkiem kompatybilności z diatermią EMED ES 350 i spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 5** elektrody o wymiarach części roboczej : szerokość 2,6 mm, długość 13 mm.

Ad. 15 – 23 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w dotychczasowych zapisach pkt XIV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 2 poz. 4 i 5** i utworzenie z nich oddzielnego pakietu, nie wyraża również zgody na złożenie osobnej oferty na w/w pozycje.

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** opisanych w pytaniu stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych.

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** opisanych w pytaniu stentów samorozprężalnych do przełyku.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

