



Znak: AE/ZP-27-18/17

Tarnów, 2017-04-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dla pakietu: nr 1- Fartuch chirurgiczny barierowy wielokrotnego użycia oraz dla pakietu nr 2 - Ubrania operacyjne dopuścić asortyment spełniający normę PN-EN 13795:2011+A1:2013. Asortyment Spełnia wymagania Norma PN-EN 13795:2011+A1:2013 w niezbędnych zakresach: pylenia, czystości pod względem cząstek stałych, wytrzymałości na wypychanie na sucho, wytrzymałość na rozciąganie na sucho. Pozostałe wymogi bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 obuwie na sale operacyjne bez wkładki masującej? Oferowane przez nas obuwie posiada anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części palców oraz śródstopia.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania obuwia w czterech kolorach, tj. zielonym, niebieskim, białym i fioletowym (oberżynowym)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Fartuchy chirurgiczne stanowią **pozycję 1 w Pakiecie Nr 1** (a nie jak napisał w pytaniu Wykonawca „pakiet nr 1”), natomiast ubrania chirurgiczne stanowią **poz. 2** tego Pakietu (a nie jak napisał w pytaniu Wykonawca „pakiet nr 2”). Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga, by zaoferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchy operacyjne, a w **poz. 2** tego Pakietu ubrania operacyjne spełniały bez jakichkolwiek wyłączeń, normę PN-EN 13795:2011+A1:2013 dla danego asortymentu.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** również obuwia na sale operacyjne bez wkładki masującej, ale pod warunkiem, że będzie posiadało anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części palców oraz śródstopia, a ponadto będzie spełniało pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** obuwia w czterech kolorach, tj. zielonym, niebieskim, białym i fioletowym (oberżynowym), ponieważ nie zawarł takiego wymogu w SIWZ jak również w Załącznikach do niej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a