



Znak: AE/ZP-27-19/17

Tarnów, 2017-05-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę urządzeń do hemodializy 9 sztuk oraz systemu uzdatniania wody 1 kpl.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.3** – Czy w pkt.3 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy przystosowany do współpracy z siecią dystrybucyjną wody w zakresie ciśnienia 1,5 bar do 6 bar?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.16** – Czy w pkt.16 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy z automatycznym profilowaniem sodu i ultrafiltracji?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.19** – Czy w pkt.19 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy z regulowanym skokowo przepływem płynu dializacyjnego 0-300-500-800 ml/min.?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.21** – Czy w pkt.21 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy, w którym skuteczna dezynfekcja termiczna odbywa się w temperaturze 84°C?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.23** – Czy w pkt.23 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy z pamięcią ostatniej skutecznej dezynfekcji?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.24** – Czy w pkt.24 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy z pamięcią parametrów ostatniej skutecznej dezynfekcji, z możliwością archiwizacji parametrów dializy w przypadku współpracy z systemem komputerowym?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.26** – Czy w pkt.26 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy bez funkcji opróżniania, który dla bezpieczeństwa bakteriologicznego przechowywany jest z płynem dezynfekcyjnym w przestrzeniach aparatu?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.43** – Prosimy o podanie ilości paneli przyłączeniowych podwójnych (z możliwością podłączenia dwóch aparatów) i pojedynczych (z możliwością podłączenia jednego aparatu).
9. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.17** – Czy Zamawiający dopuści aparat do hemodializy z funkcją płynnej regulacji przepływu krwi w zakresie od 50 ml/min, gdyż mniejsze przepływy nie są w praktyce stosowane?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.21** – Czy Zamawiający dopuści aparat do hemodializy z temperaturą dezynfekcji termicznej 85°C, gwarantowaną przez producenta urządzenia jako skuteczna?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.35d** – Czy Zamawiający dopuści system uzdatniania wody z pompą ciśnieniową nie zintegrowaną ze zbiornikiem?
12. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.38e** – Czy Zamawiający dopuści monitor odwróconej osmozy z innym, konduktometrycznym systemem pomiaru odrzutu, produkcji i poboru?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.38g** – Czy Zamawiający dopuści monitor odwróconej osmozy wyposażony w programowalny, automatyczny program dezynfekcji chemicznej zabezpieczony w inny skuteczny sposób – specjalnym przyciskiem z opóźnieniem?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy przystosowany do współpracy z siecią dystrybucyjną wody w zakresie ciśnienia 1,5 bar do 6 bar.

Ad.2.

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy z automatycznym profilowaniem sodu i ultrafiltracji.

Ad.3.

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy z regulowanym skokowo przepływem płynu dializacyjnego 0-300-500-800 ml/min.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.19 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ **usuwa zapis o treści:**

„Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 5 pkt

Pozostałe proporcjonalnie.”

Ad.4.

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy, w którym skuteczna dezynfekcja termiczna odbywa się w temperaturze 84°C.

Ad.5.

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy z pamięcią ostatniej skutecznej dezynfekcji.

Ad.6.

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy z pamięcią parametrów ostatniej skutecznej dezynfekcji, z możliwością archiwizacji parametrów dializy w przypadku współpracy z systemem komputerowym.

Ad.7.

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy bez funkcji opróżniania, który dla bezpieczeństwa bakteriologicznego przechowywany jest z płynem dezynfekcyjnym w przestrzeniach aparatu.

Ad.8.

Zamawiający informuje, iż ilość paneli przyłączeniowych wynosi 10 paneli pojedynczych. Jednocześnie Zamawiający, ze względu na obecnie trwające prace remontowe Stacji Dializ, informuje, iż po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, zastrzega możliwość zmiany paneli przyłączeniowych pojedynczych na panele przyłączeniowe podwójne, w ilości wskazanej przez Zamawiającego.

Ad.9.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.17 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Funkcja płynnej regulacji przepływu krwi w zakresie minimum od 15 ml/min do 500 ml/min.”



zmienia na zapis o treści:

„Funkcja płynnej regulacji przepływu krwi w zakresie minimum od 50 ml/min do 500 ml/min.”

Ad.10.

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy z temperaturą dezynfekcji termicznej 85°C, gwarantowaną przez producenta urządzenia jako skuteczna.

Ad.11.

Zamawiający dopuści również system uzdatniania wody z pompą ciśnieniową nie zintegrowaną ze zbiornikiem.

Ad.12.

Zamawiający dopuści również monitor odwróconej osmozy z innym, konduktometrycznym systemem pomiaru odrzutu, produkcji i poboru.

Ad.13.

Zamawiający dopuści również monitor odwróconej osmozy wyposażony w programowalny, automatyczny program dezynfekcji chemicznej zabezpieczony w inny skuteczny sposób – specjalnym przyciskiem z opóźnieniem.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.VI.2 SIWZ **zapis o treści:**

„VI.2.Punktacja w kryterium **parametry techniczne** zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2 = 0,20 * (t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5) * 100/25 \text{ pkt}$$

gdzie:

t₁ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze

t₂ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze

t₃ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 19 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze

t₄ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze

t₅ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze

gdzie:

$$t_1 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_2 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_3 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_4 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$



$$t_5 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

gdzie:

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 14, 17, 19, 27 i 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji 14, 17, 19, 27 i 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ tj. :

- a) w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 2 różnych producentów koncentratów uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t₁”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- b) w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu funkcji płynnej regulacji przepływu krwi tj. 485 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t₂” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- c) w ocenianym w pozycji 19 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu funkcji płynnej regulacji przepływu płynu dializacyjnego tj. 400 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t₃” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- d) w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 15 minut uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t₄” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- e) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 12 dm³/min uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t₅” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 20.”

zmienia na zapis o treści:



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



„VI.2.Punktacja w kryterium **parametry techniczne** zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2 = 0,20 * (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) * 100/20 \text{ pkt}$$

gdzie:

t₁ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze

t₂ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze

t₃ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze

t₄ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze

gdzie:

$$t_1 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_2 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_3 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_4 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

gdzie:

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 14, 17, 27 i 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji 14, 17, 27 i 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ tj. :

- a) w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 2 różnych producentów koncentratów uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t₁”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- b) w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu funkcji płynnej regulacji przepływu krwi tj. 450 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t₂” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- c) w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez



Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 15 minut uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t₃” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.

d) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 12 dm³/min uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t₄” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 20.”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.3 i Ad.9 oraz wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 19.05.2017r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 19.05.2017r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, VI.2, X.1, XI.1, Załączniku Nr 6 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

