



Znak: AE/ZP-27-20/17

Tarnów, 2017-04-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy implantów ortopedycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruby dociskowe od L 50 mm do L 145mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy zakończenie trójkątne fi 4,5 mm x 1,75, gniazdo heksagonalne: L- 40 mm, B - 20 mm; L - 45 mm, B - 22 mm; L- 50 mm, B - 25 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostkowy zakończenie trójkątne fi 4,5 mm x 1,75 gniazdo heksagonalne: L- 55 mm, B 27 mm; L- 60 mm, B - 29 mm; L - 65 mm, B - 31 mm, L - 70 mm, B 33 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości łódkowatej fi 4,0 mm, heksagonalne, częściowo gwintowane, wymagane długości całkowite L: od 20 mm do 35mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości łódkowatej fi 4,0 mm, heksagonalne, częściowo gwintowane, wymagane długości całkowite L: od 35 mm do 50 mm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości łódkowatej fi 3,5 x 1,75, heksagonalne, wymagane długości całkowite L: od 10 mm-30mm skok co 2mm, dł. 35 mm -60mm skok co 5 mm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości gąbczastej fi 6,5 x 2,75 mm, heksagonalne, częściowo gwintowane - długość części gwintowanej 16 mm, wymagane długości całkowite L: od 40 mm do 110 mm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości gąbczastej fi 6,5 x 2,75 mm, heksagonalne, częściowo gwintowane - długość części gwintowanej 32 mm, wymagane długości całkowite L: od 40 mm do 110 mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości korowej heksagonalne fi 4,5 x 1,75 mm, wymagane długości całkowite L: od 12 mm do 80 mm, w odstępach maksymalnie co 2 mm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty korowe heksagonalne samogwintujące fi 3,5 x 1,25 mm, wymagane długości całkowite L: od 10 mm do 50 mm, w odstępach maksymalnie co 2 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot Steinmanna fi 5,0 mm L: od 150 mm do 225 mm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot Steinmanna fi 4,0 mm L: od 150 mm do 225 mm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Rusha fi 5,0 mm, L 200 mm do 300 mm?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów L 5 m, fi: 0,55 mm, 0,7 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,25mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** również śrub dociskowych od L 50 mm do L 145mm.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** również wkrętów kostkowych zakończenie trójkątne fi 4,5 mm x 1,75, gniazdo heksagonalne: L- 40 mm, B - 20 mm; L - 45 mm, B - 22 mm; L- 50 mm, B - 25 mm.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** również wkrętów kostkowych zakończenie trójkątne fi 4,5 mm x 1,75 gniazdo heksagonalne: L- 55 mm, B 27 mm; L- 60 mm, B - 29 mm; L - 65 mm, B - 31 mm, L - 70 mm, B 33 mm.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** również wkrętów do kości łódkowatej fi 4,0 mm, heksagonalne, częściowo gwintowanych, o długości całkowitej L: od 20 mm do 35 mm

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** również wkrętów do kości łódkowatej fi 4,0 mm, heksagonalnych, częściowo gwintowanych, o długości całkowitej L: od 35 mm do 50 mm.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** również wkrętów do kości łódkowatej fi 3,5 x 1,75, heksagonalnych, o długości całkowitej L: od 10 mm do 30 mm skok co 2 mm, o długości całkowitej od 35 mm do 60mm skok co 5 mm.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** również wkrętów do kości gąbczastej fi 6,5 x 2,75 mm, heksagonalnych, częściowo gwintowanych - długość części gwintowanej 16 mm, o długości całkowitej L: od 40 mm do 110 mm.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** również wkrętów do kości gąbczastej fi 6,5 x 2,75 mm, heksagonalnych, częściowo gwintowanych - długość części gwintowanej 32 mm, o długości całkowitej L: od 40 mm do 110 mm.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 8** również wkrętów do kości korowej heksagonalnych fi 4,5 x 1,75 mm, o długości całkowitej L: od 12 mm do 80 mm, w odstępach maksymalnie co 2 mm.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** również wkrętów korowych heksagonalnych samogwintujących fi 3,5 x 1,25 mm, o długości całkowitej L: od 10 mm do 50 mm, w odstępach maksymalnie co 2 mm

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 11** również Grotów Steinmanna fi 5,0 mm, L: od 150 mm do 225 mm.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** również Grotów Steinmanna fi 4,0 mm L: od 150 mm do 225 mm.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** również Gwoździ Rusha fi 5,0 mm, L: od 200 mm do 300 mm.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** również drutów do wiązania odłamów L 5 m, fi: 0,55 mm, 0,7 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,25 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

