



Znak: AE/ZP-27-20/17

Tarnów, 2017-04-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy implantów ortopedycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 6 płytkę podporową do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, prawa 87 mm, 4-otworowa?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 8 płytkę podporową do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, lewa 87 mm, 4-otworowa?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 13 Śruby dociskowe od 50 mm do 140 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 14 Druty Kirschnera z gwintowanym końcem fi 2.5 mm / 210 – 310 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym? Wykonawca wówczas na czas trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętaki sześciokątne do poszczególnych wkrętów.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 zaoferowanie wkrętów do kości łódkowatej Ø4.0 mm, sześciokątnych? Wykonawca wówczas na czas trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętał sześciokątny do wkrętów 4.0 mm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej Ø4.0 mm, sześciokątnych, L: od 20 mm do 35 mm? Wykonawca wówczas na czas trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętał sześciokątny do wkrętów 4.0 mm.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 4 zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej Ø4.0 mm, sześciokątnych, L: od 35 mm do 50 mm? Wykonawca wówczas na czas trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętał sześciokątny do wkrętów 4.0 mm.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 5 zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej Ø3.5x1.75mm, sześciokątnych, L: od 10 mm do 40 mm (skok co 2 mm), i L: od 40 mm do 50 mm (skok co 5 mm)? Wykonawca wówczas na czas trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętał sześciokątny do wkrętów 3.5 mm.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 6 wkręt do kości gąbczastej Ø 6.5 x 2.75 mm, sześciokątne, częściowo gwintowane, dł. części gwintowanej 16 mm, wymagane długości całkowite L: od 40 mm do 110 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 7 wkręt do kości gąbczastej Ø 6.5 x 2.75 mm, sześciokątne, częściowo gwintowane, dł. części gwintowanej 32 mm, wymagane długości całkowite L: od 40 mm do 110 mm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 8 zaoferowanie wkrętów do kości korowej sześciokątnych? Wykonawca wówczas na czas

trwania umowy może bezpłatnie użyć wkręta sześciokątny do wkrętów korowych 4.5 mm.

13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 10 zaoferowanie wkrętów do kości korowej sześciokątnych? Wykonawca wówczas na czas trwania umowy może bezpłatnie użyć wkręta sześciokątny do wkrętów korowych 3.5 mm.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11.** Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 11 zaoferowanie Grotów Steinmanna o długości L: od 210 mm do 280 mm?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11.** Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 11 zaoferowanie Grotów Steinmanna o długości L: od 210 mm do 250 mm?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12.** Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 12 zaoferowanie Grotów Steinmanna o długości L: od 210 mm do 280 mm?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 16 druty do wiązania odłamów o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** płytek opisanych w pytaniu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** płytek opisanych w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** również śrub dociskowych od 50 mm do 140 mm.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 14** również druty Kirschnera z gwintowanym końcem fi 2.5 mm / 210 – 310 mm.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również wkrętów z gniazdem sześciokątnym wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas posiadania przez Zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętaków sześciokątnych do poszczególnych wkrętów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** również wkrętów do kości łódkowatej Ø4.0 mm, sześciokątnych wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas posiadania przez zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętaków sześciokątnych do wkrętów 4,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** również wkrętów do kości gąbczastej Ø4.0 mm, sześciokątnych, L: od 20 mm do 35 mm wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas posiadania przez zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętaków sześciokątnych do wkrętów 4,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** również wkrętów do kości gąbczastej Ø4.0 mm, sześciokątnych, L: od 35 mm do 50 mm, wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas posiadania przez zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętaków sześciokątnych do wkrętów 4,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** również wkrętów do kości gąbczastej Ø3.5x1.75mm, sześciokątnych, L: od 10 mm do 40 mm (skok co 2 mm), i L: od 40 mm do 50 mm (skok co 5 mm), wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas posiadania przez zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętaków sześciokątnych do wkrętów 3,5 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** również wkrętów do kości gąbczastej Ø 6.5 x 2.75 mm, sześciokątnych, częściowo gwintowanych, długość części gwintowanej 16 mm, długości całkowitej L: od 40 mm do 110 mm.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** również wkrętów do kości gąbczastej Ø 6.5 x 2.75 mm, sześciokątnych, częściowo gwintowanych, długość części gwintowanej 32 mm, długości całkowitej L: od 40 mm do 110 mm.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 8** również wkrętów do kości korowej sześciokątnych wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas posiadania przez zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętałów sześciokątnych do wkrętów 4,5 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** również wkrętów do kości korowej sześciokątnych wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas posiadania przez zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętałów sześciokątnych do wkrętów 3,5 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 11** również Grotów Steinmanna o długości L: od 210 mm do 280 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 11** również Grotów Steinmanna o długości L: od 210 mm do 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** również Grotów Steinmanna o długości L: od 210 mm do 280 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** drutów do wiązania odłamów o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości..

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

