



Znak: AE/ZP-27-24/17

Tarnów, 2017-04-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie Nr 5 retraktora o długości linii cięcia: rozmiar Mini – 2-6 cm, rozmiar S – 4-9 cm; rozmiar M – 8-14 cm. ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 - 4.** Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych staplerów jednorazowego użytku tnąco-zamykających z nożem w ładunku i ładunków do tych staplerów w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach, o wysokościach zszywek przed zamknięciem 3,8 mm (do tkanki standardowej) i 4,5 mm (do tkanki grubej) spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4.** Wnosimy o wydzielenie pozycji nr 4 „Endobagi” z Pakietu Nr 6 i utworzenie osobnego pakietu zawierającego w/w pozycję
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4.** Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania woreczków „Endobag” o średnicy 8 cm i pojemności 200 ml, z uchwytem na palce, sterylnych, jednorazowego użytku.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Ze względu na to, iż przedmiotem dostawy jest asortyment produkowany przez niemieckiego producenta firmy Richard Wolf GmbH, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostawy w/w części do 21 dni.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1 również laparoskopowych retrakcyjnych sterylnych obłożeń rany składających się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem w rozmiarach: 2-6 cm, 4-9 cm, 8-14 cm, sterylnych.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 – 4 równoważnych staplerów jednorazowego użytku tnąco-zamykających z nożem w ładunku i ładunków do tych staplerów w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach, o wysokościach zszywek przed zamknięciem 3,8 mm (do tkanki standardowej) i 4,5 mm (do tkanki grubej), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 6 poz. 4 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 4 opisanych w pytaniu woreczków „Endobag”.

Ad. 5

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W pkt.XIV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy

zapis o treści:

„1. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem. Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego w okresie do 7 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia..”

zmienia na zapis o treści:

„1. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem. Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego:

- w zakresie Pakietu Nr 1-5 - w okresie do 7 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia
- w zakresie Pakietu Nr 6 - w okresie do 21 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia.”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.5, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 08.05.2017r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 08.05.2017r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

