



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-25/17

Tarnów, 2017-05-24


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę stołu operacyjnego ortopedycznego 1 sztuka dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 3** – Czy Zamawiający dopuści stół posiadający obudowę podstawy wykonaną z odpornego na uderzenia tworzywa ABS zabezpieczoną dwiema płytami ze stali nierdzewnej oraz kolumnę pokrytą panelami ze stali nierdzewnej i częściowo zabezpieczoną fartuchem gumowym odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych oraz płynów fizjologicznych?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 5** – Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie stołu z czterema kołami podwójnymi zapewniającymi wysoką stabilność podczas działania sił trakcyjnych i kompresyjnych, szczególnie podczas zabiegów ortopedycznych oraz 5-go koła kierunkowego dla łatwiejszego manewrowania stołem?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 14** - Czy Zamawiający dopuści stół w konfiguracji podstawowej o długości 1960mm?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 20** - Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją Flex (segment pleców/segment siedziska) w zakresie:  $-20^{\circ}$  /  $-20^{\circ}$ ?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 23** – Czy Zamawiający dopuści stół z segmentami nóg w zakresie od  $-90^{\circ}$  do  $+70^{\circ}$ , odwodzenie  $120^{\circ}$  ( $60^{\circ}$  każdy)?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 34** - Czy Zamawiający dopuści płytę do operacji barku, podnoszoną i opuszczaną elektrohydraulicznie, sterowaną z pilota po podłączeniu płyty w miejsce sekcji nóg, nie wymagającą wspomagania sprężyną gazową, przezierną dla promieni RTG, wyposażoną w hełm mocujący głowę pacjenta regulowany oraz odejmowane boczne panele?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 35** - Czy Zamawiający dopuści przystawkę ortopedyczną kończyn dolnych z mocowaniem pozwalającym na stabilne połączenie ze stołem operacyjnym, o niskiej wadze kompletnego wyciągu max. 46 kg, belki wydłużające z podwójnymi przegubami w celu regulacji odchylenia i wysokości. Przegub belki może być ustawiony zarówno poziomo jak i pionowo dla optymalnego dostępu promieni rtg. Przesuwne urządzenia wyciągowe mocowane na belkach wydłużających: przegub odchylany, obrotowy i rotujący. Wszystkie metalowe części wykonane z elektropolerowanej stali nierdzewnej. Zaciski kulowe ze zintegrowanym urządzeniem wyciągowym do precyzyjnego ustawienia kończyny do artroskopii biodra i dokładnym repozycjonowaniu złamań kończyn dolnych  
Skład wyciągu:
  - 2 szt. wsporników belek wydłużających,
  - 2 płyt pod stopy,
  - 2 butów trakcyjnych,
  - 1 kołka zaporowego dla pozycji grzbietowej, regulowany
  - Uchwyt mocujący wyciąg ortopedyczny do stołu – 1 szt
  - Trzpień łączący stół z wyciągiem ortopedycznym – 1 szt
  - Materac łączący wyciąg ortopedyczny ze stołem – 1 szt
  - Klamra do drutów Kirschnera 1 szt,

- Płyty pod nogi umożliwiające położenie nóg pacjenta przed ułożeniem na wyciągu - 1 para
- Poduszka do artroskopii biodra do zamocowania na kołku zaporowym – 1 szt.
- Wózek pod zmontowaną przystawkę – 1 szt.

8. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z maksymalnym obciążeniem dynamicznym 250 kg oraz maksymalnym obciążeniem statycznym wynoszącym 320 kg?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez funkcji sterowania segmentem nóg za pomocą pilota?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie - 35° do 75° ?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z segmentem nóg rozchylanym w zakresie -90 ° do 20 ° ?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości 715- 1165 mm?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przystawkę/płytę do operacji barku zgodnie z załączonym zdjęciem ? Proszę zwrócić uwagę, że płyta, której ruchy wspomagane są sprężyną gazową w miejscu przebiegania mechanizmu nie jest przezierna na promienie RTG ?



14. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w przystawkę ortopedyczną wyposażoną w belkę wyciągową wykonaną ze stali nierdzewnej ?
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w przystawkę ortopedyczną bez uchwytu śruby Kirschnera?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w przystawkę ortopedyczną wyposażoną w zapórkę łonową z ławeczką która nie jest wykonana z włókna węglowego ?
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 8** - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego umieszczonym w podstawie stołu po stronie głowy, poza strefą sterylną?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 16** – Ponieważ oferowany stół ma być wykorzystywany w ortopedii segment nóg nie będzie używany. Czy Zamawiający dopuszcza, aby segment nóg sterowany był ręcznie a nie elektrohydraulicznie z pilota czy panelu awaryjnego?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 16** – Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez przesuwu wzdłużnego, który nie jest potrzebny do zabiegów ortopedycznych?
20. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 16** – Ponieważ panel sterowania awaryjnego wykorzystywany jest wyłącznie w przypadku awarii pilota, czy Zamawiający dopuszcza aby panel sterowania awaryjnego obsługiwał podstawowe funkcje stołu tj. trendelenburg, anty-Trendelenburg, Góra/Dół, Przechyły boczne, Płyta plecowa, Przesuw wzdłużny (jeśli będzie wymagany) ? Pozostałe funkcje tj. pozycja "flex" i "reflex", pozycja „0”, pozycja odwrócona, włączanie/wyłączanie sterowane z pilota przewodowego.
21. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 17** - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z podgłówkiem bez wspomagania sprężyną gazową w zakresie zacnie przekraczającym wymagania tj. +/- 90° ? Takie rozwiązanie pozwala znacznie lepiej czuć ciężar głowy pacjenta i znacznie szybciej odgiąć głowę do intubacji.

22. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 23** - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji podnóżków od  $-90^{\circ}$  do  $+30^{\circ}$ , odwodzenie  $90^{\circ}$  każdy?
23. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 24** - Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji od 740 mm do 1180 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca?
24. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne pkt. 25** - Czy zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w materace zdejmowane, ze szwem klejonym, przeciwoleźynowe, wodoodporne, antystatyczne, antybakteryjne, niepalne, odporne na środki dezynfekujące oraz płyny fizjologiczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami?
25. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający wymaga, aby stół wyposażony był w system autodiagnostyki błędów z wyświetlaniem kodów błędów, co zdecydowanie poprawia współpracę z serwisem i skraca czas ewentualnej naprawy?
26. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) wyposażony jest 3 podwójne koła transportowe umieszczone w podstawie z systemem centralnej blokady za pomocą wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji – funkcja sterowana z poziomu pilota? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną mobilność, a centralna blokada za pomocą wysuwanych stopek gwarantuje najwyższą stabilność podczas zabiegów.
27. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dwa piloty, w tym jeden zapasowy – awaryjny umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu, który umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami zamiast panelu sterującego na kolumnie? W przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół”, co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe, jak również niepraktyczne gdyż sterownik na kolumnie zawsze będzie przysłonięty obłożeniami chirurgicznymi.
28. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 725mm do 1085mm mierzoną w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca?
29. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z płytą do operacji barku, której ruch podnoszenia i opuszczania regulowany jest elektrohydraulicznie za pomocą pilota?
30. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przystawką ortopedyczną, której belki wyciągowe wykonane są ze stali nierdzewnej?
31. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przystawką ortopedyczną wyposażoną w zapórkę łonową z ławeczką wykonaną z materiału przeziernego dla promieni RTG, lecz nie z włókna węglowego?
32. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą przejezdną na czterech pojedynczych kołach o średnicy 80 mm (dwa koła obrotowe w celu ułatwienia manewrowanie stołem), umożliwiającą częściowe wsunięcie stóp operatora?
33. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą z centralną blokadą w postaci czterech elektrohydraulicznie wysuwanych stopek, uruchamianą z pilota?
34. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez możliwości zamiany segmentu nóg z segmentem głowy?
35. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o obciążeniu 300 kg?
36. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów umieszczone z dwóch stron?

37. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego długość wynosi 2000 mm?
38. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny nie posiadający funkcji sterowania za pomocą pilota w segmencie nóg ?
39. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny nie posiadający funkcji sterowania za pomocą pilota pozycji odwróconej?
40. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pozycją Flex w zakresie 220°?
41. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pozycją Reflex w zakresie 100°?
42. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu nóg w zakresie -90° do +15°?
43. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 590 do 1070 mm z materacem? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
44. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 765 do 1215 mm z materacem?
45. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 745 do 1195 mm z materacem?
46. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podglówka ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego?
47. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podglówka ręcznie za pomocą mechanizmu zaciskowego?
48. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym?
49. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace posiadające właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwdrożdżynowe, poświadczone stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium?
50. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z płytą do operacji barku przezierną na promienie RTG w zakresie barku poprzez możliwość odejmowania Chełmu?
51. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w przystawkę ortopedyczną składającą się z belki wyciągowej o jednym przegubie na jedną belkę?
52. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zapórką łonowa z ławeczkę nie będącą wykonaną z włókna węglowego?
53. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez płyty pod nogi umożliwiającej położenie nóg pacjenta przed ułożeniem na wyciągu?
54. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny nie posiadający przedłużki ortopedycznej w kształcie litery L?

55. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie z wyłączeniem jedynie funkcji flex/reflex oraz poziomowania blatu jednym przyciskiem?
56. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podnóżki z możliwością rozchylania – blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł?
57. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z matą grzewczą bez czujników temperatury rozmieszczonymi na macie?
58. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z matą grzewczą o wymiarach 50 cm x 92cm?
59. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z kontrolerem maty grzewczej nie posiadający alarmu braku zasilania?
60. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacem żelowym o wymiarze 117 cm x 50 cm x 1 cm?
61. **Dotyczy Załącznika Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacem żelowym o wymiarze 115 cm x 50 cm x 1,6 cm?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu posiadającego obudowę podstawy wykonaną z odpornego na uderzenia tworzywa ABS zabezpieczoną dwiema płytami ze stali nierdzewnej oraz kolumnę pokrytą panelami ze stali nierdzewnej i częściowo zabezpieczoną fartuchem gumowym odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych oraz płynów fizjologicznych.

**Ad.2.**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie stołu z czterema kołami podwójnymi zapewniającymi wysoką stabilność podczas działania sił trakcyjnych i kompresyjnych, szczególnie podczas zabiegów ortopedycznych oraz 5-go koła kierunkowego dla łatwiejszego manewrowania stołem.

**Ad.3.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu w konfiguracji podstawowej o długości 1960mm.

**Ad.4.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu z funkcją Flex (segment pleców/segment siedziska) w zakresie: -20° /-20°.

**Ad.5.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu z segmentami nóg odwodzenie 120° (60° każdy).

**Ad.6.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie płyty do operacji barku, podnoszonej i opuszczanej elektrohydraulicznie, sterowanej z pilota po podłączeniu płyty w miejsce sekcji nóg, nie wymagającej wspomagania sprężyną gazową, przeziernej dla promieni RTG, wyposażonej w hełm mocujący głowę pacjenta regulowany oraz odejmowane boczne panele.

**Ad.7.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przystawki ortopedycznej opisanej w pytaniu.

**Ad.8.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z maksymalnym obciążeniem dynamicznym 250 kg oraz maksymalnym obciążeniem statycznym wynoszącym 320 kg.

**Ad.9.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego bez funkcji sterowania segmentem nóg za pomocą pilota.

**Ad.10.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją segmentu pleców w zakresie - 35° do 75°.

**Ad.11.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z segmentem nóg rozchylanym w zakresie  $-90^{\circ}$  do  $20^{\circ}$ .

**Ad.12.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.24 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Wysokość w zakresie minimum od 740 mm do 1200 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Wysokość w zakresie minimum od 745 mm do 1165 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca.”

**Ad.13.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przystawki/płyty do operacji barku opisanej w pytaniu oraz przedstawionej na załączonym do pytania zdjęciu.

**Ad.14.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu wyposażonego w przystawkę ortopedyczną wyposażoną w belkę wyciągową wykonaną ze stali nierdzewnej.

**Ad.15.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu wyposażonego w przystawkę ortopedyczną bez uchwytu śruby Kirschnera.

**Ad.16.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu wyposażonego w przystawkę ortopedyczną wyposażoną w zapórkę łonową z ławeczką, która nie jest wykonana z włókna węglowego.

**Ad.17.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z panelem sterowania awaryjnego umieszczonym w podstawie stołu po stronie głowy, poza strefą sterylną.

**Ad.18.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego, którego segment nóg sterowany jest ręcznie, a nie elektrohydraulicznie z pilota czy panelu awaryjnego.

**Ad.19.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego bez przesuwu wzdłużnego.

**Ad.20.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego, w którym panel sterowania awaryjnego (panel sterujący) obsługuje podstawowe funkcje stołu tj. trendelenburg, anty-Trendelenburg, Góra/Dół, Przechyły boczne, Płyta plecowa, Przesuw wzdłużny, a pozostałe funkcje tj. pozycja "flex" i "reflex", pozycja „0”, pozycja odwrócona, włączanie/wyłączanie sterowane są z pilota przewodowego.

**Ad.21.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z podglówkiem bez wspomaganie sprężyną gazową. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego posiadającego regulację segmentu głowy w zakresie  $\pm 90^{\circ}$  pod warunkiem, że regulacja ta wspomagana będzie sprężyną gazową.

**Ad.22.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z zakresem regulacji podnóżków od  $-90^{\circ}$  do  $+30^{\circ}$ , odwodzenie  $90^{\circ}$  każdy.

**Ad.23.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.24 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Wysokość w zakresie minimum od 740 mm do 1200 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Wysokość w zakresie minimum od 745 mm do 1165 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca.”

**Ad.24.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w materace zdejmowane, ze szwem klejonym, przeciwoślizgowe, wodoodporne, antystatyczne, antybakteryjne, niepalne, odporne na środki dezynfekujące oraz płyny fizjologiczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami.

**Ad.25.**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie stołu wyposażonego w system autodiagnostyki błędów z wyświetlaniem kodów błędów, co poprawia współpracę z serwisem i skraca czas ewentualnej naprawy.

**Ad.26.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) wyposażony jest 3 podwójne koła transportowe umieszczone w podstawie z systemem centralnej blokady za pomocą wysuwanych stopek, na których stół stoi podczas operacji – funkcja sterowana z poziomu pilota.

**Ad.27.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w dwa piloty, w tym jeden zapasowy – awaryjny umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu, który umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami zamiast panelu sterującego na kolumnie.

**Ad.28.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu w zakresie od 725mm do 1085mm mierzoną w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca.

**Ad.29.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w płytę do operacji barku, której ruch podnoszenia i opuszczania regulowany jest elektrohydraulicznie za pomocą pilota.

**Ad.30.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z przystawką ortopedyczną, której belki wyciągowe wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Ad.31.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z przystawką ortopedyczną wyposażoną w zapórkę łonową z ławeczką wykonaną z materiału przeziernego dla promieni RTG, lecz nie z włókna węglowego.

**Ad.32.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z ergonomiczną podstawą przejezdną na czterech pojedynczych kołach o średnicy 80 mm (dwa koła obrotowe w celu ułatwienia manewrowania stołem), umożliwiającą częściowe wsunięcie stóp operatora.

**Ad.33.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z ergonomiczną podstawą z centralną blokadą w postaci czterech elektrohydraulicznie wysuwanych stopek, uruchamianą z pilota.

**Ad.34.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego bez możliwości zamiany segmentu nóg z segmentem głowy.

**Ad.35.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.12 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ

**zapis o treści:**

„Obciążenie stołu w każdym położeniu minimum 350 kg.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Obciążenie stołu w każdym położeniu minimum 300 kg.”

**Ad.36.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego posiadającego segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów umieszczonymi z dwóch stron.

**Ad.37.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.14 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ

**zapis o treści:**

„Długość stołu w konfiguracji podstawowej t.j. segment głowy, segment pleców, segment siedziska, segment nóg bez szyn sprzętowych minimum 2050 mm.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Długość stołu w konfiguracji podstawowej t.j. segment głowy, segment pleców, segment siedziska, segment nóg bez szyn sprzętowych minimum 2000 mm.”

**Ad.38.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego nie posiadającego funkcji sterowania za pomocą pilota segmentu nóg.

**Ad.39.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego nie posiadającego funkcji sterowania za pomocą pilota pozycji odwróconej.

**Ad.40.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z pozycją Flex w zakresie 220°.

**Ad.41.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z pozycją Reflex w zakresie 100°.

**Ad.42.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją segmentu nóg w zakresie -90° do +15°.

**Ad.43.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu w zakresie od 590 do 1070 mm z materacem.

**Ad.44.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu w zakresie od 765 do 1215 mm z materacem.

**Ad.45.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.24 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 do SIWZ

**zapis o treści:**

„Wysokość w zakresie minimum od 740 mm do 1200 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Wysokość w zakresie minimum od 745 mm do 1165 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca.”

**Ad.46.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją segmentu podglówka ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego.

**Ad.47.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z regulacją segmentu podglówka ręcznie za pomocą mechanizmu zaciskowego.

**Ad.48.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym, pod warunkiem, że materace te są zdejmowane, przeciwdroźynowe, wodoodporne, antystatyczne, bezszwowe lub ze szwem klejonym, odporne na środki dezynfekujące oraz płyny fizjologiczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami.

**Ad.49.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w miękkie materace posiadające właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwdroźynowe, poświadczone stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium, pod warunkiem, że materace te są zdejmowane, wodoodporne, antystatyczne, bezszwowe lub ze szwem klejonym, odporne na środki dezynfekujące oraz płyny fizjologiczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami.

**Ad.50.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z płytą do operacji barku przezierną na promienie RTG w zakresie barku poprzez możliwość odejmowania Chełmu.

**Ad.51.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego wyposażonego w przystawkę ortopedyczną składającą się z belki wyciągowej o jednym przegubie na jedną belkę.

**Ad.52.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z zapórką łonową z ławeczką nie będącą wykonaną z włókna węglowego.

**Ad.53.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego bez płyty pod nogi umożliwiającej położenie nóg pacjenta przed ułożeniem na wyciągu.

**Ad.54.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego nie posiadającego przedłużki ortopedycznej w kształcie litery L.

**Ad.55.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego posiadającego dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie z wyłączeniem jedynie funkcji flex/reflex oraz poziomowania blatu jednym przyciskiem.

**Ad.56.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w podnóżki z możliwością rozchylania – blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł.

**Ad.57.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z matą grzewczą bez czujników temperatury rozmieszczonymi na macie.

**Ad.58.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z matą grzewczą o wymiarach 50 cm x 92cm.

**Ad.59.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stołu operacyjnego z kontrolerem maty grzewczej nie posiadający alarmu braku zasilania.

**Ad.60.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z materacem żelowym o wymiarze 117 cm x 50 cm x 1 cm.

**Ad.61.**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stołu operacyjnego z materacem żelowym o wymiarze 115 cm x 50 cm x 1,6 cm.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.VI.2 SIWZ **zapis o treści:**

- „a) w ocenianym w pozycji 12 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. obciążenie stołu w każdym położeniu 350 kg uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t<sub>1</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- b) w ocenianym w pozycji 24 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wysokości zmierzonej w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca tj. 460 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.V.2 dla „t<sub>2</sub>” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

**zmienia na zapis o treści:**

- „a) w ocenianym w pozycji 12 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. obciążenie stołu w każdym położeniu 300 kg uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t<sub>1</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- b) w ocenianym w pozycji 24 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i dolnej wartości zaoferowanego zakresu wysokości zmierzonej w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca tj. 420 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t<sub>2</sub>” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.12, Ad.23, Ad.35, Ad.37 i Ad.45 oraz wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 13.06.2017r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 13.06.2017r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, VI.2, X.1, XI.1, Załączniku Nr 6 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a