



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-29/17

Tarnów, 2017-06-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy zestawu do laparoskopii 1 kpl. oraz diatermii chirurgicznych 2 sztuki dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 10** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z gniazdami uniwersalnymi dodatkowo wyposażony w przejściówki do innych standardów?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 14** - Czy Zamawiający dopuści aparat z automatycznym dobozem hemostazy zależnym od tkanki?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 17** - Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji autostop w koagulacji monopolarnej?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 18** - Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji autostop w koagulacji monopolarnej i tym samym bez funkcji auto start?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 26** - Czy Zamawiający dopuści aparat z ciągłą progresywną regulacją mocy pozwalającą na szybszą zmienną ustawienia mocy?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 30** - Ze względu na to, że przystawka do preparowania strumieniem wody oferowana jest tylko przez jednego producenta prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu.
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 31** - Czy Zamawiający wymaga by współpraca z odsysaczem dymów operacyjnych sterowanym z diatermii automatycznie włączającym się i wyłączającym w trakcie prowadzenia cięcia i koagulacji była możliwa również w zabiegach laparoskopowych?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 35** - Czy Zamawiający oczekuje na zaoferowanie instrumentu z funkcją zamykania dużych naczyń z jednoczesnym cięciem mechanicznym, z aktywacją prądu przyciskiem na instrumencie.
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 35** - Czy Zamawiający dopuści instrument o dł 18 lub 23 cm?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 36** - Czy Zamawiający oczekuje na zaoferowanie instrumentu z funkcją zamykania dużych naczyń z jednoczesnym cięciem mechanicznym, z aktywacją prądu przyciskiem na instrumencie.
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 36** - Czy Zamawiający dopuści instrument o dł min.34 cm?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 37** - Czy Zamawiający oczekuje na zaoferowanie instrumentu z funkcją zamykania dużych naczyń z jednoczesnym cięciem mechanicznym, z aktywacją prądu przyciskiem na instrumencie.
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 37** - Czy Zamawiający dopuści instrument o dł min.34 cm?
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 38** - Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralną jednorazową dzieloną ?
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 44** - Czy Zamawiający dopuści Moc cięcia monopolarnego min. 80W ?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 45** - Czy Zamawiający dopuści aparat bez ekranu?
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 48** - Czy Zamawiający dopuści moc koagulacji monopolarnej min.70W ?

18. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 49** - Czy Zamawiający dopuści aparat z ciągłą progresywną regulacją mocy pozwalającą na szybszą zmienną ustawienia mocy?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 52** - Czy Zamawiający dopuści aparat z wykrywaniem nieprawidłowej pracy i sygnalizacją dźwiękową?
20. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 53** - Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralną jednorazową dzieloną ?
21. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 55** - Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną nożową 2,5 x 28 mm?
22. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 56** - Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną lancetową zagiętą 2 x 25 mm?
23. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 59** - Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną pętlową 5 mm?
24. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2 pkt. 60** - Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną epilacyjną 0,25 mm , dł 43 mm?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Prosimy o podanie terminu płatności jaki przewiduje Zamawiający.
26. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1 pkt. 42** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Monitor medyczny LCD FULL HD o jasności 240 cd/m2?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2.

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu z automatycznym dobozem hemostazy zależnym od tkanki.

Ad.3.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu bez funkcji autostop w koagulacji monopolarnej.

Ad.4.

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu bez funkcji auto start.

Ad.5.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.7.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało funkcję umożliwiającą współpracę z odsysaczem dymów operacyjnych sterowanym z diatermii automatycznie włączającym się i wyłączającym w trakcie prowadzenia cięcia i koagulacji.

Ad.8.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie instrumentu z funkcją zamykania dużych naczyń z jednoczesnym cięciem mechanicznym, z aktywacją prądu przyciskiem na instrumencie.

Ad.9.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie instrumentu o długości 23 cm, pod warunkiem, że spełniał on będzie pozostałe parametry opisane w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza natomiast zaoferowania instrumentu o długości 18 cm.

Ad.10.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnobrzeg ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad.11.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.12.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.13.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.14.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej.

Ad.15.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.16.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.17.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.18.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.19.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu z wykrywaniem nieprawidłowej pracy i sygnalizacją dźwiękową.

Ad.20.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej.

Ad.21.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie elektrody monopolarnej nożowej 2,5 x 28 mm.

Ad.22.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie elektrody monopolarnej lancetowej zagiętej 2 x 25 mm.

Ad.23.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie elektrody monopolarnej pętlowej 5 mm.

Ad.24.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie elektrody monopolarnej epilacyjnej 0,25 mm , dł 43 mm.

Ad.25.

Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.III.1 Formularza Ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania terminu zapłaty nie krótszego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. Zaoferowany przez Wykonawcę w pkt.III.1 Formularza Ofertowego termin zapłaty, w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy, zostanie wpisany do zawartej z nim umowy.

Ad.26.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie monitora medycznego LCD FULL HD o jasności 240 cd/m2.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a