



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-30/17

Tarnów, 2017-06-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.40 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu echokardiograficznego posiadającego możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową o zakresie pracy min. 3-8 MHz, i min.2500 elementach, obrazowanie harmoniczne.?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii posiadającego możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową o zakresie pracy min.3-8 MHz, i min.2500 elementach, obrazowanie harmoniczne.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a