



Znak: AE/ZP-27-34/17

Tarnów, 2017-06-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (kaniule, igły osłonki na głowicę USG, butelki do przechowywania pokarmu matki).

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający dopuszcza kaniulę, której cewnik wykonany jest z poliuretanu, cewnik powleczony silikonem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie igły oraz opakowanie zbiorcze 100 sztuk było kodowane kolorystycznie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie kaniuli, której cewnik wykonany jest z poliuretanu, cewnik powleczony silikonem, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie wymaga ale dopuszcza również, aby pojedyncze opakowanie igły oraz opakowanie zbiorcze 100 sztuk było kodowane kolorystycznie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuszcza również podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania do SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a