



Znak: AE/ZP-27-42/17

Tarnów, 2017-07-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dzierżawę glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania glukometr z zakresem pomiaru hematokrytu wynoszącym 15-65%?
2. **Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu pkt. 10 wymagań granicznych, z uwagi na fakt, że oferowane przez Wykonawcę glukometry przeznaczone są do stosowania szpitalnego (wiele osób), a nie indywidualnego, gdzie każdy z pacjentów będzie mógł korzystać z osobistej notatki „przed posiłkiem”, „po posiłku”?
3. **Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności płynów kontrolnych wynosił 90 dni?
4. **Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowane płyny kontrolne były na 2 poziomach: o wysokim i niskim stężeniu?
5. **Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu glukometr, z którego paski usuwane są manualnie, przy czym krew znajdująca się na końcu paska eliminuje możliwość zabrudzenia glukometru krwią i tym samym spełnia warunki urządzenia szpitalnego?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 i 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu pkt. 15 parametrów granicznych, z uwagi na fakt, że wskazana norma nie dotyczy produktów do stosowania szpitalnego?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 i Pakiet Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowane paski do glukometrów były pakowane pojedynczo (na każdym opakowaniu paska zamieszczona data ważności)?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 i Pakiet Nr 2 poz. 2.** Czy zamawiający wyrazi zgodę aby stabilność testów paskowych wynosiła 12 m-cy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakietach Nr 1 i 2** glukometrów z zakresem pomiaru hematokrytu wynoszącym 15-65%.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie w **Pakietach Nr 1 i 2** od wymogów określonych w pkt. 10 Załączników Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakietach Nr 1 i 2** płynów kontrolnych, których termin ważności wynosi 90 dni i podtrzymuje zapisy pkt 12 Załączników Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody aby zaoferowane w **Pakietach Nr 1 i 2** płyny kontrolne były na 2 poziomach: o wysokim i niskim stężeniu i podtrzymuje zapisy pkt 11 Załączników Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakietach Nr 1 i 2** glukometrów z których paski usuwane są manualnie, przy czym krew znajdująca się na końcu paska

eliminuje możliwość zabrudzenia glukometru krwią. Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 13 Załączników Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie w **Pakietach Nr 1 i 2** od wymogów określonych w pkt. 15 Załączników Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 2 i Pakiecie nr 2 poz. 2** pasków do glukometrów pakowanych pojedynczo (na każdym opakowaniu paska zamieszczona data ważności), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ i Załączników do niej.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakietach Nr 1 i 2** testów paskowych, których stabilność wynosi 12 miesięcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 2 (odnoszące się do testów paskowych – Pakiet nr 1 poz. 2 i pakiet Nr 2 poz. 2) Załączników Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

