



Znak: AE/ZP-27-44/17

Tarnów, 2017-07- 25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne) dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1, 2** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 12 poz. 1 i 2 igieł do punkcji z możliwością regulacji w zakresie do 68 mm.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2-** Czy Zamawiający dopuści produkt DualCap™ korek dezynfekcyjny zawierający 70 % alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu Nr 30 i stworzy osobny Pakiet?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1-** Prosimy o potwierdzenie czy w pozycji nr 1 należy zaoferować igły do biopsji szpiku z metalowym przyłączem luer-lock do podłączenia strzykawki?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 23** – Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycjach od 1 do 4 igieł do biopsji histopatologicznej z możliwością regulacji w zakresie 15 mm i 22 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 19** – Czy Zamawiający dopuści butelki jednorazowe 80, 150 i 250ml, czyste mikrobiologicznie, wykonane z polipropylenu (plastikowe, przezroczyste), nie zawierające Bisphenolu A, ani ftalanów. Skala w kolorze czarnym co 10 ml, odporna na ścieranie, z nakrętką na gwint standardowy. Pakowana po 40 szt. Wyrób medyczny, przeznaczony do użytku szpitalnego?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o modyfikację ilości zamawianego towaru na wielokrotność liczby 40.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 3** – Czy Zamawiający wymaga przyrządów bez zawartości ftalanów, z zastrzeżeniem zawarcia powyższej informacji w formie piktogramu na opakowaniu jednostkowym?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 12 poz. 1 i 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu DualCap™

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 30 pozycji 2.

Ad. 4

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 12 pozycji 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 23 poz. 1-4 dopuszcza również zaoferowanie igieł do biopsji histopatologicznych z możliwością regulacji od 15 mm do 22 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 19 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie **butelek jednorazowych 80ml**, czystych mikrobiologicznie, wykonanych z polipropylenu (plastikowe, przezroczyste), nie zawierających Bisphenolu A, ani ftalanów, skala w kolorze czarnym co 10 ml, odporna na ścieranie, z

nakrętką na gwint standardowy, wyrób medyczny, przeznaczony do użytku szpitalnego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ, a w szczególności, że każda butelka jest sterylna, gotowa do użytku oraz pakowana osobno.

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 19 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie **butelek jednorazowych 150 ml**, czystych mikrobiologicznie, wykonanych z polipropylenu (plastikowe, przezroczyste), nie zawierających Bisphenolu A, ani ftalanów, skala w kolorze czarnym co 10 ml, odporna na ścieranie, z nakrętką na gwint standardowy, wyrób medyczny, przeznaczony do użytku szpitalnego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ, a w szczególności, że każda butelka jest sterylna, gotowa do użytku oraz pakowana osobno.

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 19 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie **butelek jednorazowych 250 ml**, czystych mikrobiologicznie, wykonanych z polipropylenu (plastikowe, przezroczyste), nie zawierających Bisphenolu A, ani ftalanów, skala w kolorze czarnym co 10 ml, odporna na ścieranie, z nakrętką na gwint standardowy, wyrób medyczny, przeznaczony do użytku szpitalnego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ, a w szczególności, że każda butelka jest sterylna, gotowa do użytku oraz pakowana osobno.

Ponadto Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 1-3 dopuszcza również zaoferowanie butelek pakowanych po 40 szt. pod warunkiem, że każda butelka będzie pakowana osobno. W takim przypadku zaoferowane ilości Wykonawca zaokrągli do pełnych opakowań w górę.

Ad. 7

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 32 poz. 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie przyrządów bez zawartości ftalanów, które posiadają informację o tym fakcie w formie piktogramu na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

