



Znak: AE/ZP-27-44/17

Tarnów, 2017-07-31

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne). dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 26** - Czy Zmawiający dopuści i uzna za równoważne porty o parametrach:
 - komora o objętości 0.6 ml (port duży i port średni), 0.2ml (port mały)
 - długości cewników : cewnik poliuretanowy 75cm lub 61 cm, silikonowy 55cm i 50cm
 - rozmiar cewników: 6F oraz 8FCewnik dostępny również w wersji z zastawką Groshong - Opatentowany trójdrogowy zawór Groshong* umożliwia infuzję i zasysanie krwi, jednocześnie zmniejszając ryzyko powstania zatoru powietrznego, powrotu krwi i jej krzepnięcia. Zmniejsza to częstotliwość przepłukiwania, gdyż zawór nie dopuszcza do powrotu krwi do cewnika i do jej krzepnięcia. Ponieważ jest to układ zamknięty, upraszcza to procedury czyszczenia i konserwacji oraz praktycznie eliminuje potrzebę stosowania heparyny. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.
- Dotyczy Pakietu Nr 26** - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne porty z zestawem w skład którego wchodzi m.in. Port 1 szt., Cewnik 1 szt., Mocowanie cewnika do portu ze znacznikiem RTG 2 szt., Introduktor do metody Seldingera rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym 1 szt., Prowadnica „J” w ergonomicznej osłonce do metody Seldingera 1szt., Tunelizator 1 szt., Igła wprowadzająca 70mm do metody Seldingera 1szt., Tępa kaniula do płukania cewnika 1 szt., Zestaw infuzyjny ze skrzydełkami do długotrwałych infuzji 1 szt., Igła Hubera 2 szt., Narzędzie hakowate do unoszenia naczynia 1 szt., Strzykawka 1 szt. (Zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ „Blister”). W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.
- Dotyczy Pakietu Nr 26** - Czy Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów jak również użytkowników portu w trakcie procedury wkłucia igły w membrane portu naczyniowego wymaga rozwiązania jak np. Wypustki na silikonowym septum umożliwiające palpacyjną identyfikację portu naczyniowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.
- Dotyczy Pakietu Nr 20** - Prosimy o potwierdzenie, czy zestaw do przedłużenia cewnika, typu Y ma być zakończony od strony wejścia 2 łącznikami z silikonową membraną ochronną, aktywowaną końcówką luer, natomiast od strony wyjścia łącznikiem męskim typu luer-lock z obrotowym kołnierzem?
- Dotyczy Pakietu Nr 26** - Prosimy o dopuszczenie do przetargu portów z okrągłą komorą, o dwóch objętościach komory: 0,3ml i 0,5ml. Proponowane porty posiadają cewniki poliuretanowe w rozmiarze prowadnika 6Fr i 8,5Fr oraz długości 760mm. Zestaw – w stosunku do wymogów SIWZ - różni się następującymi parametrami: posiada 2 strzykawki z gumowym tłokiem o pojemności 12ml, tępą igłę bez drenu i motylka, 2 igły Hubera do przepłukiwania oraz dodatkowo igłę Hubera z drenem i zabezpieczeniem przed samozakłuciem do długich infuzji, hak do unoszenia żyły, zamiast opaski naklejka i karta identyfikacyjna.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 dopuszcza również zaoferowanie portów o parametrach:

- komora o objętości 0,6ml (port duży i port średni), 0,2 ml (port mały),
- długości cewników: cewnik poliuretanowy 75 cm lub 61 cm, silikonowy 55 cm i 50 cm,
- rozmiar cewników: 6F oraz 8F,

cewnik w wersji z zastawką Groshong – opatentowany trójdrogowy zawór Groshong umożliwia infuzję i zasysanie krwi, jednocześnie zmniejszając ryzyko powstania zatoru powietrznego, powrotu krwi i jej krzepnięcia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 dopuszcza również zaoferowanie portów z zestawem, w skład którego wchodzi m.in.: port 1 szt., cewnik 1 szt., mocowanie cewnika do portu ze znacznikiem RTG 2 szt., introduktor do metody Seldingera rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym 1 szt., prowadnica „J” w ergonomicznej osłonce do metody Seldingera 1 szt., tunelizator 1 szt., igła wprowadzająca 70 mm do metody Seldingera 1 szt., tępa kaniula do płukania cewnika 1 szt., zestaw infuzyjny ze skrzydełkami do długotrwałych infuzji 1 szt., igła Hubera 2 szt., narzędzie hakowate do unoszenia naczynia 1 szt., strzykawką 1 szt., (zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ „Blister”), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane porty posiadały wypustki na silikonowym septum umożliwiające palpacyjną identyfikację portu naczyniowego. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 4

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 20 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 nie wyraża zgody na zaoferowanie portów opisanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a