

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-44/17

Tarnów, 2017-08- 11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne). dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 wymaga, aby kaniule posiadały minimum 3 paski kontrastujące w RTG ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 oczekuje, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3, Nr 4** - Czy Zamawiający dopuści kaniule z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3, Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3, Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały minimum 3 paski kontrastujące w RTG ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 26** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 26 dopuści: Port niskoprofilowy, przystosowany do wstrzykiwania kontrastu pod wysokim ciśnieniem (21bar/300psi), wykonany z tytanu (wys. 10 mm) posiadający 4 otwory mocujące, średnica membrany 9mm, objętość wypełnienia komory: 0.2 ml, waga 8g, cewnik poliuretanowy o długości 750mm i średnicy 6,6F (przepływ 30ml/min) lub 8F (przepływ 35ml/min) z oznaczeniem długości co 1 cm oraz atrumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem – 22G, 25mm; igła Hubera zagięta pod kątem 90 stopni – 22G, 25mm, tunelizator tępo zakończony) oraz zestaw akcesoriów do identyfikacji portu naczyniowego, do portu dołączone instrukcja obsługi oraz dzienniczek pacjenta w języku polskim ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 26G/90 mm z igłą prowadzącą 21 G/38 mm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6 -7-** Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem długościętym?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 1 ml z niezintegrowaną igłą, czytelną niezmywalną skalą co 0,05 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3-5** - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20 ml w opakowaniu a'70 sztuk z przeliczeniem do 1429 opakowań, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7-9** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby strzykawki były wpisane w menu pomp z załącznika nr 6?

1

13. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki firmy Polfa Lublin kompatybilne z pompami: Ascor AP 14; Ascor AP 22; Ascor SEP 11s; Ascor SEP 21; Ascor AP 24+; Fresenius Pilot A2 PL; Medima S1?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki firmy Polfa Lublin kompatybilne z pompami: Ascor AP 14; Ascor AP 22; Ascor SEP 21; Ascor AP 24+; Fresenius Pilot A2 PL; Medima S1?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki kompatybilne z pompami: Ascor AP 14; Ascor AP 24+; Medima S1?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 100 ml z dołączonymi dwoma łącznikami Luer, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z drenem o długości 150cm?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości 150cm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 15Gx43mm z możliwością regulacji w zakresie 5-30mm?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 16Gx30mm z możliwością regulacji w zakresie 22-47mm?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 16Gx47mm z możliwością regulacji w zakresie 60 mm?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę USG w opakowaniu a' 144 sztuki z przeliczeniem do 25 pełnych opakowań?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu z butelek z filtrem 1,2µm?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści igły do penów kompatybilne z penami: HumaPen, Puregon Pen, OptiPen Pro 1, Saline, Novopen 3, Sanofi Aventis, Novopen Junior, Polfa Tarchomin, GensuPen?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi o długości przyrządu min. 150 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 24G, 90 mm, lub 25 G 90 mm z igłą prowadzącą?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 27 G, 90 mm z igłą prowadzącą?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego o następujących parametrach:
 - Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
 - Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
 - Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
 - Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
 - Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
 - Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
 - Łącznik do cewnika epiduralnego
 - Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
 - Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
 - Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

29. **Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1-4** - Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylniej, która posiada min. 4 paski widoczne w RTG.
31. **Dotyczy Pakietu Nr 2, 3, 4** - Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylniej, która posiada min. 4 paski widoczne w RTG.
32. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu wyposażony w filtr bakteryjny 0,1µm.
33. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga koreczka luer – lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga koreczka luer – lock pakowanego pojedynczo nie na blistrze.
35. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga koreczka luer – lock z napisami w języku polskim.
36. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-7** - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
37. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3-6** - Czy Zamawiający będzie wymagał zaopatrzenia strzykawek z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym potwierdzającym brak zawartości szkodliwych ftalanów.
38. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1** - Czy Zamawiający będzie wymagał aby przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek był wyposażony w zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed niekontrolowanym wyciekami.
39. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 1** - Czy Zamawiający będzie wymagał przyrządów do przetaczania krwi pozbawionego szkodliwych ftalanów.
40. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 3** - Czy Zamawiający będzie wymagał przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych pozbawionego szkodliwych ftalanów oraz wyposażonych w komorę kroplową o długości min 60 mm w części przezroczystej
41. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** - Czy Zamawiający oczekuje aby wraz z kaniulą dotętniczą dołączany był opatrunek z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii.
42. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-4** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igły do nakłuć lędźwiowych mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120 szt.
44. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7-9** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaopatrzenie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o lepszych parametrach filtracyjnych niż opisane w SIWZ 0,2µm.
46. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego składającego się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przezroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.
47. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zawór bezigłowy ma posiadać łatwą jednorodną materiałową powierzchnię do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membranę – wystającą częściowo poza obudowę, osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze.

48. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zawór bezigłowy ma posiadać łatwą jednorodną materiałową powierzchnię płaską – zapewniającą prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek).
49. **Dotyczy Pakietu Nr 30, poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.
50. **Dotyczy Pakietu Nr 31** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy igły do pena mają być kompatybilne z wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku, co ma być potwierdzone certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty oraz informacja o kompatybilności igieł z konkretnymi wstrzykiwaczami wymieniona była na opakowaniu zbiorczym 100szt?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-4** Czy Zamawiający wymaga aby Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych standard , w rozmiarach podanych w SIWZ w poz. 1-4 posiadały w uchwycie pryzmat który zmienia barwę w chwili dostania do uchwytu igły PMR, co pozwala na łatwiejszą i szybszą identyfikację?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7, 8, 9** - Prosimy o dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego pompami, a które nie są wpisane w menu pompy.
53. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga introduktora żylnego zestaw podstawowy do anestezji i intensywnej opieki medycznej do przezskórnego wprowadzania cewnika metodą Seldingera wg Desilets-Hofmanna, w zestawie min. igła punkcyjna, rozszerzadło, koszulka, zastawka hemostatyczna która min.
- zapobiega wstecznemu przepływowi krwi
 - do zastosowania żylnego
 - łagodnie zwiężające się przejście umożliwiające łatwe wprowadzenie cewnika
 - port boczny z trójdrożnym kranikiem odcinającym ułatwiającym dożylnie podawanie płynów i iniekcję leków .
54. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1 – 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczulania podpajęczynówkowego o długości 88 mm. Pozostałe parametry bez zmian.
55. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczulania podpajęczynówkowego o dwuspadowym atraumatycznym szlifie 26G o długości 88 mm, igła z prowadnicą.
56. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego bez strzykawek do podawania leków. Strzykawki do podawania leków nie zawsze są potrzebne przy zabiegu, nie są wykorzystywane i nieużywane zostają wyrzucone. Dopuszczenie takiego zestawu pozwoli na obniżenie kosztów szpitala.
57. **Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1 – 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczulania podpajęczynówkowego o długości 88 mm.
58. **Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do znieczulania podpajęczynówkowego o dwuspadowym atraumatycznym szlifie 26G o długości 88 mm, igła z prowadnicą.
59. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 1-6 wymaga kaniul z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) umiejscowionym centralnie nad skrzydełkami zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zakazenia.org.pl "Zakażenia" co ogranicza drażnienie miejsca wkłucia i zwiększa ryzyko odczynów?
60. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 1-6 wymaga kaniul ze skrzydełkami oznaczonymi kolorystycznie zgodnie z rozmiarami dla łatwej identyfikacji kaniuli po wykonaniu kaniulacji co zagwarantuje bezpieczeństwo podaży np. za pomocą pomp objętościowych?
61. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6** - Czy Zamawiający poprzez określenie „Opakowanie jednostkowe, blistrowe z odrywalną tylną ścianką” ma na myśli kaniule pakowane w opakowanie typu folia/papier?
62. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-4** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 w pozycjach 1-4 wymaga kaniul z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym) umiejscowionym centralnie nad skrzydełkami zgodnie

z wytycznymi zamieszczonymi w zakazenia.org.pl "Zakażenia" co ogranicza drażnienie miejsca wkłucia i zwiększa ryzyko odczynów?

63. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-4** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 w pozycjach 1-4 wymaga kaniul ze skrzydełkami oznaczonymi kolorystycznie zgodnie z rozmiarami dla łatwej identyfikacji kaniuli po wykonaniu kaniulacji co zagwarantuje bezpieczeństwo podaży np. za pomocą pomp objęściowych?
64. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-4** - Czy Zamawiający poprzez określenie „Opakowanie jednostkowe blistrowe z odrywalną tylną ścianką” ma na myśli kaniule pakowane w opakowanie typu folia/papier?
65. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 18 wymaga przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 µm zapewniający jałowość oraz posiadający zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wydostawaniu się płynu po odwróceniu pojemnika co gwarantuje bezpieczeństwo przed skażeniem pobieranych płynów lub leków / zgodnie z dostarczonymi do Zamawiającego przyrządami?
66. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 18 oczekuje przyrządu zabezpieczającego zestaw strzykawka - przyrząd przed wyciekaniem płynu w pozycji odwróconej. Takie rozwiązanie ma wpływ na higienę pracy zabezpiecza przed nieprzewidzianą utratą leku co przekłada się na ekonomię?
67. **Dotyczy Pakietu Nr 25** - Czy Zamawiający ma na myśli Igły Hubera do portów ze szlifem łyżeczkowym zgodnie z wytycznymi polskiego klubu dostępu naczyniowego gwarantujący bezpieczeństwo wkłucia i nie uszkodzenia membrany portu / gwarantujący wieloletnie użytkowanie portu?
68. **Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 celem dostawy kaniul zaoferowanych przez producentów w postępowaniu przetargowym będzie wymagał oznaczenia na koreczku samo domykającym się w postaci logo producenta.
69. **Dotyczy Pakietu Nr 4-** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 celem dostawy kaniul zaoferowanych przez producentów w postępowaniu przetargowym będzie wymagał oznaczenia na koreczku samo domykającym się w postaci logo producenta.
70. **Dotyczy Pakietu Nr 20-** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 20 dopuści zestaw do przedłużania cewnika 2-światłowy nie zawierający DEHP, długość 10 cm, aktywowany końcówką typu luer-lock z systemem zapobiegającym cofaniu się krwi do cewnika, z membraną łatwą do czyszczenia. Możliwość stosowania do 7 dni, do stosowania w miejscach dostępu dożylnego. apirogenny.
71. Czy Zamawiający może doprecyzować do jakiej pompy ma pasować przyrząd do żywienia?
72. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1-** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 24 poz. 1 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy - zestaw zakładany metodą Seldingera, cewnik ze znacznikami długości widoczny w promieniach RTG, kolorowe oznaczenie zakończeń, łączniki, przesuwane regulowane skrzydełka mocujące, przewodnica druciana ze znacznikami z elastyczną końcówką J, strzykawka 5 ml, rozszerzadło, skalpel,. Rozmiar cewnika 7F x 20 cm
73. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2-** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 24 poz. 2 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy - zestaw zakładany metodą Seldingera, cewnik ze znacznikami długości widoczny w promieniach RTG, kolorowe oznaczenie zakończeń, łączniki, przesuwane regulowane skrzydełka mocujące, przewodnica druciana ze znacznikami z elastyczną końcówką J, strzykawka 5 ml, rozszerzadło, skalpel,. Rozmiar cewnika 7,5F x 20 cm
74. **Dotyczy Pakietu Nr 25** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 25 może doprecyzować czy przedłużka ma być wykonana z poliuretanu?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 26** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 26 dopuści Port wykonany z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia.. Komora o objętości 0,47ml (port standardowy), 0,27ml (port niskoprofilowy), 0,17ml (port mini) cewnik silikonowy z oznaczoną długością co 1 cm. Rozmiar cewnika: silikonowy 6,6Fr i 9,6Fr, , długość 600mm dla portów standardowych, 800mm dla portów niskoprofilowych. Kompletny zestaw wprowadzający zawierający minimum: W skład zestawu wchodzi: Port tytanowy, Cewnik silikonowy cieniujący w Rtg, Całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, Strzykawka 10 ml, Urządzenie do podnoszenia żył, Igła prosta typu Huber, Zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, Igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika. Instrukcja użytkowania i książeczka informacyjna dla pacjenta. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; oraz TK.

76. **Dotyczy Pakietu Nr 27** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 27 dopuści Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, dren infuzyjny 50cm nie zawierający DEHP kabelek elektryczny z możliwością odkręcenia. W rozmiarach od 35-150mm, 20G-23G
77. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 6-** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 34 pozycji 6 dopuści Zestaw do znieczulenia kombinowanego zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego rozszerzony, zawierający cewnik zewnątrzoponowy, igłę Touchy 18G, igłę podpajęczynówkową 27G 118 mm z ogranicznikiem, strzykawkę niskooporową, filtr 0,22
78. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem?
79. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli o przepływie 17ml/min?
80. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?
81. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem?
82. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli o przepływie 23ml/min?
83. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?
84. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-3** - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w poz. 1-3 kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem?
85. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - 5** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 1 kaniuli z przepływem 36ml/min; w poz.2 kaniuli z przepływem 65ml/min; w poz.3 kaniuli z przepływem 95ml/min; w poz. 4 kaniuli z przepływem 142ml/min; w poz. 5 kaniuli z przepływem 200ml/min?
86. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?
87. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowane w Pakiecie Nr 4 kaniule pochodziły od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?
88. **Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowane w Pakiecie Nr 6 igły pochodziły od jednego producenta?
89. **Dotyczy Pakietu Nr 6** - Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko- czy długo-ścięte?
90. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6 i 7** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 6 i 7 igieł w rozmiarach 1,1 i 1,2 z ostrzem długo-i krótko- ściętym?
91. **Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 7 igły pochodziły od jednego producenta?
92. **Dotyczy Pakietu Nr 31** - Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowane w Pakiecie Nr 31 igły były wysterylizowane tlenkiem etylenu?
93. **Dotyczy Pakietu Nr 31** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op=100 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 nie wymaga ale dopuszcza również, aby kaniule posiadały minimum 3 paski kontrastujące w RTG. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 2

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 nie wymaga ale dopuszcza również, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając stabilność podczas używania portu bocznego. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 3

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3 i Pakietu Nr 4 dopuszcza również kaniule z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3 i Pakietu Nr 4 nie wymaga ale dopuszcza również, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając stabilność podczas używania portu bocznego. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 5

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3 i Pakietu Nr 4 nie wymaga ale dopuszcza również, aby kaniule posiadały minimum 3 paski kontrastujące w RTG. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 6

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 26 dopuszcza również Port niskoprofilowy, przystosowany do wstrzykiwania kontrastu pod wysokim ciśnieniem (21bar/300psi), wykonany z tytanu (wys. 10 mm) posiadający 4 otwory mocujące, średnica membrany 9mm, objętość wypełnienia komory: 0.2 ml, waga 8g, cewnik poliuretanowy o długości 750mm i średnicy 6,6F (przepływ 30ml/min) lub 8F (przepływ 35ml/min) z oznaczeniem długości co 1 cm oraz atrumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem – 22G, 25mm; igła Hubera zagięta pod kontem 90 stopni – 22G, 25mm, tunelizator tępo zakończony) oraz zestaw akcesoriów do identyfikacji portu naczyniowego, do portu dołączone instrukcja obsługi oraz dzienniczek pacjenta w języku polskim, pod warunkiem uzupełnienia zestawu o pozostałe elementy zawarte w specyfikacji. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 7

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point 26G/90mm z igłą prowadzącą 21G/38mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 6 poz. 6 – 7 dopuszcza również igły z ostrzem długościętym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 9

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie strzykawki 1 ml z niezintegrowaną igłą, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki 1 ml ze skalą co 0,05 ml. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 10

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 3 – 5 dopuszcza również wycenę strzykawek w opakowaniu a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 11

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 6 dopuszcza również wycenę strzykawek 20 ml w opakowaniu a' 70 sztuk z przeliczeniem do 1429 opakowań. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 12

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7-9 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga, aby zaoferowane strzykawki były wpisane w menu pomp z załącznika nr 6.

Ad. 13

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 14

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 8 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 15

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 8 poz. 9 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 16

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 10 dopuszcza również zaoferowanie strzykawek 100 ml z dołączonymi dwoma łącznikami Luer, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Ad. 17

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów do przetaczania krwi z drenem o długości 150 cm.

Ad. 18

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości 150 cm.

Ad. 19

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 12 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 15Gx43mm z możliwością regulacji w zakresie 5-30mm.

Ad. 20

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 12 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do biopsji szpiku kostnego w rozmiarze 16Gx30mm z możliwością regulacji w zakresie 22-47mm.

Ad. 21

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 12 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 22

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 17 poz. 1 dopuszcza również wycenę osłonek na głowicę USG w opakowaniu a' 144 sztuki z przeliczeniem do 25 pełnych opakowań.

Ad. 23

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu z butelek z filtrem 1,2 µm.

Ad. 24

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 31 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 25

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 32 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 26

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 4 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 27

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 27G 90 mm z igłą prowadzącą.

Ad. 28

Zamawiający w zakresie Pakietu nr 34 poz. 6 dopuszcza także zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego o następujących parametrach:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiegając uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny, pod warunkiem uzupełnienia o wymienione w SIWZ elementy.

Ad. 29

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 35 poz. 1-4 dopuszcza również zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 34 mm, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ.

Ad. 30

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 dopuszcza również ale nie wymaga aby zaoferowane

kaniule dożylnie posiadały minimum 4 paski widoczne w RTG. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 31

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2, 3, 4 dopuszcza również ale nie wymaga aby zaoferowane kaniule dożylnie posiadały minimum 4 paski widoczne w RTG. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 32

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 33

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 dopuszcza również ale nie wymaga aby koreczki luer-lock posiadały trzpień poniżej jego krawędzi. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 34

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 35

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 30 poz. 2 nie wymaga ale dopuszcza również koreczka luer – lock z napisami w języku polskim. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 36

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 1 – 7 dopuszcza również podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 37

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 3 - 6 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad. 38

Zamawiający w zakresie pakietu nr 18 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.
w SIWZ.

Ad. 39

Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 1 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad. 40

Zamawiający w Pakiecie Nr 32 poz. 3 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad. 41

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 5 poz. 1 dopuszcza również ale nie wymaga, aby wraz z kaniulą dotętnniczą był opatrunek z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mmx 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 42

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 1 – 4 dopuszcza również ale nie wymaga, aby igły do nakłuć lędźwiowych były pakowane w opakowania niezawierające celulozy. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 43

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 1 - 2 dopuszcza również zaoferowanie strzykawek pakowanych po 120 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Ad. 44

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7 – 9 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 45

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2µm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 46

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 47

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 48

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 49

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 2 dopuszcza również podanie ceny za 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 50

Zamawiający w Pakiecie Nr 31 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 51

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 1 – 4 dopuszcza również ale nie wymaga, aby igły do znieczuleń podpajęczynówkowych standard, w rozmiarach podanych w SIWZ posiadały w uchwycie przyrząd, który zmienia barwę w chwili dostania się do uchwytu igły PMR. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 52

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 7, 8, 9 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 53

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 15 poz. 1 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad. 54

Zamawiający w Pakiecie Nr 34 poz. 1 - 5 nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego o długości 88 mm. Podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 55

Zamawiający w Pakiecie Nr 34 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego o dwuspadowym atraumatycznym szlifie 26G o długości 88 mm, igła z prowadnicą. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 56

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 5 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 57

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 1 - 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego o długości 88 mm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 58

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego o dwuspadowym atraumatycznym szlifie 26G o długości 88 mm, igła z prowadnicą. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 59

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 – 6 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 60

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 – 6 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 61

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 – 6 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 62

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 1 – 4 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 63

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 1 – 4 podtrzymuje zapis SIWZ

Ad. 64

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 1 – 4 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 65

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowany przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego posiadał zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wydostawaniu się płynu po odwróceniu pojemnika. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 66

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 18 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 67

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 25 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 68

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule miały oznaczenie na koreczku samodomykającym się w postaci logo producenta. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.69

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule miały oznaczenie na korku samo domykającym się w postaci logo producenta. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.70

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 20 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.71

Zamawiający w Pakiecie nr 21 poz. 2 wymaga przyrządu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.

Ad.72

Zamawiający w zakresie pakietu Nr 24 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.73

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 24 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.74

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 25 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 75

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 26 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.76

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 27 nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o parametrach opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.77

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 34 poz. 6 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.78

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie wymaga ale dopuszcza również, aby zaoferowane kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.79

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kaniuli o przepływie 17ml/min. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.80

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.81

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 nie wymaga ale dopuszcza również, aby zaoferowane kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.82

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kaniuli o przepływie 23 ml/min. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.83

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.84

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.85

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie: w poz. 1 kaniuli z przepływem 36ml/min; w poz.2 kaniuli z przepływem 65ml/min; w poz.3 kaniuli z przepływem 95ml/min; w poz. 4 kaniuli z przepływem 142ml/min; w poz. 5 kaniuli z przepływem 200ml/min. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.86

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.87

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane kaniule pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.88

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane igły pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.89

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o rodzaju ostrza igły. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.90

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 6 i 7 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowania igieł z ostrzem długościętym.

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 6 i 7 nie wyraża zgody na zaoferowania igieł z ostrzem krótkościętym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.91

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane igły pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.92

Zamawiający w Pakiecie Nr 31 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane igły były wysterylizowane tlenkiem etylenu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.93

Zamawiający w Pakiecie Nr 31 dopuszcza wycenę za op = 100szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a