



Znak: AE/ZP-27-47/17

Tarnów, 2017-08-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.: 1, 2, 3.** Czy w celu zapewnienia odpowiedniego przeznaczenia poszczególnych modeli żyłek mikrotomowych Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane produkty (pozycje 1, 2 oraz 3) pochodziły od jednego producenta?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 7-9.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji: 7-9 i utworzenie oddzielnego pakietu.
3. **Dotyczy pkt XIV SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
4. **Dotyczy pkt XIV.1 SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisu słowa „telefonicznie”?
5. **Dotyczy pkt XIV.12 a) i b) SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1 %?
6. **Dotyczy pkt XIV.12 b) SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „wartości zamówionej partii towaru” na „wartości wadliwej części zamówionej partii towaru”?
7. **Dotyczy pkt XIV.9 SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie naczynek wagowych o wymiarach 80x30mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety zmiennie pojemnościowej o zakresie 0,5-10ul?
10. **Dotyczy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający może podać terminu płatności za wystawioną fakturę?
11. **Dotyczy pkt XIV.12 a) i b) oraz pkt XIX.13 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?
12. **Dotyczy pkt XIV.13 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości niezrealizowanej części umowy?
13. **Dotyczy pkt XIV.12 SIWZ.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
14. Czy zamawiający może podać szacunkowo w % minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?
15. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek histopatologicznych białych z przykrywkami, z 80 otworami w obu częściach kasetek, o wymiarach otworów 1,6 x 1,6 mm
17. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek histopatologicznych żółtych z przykrywkami, z 80 otworami w obu częściach kasetek, o wymiarach otworów 1,6 x 1,6mm

18. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek histopatologicznych niebieskich z przykrywkami, z 80 otworami w obu częściach kasetek, o wymiarach otworów 1,6 x 1,6mm
19. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek biopsyjnych białych z 168 otworami w podstawie i 192 otworami w pokrywce, otwory o wymiarach 0,9 x 0,9 mm.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 7-9.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu szkiełek mikroskopowych w poz. 7, 8, 9, w celu umożliwienia złożenia oferty.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1-2.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dwóch otworów mocujących o wymiarach 7 x 2 mm. Pozostałe parametry bez zmian.
22. **Dotyczy pkt XIV SIWZ.** Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10 % wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego .”
23. **Dotyczy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby Wykonawca zaraz po wystawieniu faktury VAT przesłał ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego?
24. **Dotyczy pkt XIV SIWZ.** Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikacje poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”.
25. **Dotyczy pkt XIV SIWZ.** Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu w treści umowy: W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).
26. **Dotyczy pkt XIV SIWZ.** Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie w umowie/modyfikacje zapisów po przez umieszczenie adnotacji: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.
27. **Dotyczy pkt XIV.22 i pkt XIV.23 SIWZ.** Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu w treści umowy w pkt. 22 oraz pkt.23 :”....po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy...”
28. **Dotyczy pkt XIV.13 SIWZ.** Zamawiający w Ogólnych warunkach umowy wprowadził zapis: „13. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.” Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., ... dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 9 poz.: 1, 2, 3** żyłki mikrotomowe pochodziły od jednego producenta.

Ad. 2 i 20 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 7-9** i utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu.

Ad. 3-7, 11-13, 22, 24-28 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.



Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** naczynek wagowych o wymiarach 80x30mm.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** pipety zmiennie pojemnościowej o zakresie 0,5-10ul.

Ad. 10 Zamawiający nie podaje terminu płatności za wystawioną fakturę, ponieważ zgodnie z zapisem w pkt III.1 Formularza Ofertowego to Wykonawca podaje termin zapłaty, przy czym zgodnie z wymogiem określonym w tym punkcie przez Zamawiającego termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury.

Ad. 14 Ze względu na specyfikę działalności, Zamawiający nie jest w stanie określić ilu pacjentów wymagających konkretnego badania będzie miał w ciągu 12 miesięcy, nie jest więc w stanie określić stopnia zużycia asortymentu ujętego w Formularzu Cenowym. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wielkość zapotrzebowania na asortyment ujęty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został oszacowany z należytą starannością, z uwzględnieniem zużycia w ostatnich 12 miesiącach.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza e-mailowy sposób porozumiewania się w przypadku reklamacji.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1-2** żyletek mikroomowych z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7 x 2 mm.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury VAT na adres poczty elektronicznej Zamawiającego tylko pod warunkiem, że w tym samym dniu co fakturę Zamawiający otrzyma również zamówiony towar.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a