



Znak: AE/ZP-27-51/17

Tarnów, 2017-09-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12-19.** Czy Zamawiający odstąpi w Pakiecie Nr 1 poz. 12-19 od zapisu zgodny z normą PN-EN 868-1, norma ta została wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11607-1:2006?
2. **Dotyczy pkt XIV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w pkt 9 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10%?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści testy do przyrządu PCD klasy 6?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4 i 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów nieposiadających napisów w języku polskim? Wykonawca dostarczy do każdego opakowania instrukcję w języku polskim.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści testy nieposiadające powierzchni samoprzylepnej?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający wydzieli jako osobny pakiet poz. 2

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 12-19** papieru krepowego do sterylizacji spełniającego wymogi normy PN-EN 868-2 oraz PN-EN ISO 11607-1.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 4 poz. 3** do osobnego pakietu.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1-2** testów do przyrządu PCD klasy 6.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** testów opisanych w pytaniu. Oferowane testy winny spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 4 i 5** testów nieposiadających napisów w języku polskim.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** testów nieposiadających powierzchni samoprzylepnej.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 4 poz. 2** do osobnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a