



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-53/17

Tarnów, 2017-09- 25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę środków myjących, dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 5** – Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 5 Zamawiający mógłby dopuścić preparat alkaliczny skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych, usuwający chorobotwórcze białka prionowe, niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, pH powyżej 10, posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji?
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** – Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 2 Zamawiający mógłby dopuścić płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) sprzętu medycznego w tym termolabilnego, środek pozwalający na pracę w programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, dezaktywujący priony, posiadający w swoim składzie: różne związki powierzchniowo czynne, metakrzemian disodowy oraz fosforany, dozowanie 1-10ml/, o pH 11,4-12,0 (roztwór 1-3ml/l), opakowanie kanister 25kg?
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 i 4** - Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 3 i 4 Zamawiający mógłby dopuścić płynny preparat płuczający zawierający środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, niezawierający oleju parafinowego, do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/l, o pH 5,7?
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6** - Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 6 Zamawiający mógłby dopuścić pielęgnacyjny spray do narzędzi medycznych, włącznie ze sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi, na bazie białego oleju medycznego, gaz napędowy (propan/butan), w opakowaniach 0,5L z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 i 5 dopuszcza również zaoferowanie preparatu alkalicznego skutecznie usuwającego pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, umożliwiającego mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych, usuwającego chorobotwórcze białka prionowe, niewymagającego neutralizacji, umożliwiającego zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, pH powyżej 10, posiadającego w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.2

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie płynnego, alkalicznego środka do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) sprzętu medycznego w tym termolabilnego, środek pozwalający na pracę w programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym,

1

wirusobójczym, dezaktywujący priony, posiadający w swoim składzie: różne związki powierzchniowo czynne, metakrzemian disodowy oraz fosforany, dozowanie 1-10ml/, o pH 11,4-12,0 (roztwór 1-3ml/l), opakowanie kanister 25kg. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.3

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 3 i 4 dopuszcza również zaoferowanie płynnego preparatu płuczącego zawierającego środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, niezawierającego oleju parafinowego, do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszającego suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/l, o pH 5,7. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 6 dopuszcza również zaoferowanie pielęgnacyjnego sprayu do narzędzi medycznych, włącznie ze sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi, na bazie białego oleju medycznego, gaz napędowy (propan/butan), w opakowaniach 0,5L z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a