



Znak: AE/ZP-27-59/17

Tarnów, 2017-11-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. zestawów do cewnikowania, przyrządów do podaży diety, aparatów do inhalacji) dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne butelki o pojemności 100 ml, spełniające pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** – Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku sterylności oferowanych pojemników oznaczenie „STERILE” na każdym opakowaniu zbiorczym produktu? Oferowane przez nas butelki pakowane są w sterylnych warunkach, w pojedyncze foliowe opakowania. Producent potwierdza 100% sterylności produkowanych butelek z przeznaczeniem do użytku szpitalnego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie butelek o pojemności 100 ml. Wymagania zgodnie z SIWZ. Butelki o pojemności powyżej 90 ml są przedmiotem zamówienia w Pakiecie Nr 2 poz. 2. Zakresy pojemności ustalone dla Pakietu Nr 2 wynikają z aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Ad. 2

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1 nie uzna za spełnienie warunku sterylności oferowanych pojemników oznaczenie „STERILE” na każdym opakowaniu zbiorczym. Zamawiający wymaga zaoferowania butelek sterylnych i wymaga, aby potwierdzenie sterylności znajdowało się na każdym pojedynczym opakowaniu butelki. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a