



Znak: AE/ZP-27-66/17

Tarnów, 2017-12-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: **jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE, wysokociśnieniowe dreny i wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** – Czy w pozycji 1 Pakietu Nr 2 w/w postępowania Zamawiający ma na myśli i będzie wymagał złożenia oferty na przeznaczony do zastosowania z automatyczną strzykawką OPTISTAR ELITE i w pełni z nią kompatybilny, atestowany przez jego producenta, wolny od ftalanów, jednorazowy, sterylny zestaw wkładowy o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, w skład którego wchodzi takie elementy, jak:
 - 2 wkłady o pojemności 60 ml do wypełnienia kontrastem
 - 1 dren / łącznik niskociśnieniowy o długości 250 cm, z trójnikiem typu Y z jedną zastawką wstrzymującą, wyposażonym w dwa różnej długości ramiona: +/- 8 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/- 15 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)
 - 2 ostrza typu Spike (long/short)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** – Czy w pozycji 2 Pakietu Nr 2 w/w postępowania Zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowe, sterylne dreny/ złącza niskiego ciśnienia o długości 250 cm, z wyposażonym w jedną zastawkę wstrzymującą trójnikiem typu Y o różnej długości ramionach (odgałęzieniach), tj. +/- 8 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) oraz +/- 15 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** również zestawu o parametrach opisanych w pytaniu, pod warunkiem, że zaoferowany zestaw będzie posiadał termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** również złączy o parametrach opisanych w pytaniu, pod warunkiem, że zaoferowany zestaw będzie posiadał termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a