



Znak: AE/ZP-27-66/17

Tarnów, 2017-12-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: **jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE, wysokociśnieniowe dreny i wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2** Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 Pakietu Nr 2 drenu „Y” o długości 250 cm. Reszta parametrów bez zmian.
2. **Dotyczy pkt XIV.6 SIWZ.** Prosimy o modyfikację w/w punktu w następujący sposób:
„6. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietu Nr 1-3 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna ~~brutto~~ netto nie ulegnie zmianie.”
3. **Dotyczy pkt XIV.11 SIWZ.** Prosimy o modyfikację w/w punktu następujący sposób:
„11. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości ~~20%~~ 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2** również dreny „Y” o długości 250 cm, pod warunkiem, że zaoferowany w tych pozycjach asortyment będzie spełniał pozostałe wymagania SIWZ|.

Ad 2 i 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie do Ogólnych warunków umowy zaproponowanych w pytaniach zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a