



Znak: AE/ZP-27-05/19

Tarnów, 2019-01-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (przrządy do żywienia dojelitowego, igły do portów naczyniowych, zestaw do cewnikowania tętnic udowych, zestaw do histologicznej biopsji aspiracyjnej) i opatrunków dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylne, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką? Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 dopuści Zestaw do cewnikowania tętnic udowych: cewnik 20G o długości 8 cm z prowadnicą o długości 20 cm i kaniulą o długości 3,8 cm.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie sterylne, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ, w szczególności: „Hipoalergiczny, przezroczysty, ..., bez wycięcia na port pionowy”.

Ad.2

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 dopuszcza również zestaw do cewnikowania tętnic udowych: cewnik 20G o długości 8 cm z prowadnicą o długości 20 cm i kaniulą o długości 3,8 cm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a