



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-08/19

Tarnów, 2019-02-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9 Załącznika Nr 1 – Formularz Cenowy.** Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaferowania odczynników do oznaczenia grupy krwi noworodka wraz z potwierdzeniem przy pomocy drugiej serii/drugiego klonu odczynników anty-A i anty-B?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11 Załącznika Nr 1 – Formularz Cenowy.** Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaferowanie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej pochodzącej z IHiT Warszawa?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 5 pkt 6 b) – Wymagania dotyczące aparatu.** Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaferowanie panelu czterech krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 5 pkt 17 – Wymagania dotyczące aparatu.** Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaferowanie jednej pozycji asortymentowej, tj. kart do kontroli grupy krwi dawców przechowywanych w temperaturze 2-8°C?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 5 pkt 8 i 9 – Wymagania dotyczące odczynników i krwinek.** Oferowane odczynniki do kolumnowej mikrometody żelowej są naniesione przez producenta na kulumienki kart reakcyjnych. Nie ma możliwości zastosowania ich w testach probówkowych ani szkiełkowych. Dodatkowo, potwierdzamy że te same odczynniki (karty) są używane zarówno w analizatorze automatycznym jak i w manualnym systemie back-up. W związku z powyższym warunki opisane w poz. 8 i 9 nie mają zastosowania do kolumnowej mikrometody żelowej. Uprzejmie prosimy o zgodę na umieszczenie zapisu „nie dotyczy” w kolumnie Parametry oferowane.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby mikrokarty były wypełnione żelowym podłożem separującym?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga w zakresie Pakietu 1, aby sprzęt (analizator oraz system back-up) i odczynniki niezbędne do wykonywania badań pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia walidacji metody?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki krwinkowe (do oznaczania grup krwi i badania przeglądowego przeciwciał) mogły być przechowywane na pokładzie analizatora przez 7 dni?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 Załącznika Nr 1 – Formularz Cenowy .** Prosimy o potwierdzenie, że dla pozycji nr 2 formularza asortymentowo-cenowego „Grupa krwi z oznaczeniem antygenów układu ABO i antygeny RhD (2 klony), badanie przeciwciał grupowych (izoaglutyniny A1, B)” oznaczenie ma być wykonywane na jednej karcie?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Prosimy o potwierdzenie, że czynności konserwująco - odkażające mają być wykonywane nie częściej niż raz w tygodniu, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby zaferowany analizator wykorzystywał do badań fabrycznie porcjowany oddzielnie do każdego badania odczynniki do zawieszania (diluent) w celu zabezpieczenia przed kontaminacją?

12. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby wydajność pracy analizatora przy pełnym oznaczeniu grupy krwi ABO/Rh z badaniem przeglądowym przeciwciał była minimum 30 badań na godzinę?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator posiadał funkcję automatycznego rozpoznawania skrzepu i zakorkowanych probówek?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby dostawa odczynników krwinkowych i wrażliwych na temperaturę odbywała się transportem monitorowanym, a przykładowy wydruk ma być dołączony do oferty?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9 Załącznika Nr 1 – Formularz Cenowy.** Czy Zamawiający wymaga dla pozycji nr 9 „Grupa krwi noworodka z BTA (manualnie) zaoferowania 2 serii odczynnika, gdzie jeden z nich wykrywa słabą ekspresję antygenu DVI+?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Prosimy o potwierdzenie, że archiwizacja wyników badań tj. protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny winien odbywać się w postaci kolorowych zdjęć?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Prosimy o potwierdzenie, czy dla asortymentu wymaganego w zakresie pakietu 1, Zamawiający dopuszcza dostawy wg załączonego do oferty/ dostarczanego raz w roku harmonogramu na dany rok (dostawy nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu) z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw w trybie „CITO”, realizowanych do 72 godzin od zgłoszenia zamówienia?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę w Pakiecie Nr 2 pozycji 13 odczynnika Standard anty-D z terminem ważności 24 miesiące od daty produkcji, a jeśli warunki przechowywania odczynnika są zgodne z instrukcją producenta, po otwarciu buteleczek z odczynnikiem, produkt ma być stabilny i zachowuje 100% czułości oraz 100% specyficzności do 12 miesięcy od czasu otwarcia buteleczki.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** odczynników do oznaczenia grupy krwi noworodka wraz z potwierdzeniem przy pomocy drugiej serii/drugiego klonu odczynników anty-A i anty-B.

Ad. 2 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** Zestawu do zewnętrznej kontroli międzynarodowej kontroli jakości spełniającej wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** w ramach wymagań określonych w **Załączniku Nr 5 pkt 6 b) – Wymagania dotyczące aparatu** panelu czterech krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych.

Ad. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** aparatu spełniającego wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w **Załączniku Nr 5 pkt 17 – Wymagania dotyczące aparatu.**

Ad. 5 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1** odczynników i krwinek spełniających wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w **Załączniku Nr 5 pkt 8 i 9 – Wymagania dotyczące odczynników i krwinek.**

Ad. 6 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** mikrokart wypełnionych żelowym podłożem separującym.

Ad. 7 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1** przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej

Ad. 8 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** odczynników krwinkowych (do oznaczania grup krwi i badania przeglądowego przeciwciał), które mogą być przechowywane na pokładzie analizatora przez 7 dni.

Ad. 9 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** „Grupa krwi z oznaczeniem antygenów układu ABO i antygenu RhD (2 klony), badanie przeciwciał grupowych (izoaglutyniny A1, B)” przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej.

Ad. 10 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** aparatu spełniającego wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w **pkt 16 Załącznika Nr 5 - Wymagania dotyczące aparatu**.

Ad. 11 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** analizatora wykorzystującego do badań fabrycznie porcjowane oddzielnie do każdego badania odczynniki do zawieszania (diluent) w celu zabezpieczenia przed kontaminacją.

Ad. 12 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** analizatora o wydajności pracy analizatora przy pełnym oznaczeniu grupy krwi ABO/Rh z badaniem przeglądowym przeciwciał minimum 30 badań na godzinę.

Ad. 13 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** analizatora posiadającego funkcję automatycznego rozpoznawania skrzepu i zakorkowanych probówek.

Ad. 14 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w **Pakiecie Nr 1** aby dostawa odczynników krwinkowych i wrażliwych na temperaturę odbywała się transportem monitorowanym. Zamawiający nie wymaga aby przykładowy wydruk był dołączony do oferty.

Ad. 15 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** „Grupa krwi noworodka z BTA (manualnie)” 2 serii odczynnika, gdzie jeden z nich wykrywa słabą ekspresję antygenu DVI+.

Ad. 16 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** analizatora w którym archiwizacja wyników badań tj. protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny odbywa się w postaci kolorowych zdjęć.

Ad. 17 Zamawiający wymaga zaoferowania dostaw przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1** w terminach określonych SIWZ i Załączniku Nr 5 do niej.

Ad. 18 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** odczynnika Standard anty-D z terminem ważności 24 miesiące od daty produkcji, a jeśli warunki przechowywania odczynnika są zgodne z instrukcją producenta, po otwarciu buteleczek z odczynnikiem, produkt ma być stabilny i zachowuje 100% czułości oraz 100% specyficzności do 12 miesięcy od czasu otwarcia buteleczki.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a