



Znak: AE/ZP-27-08/19

Tarnów, 2019-02-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8-9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępnie od wymogu dla pozycji 8 i 9 „Wymagania dotyczące odczynników i krwinek”? Oferowana metoda posiada bowiem odpowiednie odczynniki naniesione na karty, bezpośrednio przez producenta, z możliwością wykonywania badań bezpośrednio na analizatorze jak i w systemie manualnym backup. Procedura wykonywanych badań nie przewiduje stosowania ich w testach szkiełkowych i probówkowych.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników wraz z krwinkami w terminach określonych jednym harmonogramem co pozwoli na skalkulowanie niższej ceny?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5-9.** Czy wymaga się aby odczynniki monoklonalne z układu Rh oraz antygeny K w pozycjach 5-9 dawały reakcje z krwinkami heterozygotycznymi w teście probówkowym nie mniejsze niż 3+ po czasie inkubacji nie dłuższym niż 5 minut?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Czy standard anty-D ma być stabilny do daty określonej na etykiecie jak pozostałe odczynniki nawet po otwarciu?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2** Prosimy o potwierdzenie, że wymagane siwz : *Odczynniki oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - Dz.U. z 2013 r. poz. 1127) dotyczy tylko odczynników gdzie jest to wymagane.*
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści odczynniki do układu ABO, Rh i Kell z terminem ważności 6 miesięcy od dostawy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 8-9** przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej.

Ad. 2 Zamawiający wymaga dostawy odczynników zaoferowanych w **Pakiecie Nr 2** w terminach określonych w SIWZ

Ad. 3 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 5-9** odczynniki monoklonalne z układu Rh oraz antygeny K w pozycjach 5-9 dawały reakcje z krwinkami heterozygotycznymi w teście probówkowym nie mniejsze niż 3+ po czasie inkubacji nie dłuższym niż 5 minut.

Ad. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** standard anty-D spełniającego wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej.

Ad. 5 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2** odczynników spełniających wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w **Załączniku Nr 5 pkt 2 – Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2.**

Ad. 6 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2** odczynników spełniających wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w **Załączniku Nr 5 pkt 8 – Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a