



Znak: AE/ZP-27-12/19

Tarnów, 2019-03-05

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy opatrunków, smoczków jednorazowych do butelek i pasków do zamykania ran dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem? Rozmiar 5 x 5,7 cm z szerokim aplikatorem (min. 3 cm) i dwoma paskami włókninowymi. Kolorowa aplikacja dla dzieci. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem? Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).
3. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2** - Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 15cm x 10cm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 5** - Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 10cm x 34cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 plastry do mocowania wkłuc pediatryczne, które zostały specjalnie zaprojektowane do wykorzystania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych w rozmiarze 5 cm x 6 cm ? Plastry przy zakładaniu nie przekraczają się, są bezpośrednio zintegrowane z 2 dodatkowo sterylnymi paskami. Ponadto są wodoodporne na całej powierzchni opatrunku, poprawiają stabilność cewnika i do minimum ograniczają rozciągnięcie go. Nie skleją się przy aplikacji, dzięki przezroczystej folii umożliwiają ciągłą obserwację miejsca wkucia. Wycięcie w kształcie litery U umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, nie zawierają lateksu są hipoalergiczne. Produkt sterylny, medyczny.
6. **Dotyczy Pakietu nr 4** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 4: „Opatrunki do mocowania kaniuli”, dla zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pacjentów wymaga zaoferowania produktów o współczynniku paroprzepuszczalności MVTR powyżej 13500 g/m²/37C/24h potwierdzonej badaniami? Wysoki współczynnik paroprzepuszczalności oraz budowa opatrunku gwarantująca, że wilgoć spod powierzchni skóry w postaci pary zostaje przeniesiona poza opatrunek, przy jednoczesnym zachowaniu wodoodporności. co zdecydowanie minimalizuje ryzyko zakażenia miejsca wkłucia.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 9** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 „Opatrunki ze srebrem” wymaga aby zaoferowane opatrunki wykazywały działanie bakteriobójcze; potwierdzone badaniami?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 9** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 „Opatrunki ze srebrem”, pozycja 1-2, wymaga zaoferowania opatrunków ze srebrem nanokrystalicznym, które wykazuje działanie bakteriobójcze potwierdzone badaniami?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie: sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5 x 5,7 cm z szerokim aplikatorem (min. 3 cm) i dwoma paskami włókninowymi. Kolorowa aplikacja dla dzieci. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych

zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie: sterylne, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ, w szczególności: „z wycięciem na port pionowy, przezroczysty w szczególności w miejscu wkłucia, wodoodporny, elastyczny i hipoalergiczny, dobrze mocujący kaniulę”.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 15cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 34cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie plastrów do mocowania wkłuc pediatrycznych w rozmiarze 5 cm x 6 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1-2 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1-2 nie stawia wymogów ponad, te które zostały określone w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a