




Znak: AE/ZP-27-12/19

Tarnów, 2019-03-08

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy opatrunków, smoczków jednorazowych do butelek i pasków do zamykania ran dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1** - Z uwagi, że każdy producent smoczków oferuje smoczki w innym kształcie, to w związku z tym prosimy o dopuszczenie smoczka o kształcie anatomicznym, zwieńczenie smoczka o okrągłej powierzchni zapewniające prawidłowe położenie języka, szyjka zwężona co zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi ustami (sprzyja oddychaniu przez nos). Smoczek sterylny, jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, pakowany pojedynczo, przeznaczony dla dzieci od 0-6 m-ca, posiadający status wyrobu medycznego klasy IIa w przeciwieństwie do innych konsumenckich produktów dostępnych na rynku.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1, 2 i 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1-3** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku nasączonym parafiną oraz chlorheksydyną?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego z warstwą chłonna wykonaną w 80% z włókien naturalnych oraz w 20% z poliestru?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 cm x 45 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 20-nitkowej?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów jak w SIWZ pakowanych a'5 – z odpowiednim przeliczeniem opakowań?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 17 nitkowych, 12 warstwowych w opakowaniu a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem opakowań?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 17 nitkowych, 8 warstwowych, pakowanych '3?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatkowych rękawów opatrunkowych o parametrach zgodnych z SIWZ, różniących się wymiarem opakowania w stanie rozciągniętym, tj. 20 mb?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy (zaokrąglone brzegi) z podkładką pod kaniulę (w miejscu wklucia), jak na rysunku poniżej:



Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

17. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia na temat ergonomicznej aplikacji opatrunków, minimum 3 razy w roku (minimum 3 szkolenia w okresie 3 pierwszych miesięcy obowiązywania umowy)?

18. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11-13 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru?

19. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku sterylnego do mocowania kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi „skrzydełkami” sprawiającymi, że aplikacja jest prosta i szybka?

20. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

21. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

22. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 10x12 cm?

23. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a 2 szt.? Cena zostanie podana dla porównania za sztukę.

24. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga sterylizacji parą wodną?

25. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga, aby brzegi serwet były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysunięcie luźnych nitów?

26. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga serwet po praniu technologicznym w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji?

27. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zawierało etykietę typu TAG z min. 2 etykietami do dokumentacji medycznej?

28. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga, aby wymiar wymagany w SIWZ był wymiarem ostatecznego wyrobu przeznaczonego do bezpośredniego użycia?

29. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodach użytkowych czy rzeczywistych obwodach pieluchomajtek? Obwody użytkowe zawierają zapas, aby można było dopasować pieluchomajtki do obwodu pacjenta. obwody rzeczywiste pieluchomajtki to obwody produktu np. o maksymalnym obwodzie 160cm. Powodują brak możliwości zapięcia produktu na pacjencie, jego dyskomfort i możliwość wycieku zawartości poza pieluchomajtki czyli brak możliwości zapewnienia choremu odpowiedniego standardu opieki.

30. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek 100% oddychających na całej powierzchni?

31. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do

pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkownika przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

32. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga, aby elastyczne przylepce/rzepy rozciągały się na min. 1 cm? Elastyczność przylepców/rzepów jest jednym z elementów komfortowego użytkownika pieluchomajtek.

33. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?

34. Dotyczy rozdziału XIV pkt. 14 SIWZ „Ogólne warunki umowy” - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w pkt. 14 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10%?

35. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, z możliwością pozostawienia na ranie do kilku dni oraz używania po otwarciu opakowania do 6 tygodni, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci żelu, w opakowaniach a 20ml?

36. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-7 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

37. Dotyczy Pakietu Nr 23 - Czy Zamawiający w Części 23 dopuści sterylne smoczki do karmienia noworodków i niemowląt, dostarczane obecnie do placówki Zamawiającego, spełniające wszystkie cechy zawarte w opisie SIWZ?

38. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5, 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych a'100 szt. bez systemu ułatwiającego aplikację z opakowania grzbiet gładki/ grzbiet składany?

39. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku sterylnego zgodnego z opisem siwz, jednakże dodatkowo wzmocnionego włókniną?

40. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku piankowego z warstwą przylepną, w rozmiarze 15 x 15cm? Warstwa pianki 10 x 10cm.

41. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku piankowego z hydrożelem, w rozmiarze zgodnym z siwz? Znajdująca się od strony rany siatka hydrożelu, dzięki technologii AquaClear, uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując w niej wilgotne środowisko. Znajdująca się pod nią warstwa pianki poliuretanowej ma dużą pojemność chłonną, bezpiecznie zamyka w swojej strukturze nadmiar wydzieliny rany.

42. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik, o czasie wiązania 4-6 min, pakowanych po 2 szt., z jednoczesnym podaniem ceny za 1 szt. – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz?

43. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego zgodnego z opisem SIWZ, jednakże z siatką polietylenową?

44. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 20 nitkowej 4 warstwowych w rozmiarze 20 x 30cm, z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pozostałe parametry serwety bez zmian?

45. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3 - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 20 nitkowej 4 warstwowej z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pakowanej a'5 szt – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz?

46. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1, 2 – Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów gazowych z nitką RTG w kształcie fasolki, z gazy bawełnianej 24 nitkowej, pozostały opis zgodny z SIWZ?

47. Dotyczy rozdziału XIV pkt. 14 SIWZ „Ogólne warunki umowy” - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie i rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

48. Dotyczy rozdziału XIV pkt. 23 SIWZ „Ogólne warunki umowy” - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu dotyczącego każdorazowego naliczania kary umownej w wysokości 1000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie. – Kara w tej wysokości może okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

49. Dotyczy Pakietu Nr 20 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

50. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, pozycja: 3): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90 cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

51. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtkach jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

52. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? Zastosowanie produktów oddychających na całej powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności po założeniu pieluchomajtki, przy zachowaniu maksymalnej ochrony przed niepożądanymi wyciekami. Wpływa to pozytywnie na zdrowie i komfort psychiczny pacjenta, jak również na czas pracy personelu poświęcony pielęgnacji ciała chorego, gdyż nie powstają podrażnienia skóry, pękanie, jak również odleżyny.

53. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne.

54. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 20, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

55. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy należy zaoferować opatrunek z wycięciem w kształcie U i z podkładką pod miejsce wkłucia wyprofilowaną także w kształcie U, dzięki czemu kaniula jest „otulona” z trzech stron chłonnym padem.

56. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy należy zaoferować opatrunek zaopatrzony w dodatkową podkładkę pod skrzydełka kaniuli?

57. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z zaokrąglonymi rogami?

- 58. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca mocującego na tkaninie o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.
- 59. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku przezroczystego na całej powierzchni (nieposiadającego wzmocnienia z włókniny), spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
- 60. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1, 2, 3** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje opatrunku hydrokoloidowego składającego się z 3 hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna).
- 61. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1, 2** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje opatrunku produkowanego w unikalnej technologii Hydrofiber.
- 62. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 10 cm x 3m, o początkowym czasie wiązania 100-200 sekund.
- 63. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1 - 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku samoprzylepnego wykonanego z materiału zewnętrznego – 100% włókniny PET Spunlace, o włókninie chłonnej wykonanej w 75% z włókien wiskozowych i w 25% z włókien PET (pokrytej nieprzylepną siateczką z PE), z silikonową osłonką.
- 64. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów pakowanych w koperty po 10 pasków.
- 65. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 8, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
- 66. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji 1 i 2 gazę jałową sterylizowaną tlenkiem etylenu, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
- 67. Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści zaoferowanie opatrunków włókninowych o do mocowania kaniul o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymogów Zamawiającego tj. 5x7,2 cm?
- 68. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-3** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunki zapobiegające infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE.
- Pozycja 1 - opatrunek piankowy rozmiar 10cm x 10cm
Pozycja 2 - opatrunek piankowy rozmiar 15cm x 15cm
Pozycja 3 - opatrunek piankowy rozmiar 10cm x 20cm
- Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz.1 smoczka o kształcie anatomicznym, zwieńczenie smoczka o okrągłej powierzchni zapewniające prawidłowe położenie języka, szyjka zwężona, co zapewnia ssanie ze szczelnie zamkniętymi ustami (sprzyja oddychaniu przez nos). Smoczek sterylny, jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, pakowany pojedynczo, przeznaczony dla dzieci od 0-6 m-ca, posiadający status wyrobu medycznego klasy IIa. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 14 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 234 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 580 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1, 2, 4 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 6 opakowań dla pozycji 1, 1 opakowanie dla pozycji 2 i 1 opakowanie dla pozycji 4. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 5 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 42 opakowania. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 1-3 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. w pozycji 1 – 15 opakowań, w pozycji 2 – 11 opakowań, w pozycji 3 – 11 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku nasączonego parafiną oraz chlorheksydyną pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1-5 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 10

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20-nitkowych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 11

Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 28 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 12

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów pakowanych po 5 sztuk. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 13

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 17-nitkowych, 12-warstwowych w opakowaniu a' 2 sztuki. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 14

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 17-nitkowych, 8-warstwowych pakowanych po 3 sztuki. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 15

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawów siatkowych opatrunkowych o wielkości opakowania w stanie rozciągniętym 20 mb. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 16

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad. 17

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad. 18

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11-13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 19

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku sterylne do mocowania kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi skrzydełkami. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 20

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 24 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 21

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o długości 1 m z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 700 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 22

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 23

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1-2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt. Wymagania zgodne z SIWZ.

Ad. 24

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 nie wymaga ale dopuszcza również, aby zaoferowane serwety były sterylizowane parą wodną. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Ad. 25

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 nie wymaga ale dopuszcza również, aby brzegi serwety były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysnucie luźnych nitek. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Ad. 26

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie serwet po praniu technologicznym w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Ad. 27

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 nie wymaga ale dopuszcza również aby opakowanie zawierało etykietę TAG z min. 2 etykietami do dokumentacji medycznej. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Ad. 28

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania produktów o rozmiarze podanym w Formularzu cenowym.

Ad. 29

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 30

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek 100% oddychających na całej powierzchni z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 31

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 32

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane pieluchomajtki posiadały przylepce/rzepy rozciągające się na min. 1 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Ad. 33

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 34

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad. 35

Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga: „Opatrunek hydrożelowy, z żelem zapewniającym wilgotne środowisko w ranie, nawilżający ranę, zmiękczaący i oddzielający tkankę martwiczą oraz sprzyjający jej usuwaniu, dzięki pochłanianiu przez żel oddzielających się fragmentów tkanki martwiczej. Opatrunek może pozostawać na ranie do kilku dni. Tubka lub strzykawka 15-20 g”.

Ad. 36

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 1-7 do osobnego pakietu.

Ad. 37

Zamawiający w Pakiecie Nr 23 poz. 1-2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 38

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 5 i 7 nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych pakowanych a' 100 szt. bez systemu ułatwiającego aplikację z opakowania grzbiet gładki/grzbiet składany. Wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 39

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku sterylne dodatkowo wzmacnionego włókniną. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 40

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku piankowego z warstwą przylepną, w rozmiarze 15 x 15 cm. Warstwa pianki 10 x 10 cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 41

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku piankowego z hydrożelem. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 42

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt. Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 dopuszcza również zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik o czasie wiązania 4 – 6 min. Pozostałe Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 43

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1-5 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku jałowego z siatką polietylenową. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 44

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20 nitkowych 4-warstwowych w rozmiarze 20 x 30 cm, z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący). Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet operacyjnych niejałowych pakowanych po 5 sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 45

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20-nitkowych 4-warstwowych z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pakowanych po 5 sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 46

Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 1, 2 dopuszcza również zaoferowanie tupferów gazowych z nitką RTG w kształcie fasoli, z gazy bawełnianej 24-nitkowej. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 47

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad. 48

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad. 49

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 50

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania podkładów o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.

Ad. 51

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.

Ad. 52

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 wymaga zaoferowania asortymentu, którego parametry zostały szczegółowo określone w SIWZ w Formularzu cenowym.

Ad. 53

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.

Ad. 54

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.

Ad. 55

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad. 56

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad. 57

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad. 58

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 5 dopuszcza również wycenę przylepca mocującego na tkaninie o wymiarach 9,14 m x 5 cm w ilości 137 sztuk.

Ad. 59

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 2 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad. 60

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad. 61

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1, 2 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad. 62

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opaski gipsowej w rozmiarze 10 cm x 3 m, o początkowym czasie wiązania 100 - 200 sekund. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 63

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 - 5 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad. 64

Zamawiający w Pakiecie Nr 25 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie plastrów pakowanych po 10 pasków w saszetce/kopercie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 65

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 8.

Ad. 66

Zamawiający dopuszcza również, ale nie wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 3 poz. 1-2 gazy sterylizowane były tlenkiem etylenu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 67

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 5 x 7,2 cm.

Ad. 68

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 - 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a