



Znak: AE/ZP-27-20/19

Tarnów, 2019-04-19

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (linii infuzyjnych, worków stomijnych, osłonek na głowicę USG, wkłuc centralnych, przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** – Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 1 dopuści Cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 7F (14/18G), długość 20 cm, zestaw zawiera: zmodyfikowaną igłę wprowadzającą typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy przewód J 0,035” 60cm, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na linii, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2** - Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 2 dopuści Cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 7F (16/18/18G), długość 20 cm, zestaw zawiera: zmodyfikowaną igłę wprowadzającą typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy przewód J 0,035” 60 cm, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na linii, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający w pakiecie 5 będzie wymagał Sterylny przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 µm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godz. Pakowany w ilości 25 sztuk/opakowanie, 300/karton?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający dopuści sterylny przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny o lepszych parametrach 0,1 µm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Wnosimy o odstąpienie od wymogu „(Lust Nature-O)”. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Wskazany wymóg spełnia wyłącznie osłonka na głowicę USG produkowana przez „UNIMIL” z Krakowa, przedmiot zamówienia został opisany zatem z naruszeniem obligatoryjnych zasad, zawartych w art., 29 ust. 1 i 2 ustawy. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji wymogów, zawartych w SIWZ, poprzez odstąpienie od wymogu wskazanego powyżej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z filtrem bakteryjnym 0,2µm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
7. **Dotyczy treści SIWZ** - Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 5 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 5 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie produktu równoważnego do osłonek na głowice UGS Lust Nature-O pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 5 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2µm pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.IV.1.3 SIWZ oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.3.1 SIWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a