



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-27/19

Tarnów, 2019-05-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dzierżawę automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 w pozycji nr 5 probówki do oznaczania glukozy o objętości 2 lub 4 ml?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 w pozycji nr 12 probówki do oznaczania OB o objętości 1,5 ml?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9 i 11.** Czy w przypadku zaoferowania w pozycji nr 9 kompletu składającego się z uchwytów z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym oraz igieł systemowych wykonawca może zmniejszyć o 1000 ilość zaoferowanych zwykłych uchwytów systemowych z pozycji nr 11
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 Igieł motylkowych z drenem o długości 19 cm, przy spełnianiu wszystkich pozostałych parametrów?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie pozycji nr 9, w przypadku oferowania zestawu uchwyt z zabezpieczeniem + igła, igieł o długości 1,5" (takich, jak w pozycji nr 6).

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** probówki do oznaczania glukozy o objętości 2 i 4 ml ale równocześnie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 12** probówki do oznaczania OB o objętości 1,5 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ilości asortymentu oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 9 i 11.**

Ad 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** igieł motylkowych z drenem o długości 19 cm, ponieważ mieszczą się w przedziale długości, którą określił Zamawiający w SIWZ, tj. 18-20 mm, pod warunkiem spełniania również pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** igieł o długości 1,5" (takich jak w pozycji 6), pod warunkiem, że są kompatybilne z oferowanym w poz. 9 uchwytem z zabezpieczeniem.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a